



杭州市政府采购进口产品专家论证意见表

专 家 信 息	姓名: <u>金明志</u>	
	职称: <u>律师</u>	
	工作单位: <u>浙江仁地律师事务所</u>	
基 本 情 况	申请单位: <u>杭州市第七人民医院</u>	
	拟采购产品名称: <u>制备液相色谱仪</u>	拟采购产品金额(万元): <u>60</u>
	所属采购项目名称: <u>医疗科研设备(杭州市医学转化生物样本库项目)</u>	所属采购项目金额(万元):
专 家 论 证 意 见	<p>1. 是否存在国产同类产品: <input checked="" type="checkbox"/>存在 <input type="checkbox"/>不存在</p> <p>2. 采购进口产品的必要性、不可替代性、采购国产同类产品对工作的实质性影响等方面的原因阐述:(论证意见应当完整、清晰和明确,可另附纸)</p> <p style="text-align: center;"><u>国产设备不能满足课题要求,符合采购进口设备的相关规定,建议允许采购进口产品.</u></p> <p style="text-align: right;">论证专家签字: <u>金明志</u></p> <p style="text-align: right;">2021年11月12日</p>	

杭州市政府采购进口产品专家论证意见表

专 家 信 息	姓名： 	
	职称： 工程师	
	工作单位： 杭州市肿瘤医院	
基 本 情 况	申请单位：杭州市第七人民医院	
	拟采购产品名称：制备液相色谱仪	拟采购产品金额(万元)：60
	所属采购项目名称：医疗科研设备（杭州市医学转化生物样本库项目）	所属采购项目金额(万元)：
专 家 论 证 意 见	<p>1. 是否存在国产同类产品：<input checked="" type="checkbox"/>存在 <input type="checkbox"/>不存在</p> <p>2. 采购进口产品的必要性、不可替代性、采购国产同类产品对工作的实质性影响等方面的原因阐述：(论证意见应当完整、清晰和明确，可另附纸)</p> <p style="font-size: 1.2em;">进口设备分离样品量大，检测器配备紫外激光二极管阵列，具有安全试管数设置功能，国产功能不够完善且故障率高，建议采购进口设备。</p>	
论证专家签字：  2021年11月12日		

杭州市政府采购进口产品专家论证意见表

专家信息	姓名: <i>马晓斌</i>	
	职称: <i>高工</i>	
	工作单位: <i>杭州市中医院</i>	
基本情况	申请单位: 杭州市第七人民医院	
	拟采购产品名称: 制备液相色谱仪	拟采购产品金额(万元): 60
	所属采购项目名称: 医疗科研设备 (杭州市医学转化生物样本库项目)	所属采购项目金额(万元):
专家论证意见	<p>1. 是否存在国产同类产品: <input checked="" type="checkbox"/>存在 <input type="checkbox"/>不存在</p> <p>2. 采购进口产品的必要性、不可替代性、采购国产同类产品对工作的实质性影响等方面的原因阐述: (论证意见应当完整、清晰和明确, 可另附纸)</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><i>进口色谱仪与国产样品量同等于国产设备要大且效率高, 有高通量, 高通时间短的优势, 同时进口设备硬件性能优于国产设备, 能实现试剂切换和检测, 同时可行展业连续检测</i></p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">论证专家签字 <i>马晓斌</i> 2021年11月2日</p>	

杭州市政府采购进口产品专家论证意见表

专 家 信 息	姓名： <div style="text-align: center; font-size: 1.5em;">王清波</div>	
	职称： <div style="text-align: center; font-size: 1.5em;">高级工程师</div>	
	工作单位： <div style="text-align: center; font-size: 1.5em;">杭州市第一人民医院</div>	
基 本 情 况	申请单位：杭州市第七人民医院	
	拟采购产品名称：制备液相色谱仪	拟采购产品金额(万元)：60
	所属采购项目名称：医疗科研设备（杭州市医学转化生物样本库项目）	所属采购项目金额(万元)：
专 家 论 证 意 见	<p>1. 是否存在国产同类产品：<input checked="" type="checkbox"/>存在 <input type="checkbox"/>不存在</p> <p>2. 采购进口产品的必要性、不可替代性、采购国产同类产品对工作的实质性影响等方面的原因阐述：(论证意见应当完整、清晰和明确，可另附纸)</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">进口品牌 3 招展为连续进样，进口品牌 检测器 配备的是紫外兼二极管阵列，国产有紫外，进口 品牌 实验方法的参数变化，所有变量均现 在线修改。</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">论证专家签字：<div style="font-size: 1.5em;">王清波</div> 2021 年 11 月 12 日</p>	