

## 杭州市政府采购进口产品专家论证意见表

专家信息	姓名: 金明宇 职称: 律师 工作单位: 浙江沁地律师事务所	
基本情况	申请单位: 杭州市第七人民医院	
	拟采购产品名称: Bioanalyzer 分析仪	拟采购产品金额(万元): 45
	所属采购项目名称: 医疗科研设备 (杭州市医学转化生物样本库项目)	
专家论证意见	1. 是否存在国产同类产品: <input checked="" type="checkbox"/> 存在 <input type="checkbox"/> 不存在 2. 采购进口产品的必要性、不可替代性、采购国产同类产品对工作的实质性影响等方面的原因阐述: (论证意见应当完整、清晰和明确, 可另附纸) <p style="margin-left: 20px;">国产设备精度不能满足需求的要求, 符合采购进口设备的相关规定, 建议允许采购进口产品</p>	
	论证专家签字: 金明宇 2021 年 11 月 11 日	

## 杭州市政府采购进口产品专家论证意见表

专家信息	姓名: 钱伟忠	
	职称: 副教授	
	工作单位: 杭州市第七人民医院	
基本情况	申请单位: 杭州市第七人民医院	
	拟采购产品名称: Bioanalyzer 分析仪	拟采购产品金额(万元): 45
	所属采购项目名称: 医疗科研设备(杭州市医学转化生物样本库项目)	所属采购项目金额(万元):
专家论证意见	1. 是否存在国产同类产品: <input checked="" type="checkbox"/> 存在 <input type="checkbox"/> 不存在	
	2. 采购进口产品的必要性、不可替代性、采购国产同类产品对工作的实质性影响等方面的原因阐述:(论证意见应当完整、清晰和明确, 可另附纸)	
	<p>1. 市场目前有进口 5-250KDa 国产产品 250-150KDa 不满足实验需求。</p> <p>2. Small RNA 分离范围 6-150nt, 其它分离范围是国产设备无法满足。</p> <p>3. 样本测序时间(小于 3min, 国产时间在 3-5min 之间), 国产速度慢。</p>	
	论证专家签字: 钱伟忠 2021 年 10 月 12 日	

## 杭州市政府采购进口产品专家论证意见表

专家信息	姓名: 孙华余	
	职称: 工程师	
	工作单位: 杭州市肿瘤医院	
基本情况	申请单位: 杭州市第七人民医院	
	拟采购产品名称: Bioanalyzer 分析仪	拟采购产品金额(万元): 45
	所属采购项目名称: 医疗科研设备(杭州市医学转化生物样本库项目)	所属采购项目金额(万元):
专家论证意见	1. 是否存在国产同类产品: <input checked="" type="checkbox"/> 存在 <input type="checkbox"/> 不存在 2. 采购进口产品的必要性、不可替代性、采购国产同类产品对工作的实质性影响等方面的原因阐述:(论证意见应当完整、清晰和明确, 可另附纸)	
	该设备有更宽大的分离测量范围, 5~250KDa, 总RNA分离范围是25~6000nt, DNA分离范围25~12000bp, 具有检测灵敏度(1pg/ml)高, 因此设备无法很好地满足实验需求且检测样本效率低, 建议采购进口设备。	
	论证专家签字: 孙华余 2021年11月12日	

## 杭州市政府采购进口产品专家论证意见表

专家信息	姓名: <u>孙晓东</u> 职称: <u>高工</u> 工作单位: <u>杭州市中医院</u>	
基本情况	申请单位: 杭州市第七人民医院	
	拟采购产品名称: Bioanalyzer 分析仪	拟采购产品金额(万元): 45
	所属采购项目名称: 医疗科研设备 (杭州市医学转化生物样本库项目)	所属采购项目金额(万元):
专家论证意见	1. 是否存在国产同类产品: <input checked="" type="checkbox"/> 存在 <input type="checkbox"/> 不存在 2. 采购进口产品的必要性、不可替代性、采购国产同类产品对工作的实质性影响等方面的原因阐述: (论证意见应当完整、清晰和明确, 可另附纸)	
	<p style="margin-left: 20px;">进口产品在 RNA 分离范围、蛋白分离范围及</p> <p style="margin-left: 20px;">蛋白检测灵敏度上都远</p> <p style="margin-left: 20px;">灵敏度和检测精度上更优。</p>	

论证专家签字: 孙晓东  
 2021年11月12日

## 杭州市政府采购进口产品专家论证意见表

专家信息	姓名: 王清波 职称: 高级工程师 工作单位: 杭州市第七人民医院	
基本情况	申请单位: 杭州市第七人民医院	
	拟采购产品名称: Bioanalyzer 分析仪 所属采购项目名称: 医疗科研设备 (杭州市医学转化生物样本库项目)	拟采购产品金额(万元): 45 所属采购项目金额(万元):
专家论证意见	1. 是否存在国产同类产品: <input checked="" type="checkbox"/> 存在 <input type="checkbox"/> 不存在 2. 采购进口产品的必要性、不可替代性、采购国产同类产品对工作的实质性影响等方面的原因阐述: (论证意见应当完整、清晰和明确, 可另附纸)	
	<p style="text-align: center; margin: 0;">进口品牌拥有更宽蛋白测量范围 5-250kDa,</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">国产产品只有 14-150kDa, 无法很好地满足实验需求. 进口品牌检测样本效率更高.</p>	
论证专家签字: 王清波 2021 年 11 月 12 日		