


杭州市政府采购进口产品专家论证意见表

专 家 信 息	姓名: 金明宇	
	职称: 律师	
	工作单位: 浙江沁地律师事务所	
基 本 情 况	申请单位: 杭州市第七人民医院	
	拟采购产品名称: 高通量智能化数字病理成像及分析系统	拟采购产品金额(万元): 350
	所属采购项目名称: 医疗科研设备(杭州市医学转化生物样本库项目)	所属采购项目金额(万元):
专 家 论 证 意 见	<p>1. 是否存在国产同类产品: <input checked="" type="checkbox"/>存在 <input type="checkbox"/>不存在</p> <p>2. 采购进口产品的必要性、不可替代性、采购国产同类产品对工作的实质性影响等方面的原因阐述:(论证意见应当完整、清晰和明确,可另附纸)</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">国产设备精度不能满足课题要求,符合采购进口设备的相关规定,建议允许采购进口产品.</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">论证专家签字: </p> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">2024年11月12日</p>	

杭州市政府采购进口产品专家论证意见表

专家信息	姓名: <u>李余</u>	
	职称: <u>工程师</u>	
	工作单位: <u>杭州市肿瘤医院</u>	
基本情况	申请单位: 杭州市第七人民医院	
	拟采购产品名称: 高通量智能化数字病理成像及分析系统	拟采购产品金额(万元): 350
	所属采购项目名称: 医疗科研设备(杭州市医学转化生物样本库项目)	所属采购项目金额(万元):
专家论证意见	1. 是否存在国产同类产品: <input checked="" type="checkbox"/> 存在 <input type="checkbox"/> 不存在 2. 采购进口产品的必要性、不可替代性、采购国产同类产品对工作的实质性影响等方面的原因阐述:(论证意见应当完整、清晰和明确,可另附纸)	
	<p style="font-size: 1.2em;">进口设备具有专业的全套分析软件,智能仪器精度高,高清图像质量,同时具有荧光显微功能,全自动高精度扫描等,国产设备功能,性能上欠佳,建议采购进口设备。</p>	
论证专家签字: <u>李余</u> 2021年11月12日		



杭州市政府采购进口产品专家论证意见表

专家信息	姓名: <i>王斌</i>	
	职称: <i>高工</i>	
	工作单位: <i>杭州中医院</i>	
基本情况	申请单位: 杭州市第七人民医院	
	拟采购产品名称: 高通量智能化数字病理成像及分析系统	拟采购产品金额(万元): 350
	所属采购项目名称: 医疗科研设备(杭州市医学转化生物样本库项目)	所属采购项目金额(万元):
专家论证意见	1. 是否存在国产同类产品: <input checked="" type="checkbox"/> 存在 <input type="checkbox"/> 不存在 2. 采购进口产品的必要性、不可替代性、采购国产同类产品对工作的实质性影响等方面的原因阐述:(论证意见应当完整、清晰和明确,可另附纸)	
	<p style="font-size: 1.2em; margin: 0;"><i>进口分析系统智能化高, 流程需人工干预。</i></p> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;"><i>同时在图像采集、图像分析专业软件、激光显微扫描上都存在国产同类产品</i></p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 论证专家签字: <i>王斌</i> 2021年11月12日 </div>	

杭州市政府采购进口产品专家论证意见表

专 家 信 息	姓名： <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">王清波</div>	
	职称： <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">高级工程师</div>	
	工作单位： <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">杭州市第一人民医院</div>	
基 本 情 况	申请单位：杭州市第七人民医院	
	拟采购产品名称：高通量智能化数字病理成像及分析系统	拟采购产品金额(万元)：350
	所属采购项目名称：医疗科研设备（杭州市医学转化生物样本库项目）	所属采购项目金额(万元)：
专 家 论 证 意 见	<p>1. 是否存在国产同类产品：<input checked="" type="checkbox"/>存在 <input type="checkbox"/>不存在</p> <p>2. 采购进口产品的必要性、不可替代性、采购国产同类产品对工作的实质性影响等方面的原因阐述：(论证意见应当完整、清晰和明确，可另附纸)</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.1em;">进口品牌采用双CCD图像采集系统，可以实现边对边拍照。国产品牌无法做到。进口品牌切片架上载后自动扫描，无需人工干预。进口通量更高，可达于450片，国产仅为200片。</p>	
	论证专家签字： <div style="font-size: 1.5em; margin-left: 100px;">王清波</div> 2021年11月12日	

杭州市政府采购进口产品专家论证意见表

专 家 信 息	姓名: 	
	职称: 32	
	工作单位: 杭州市口腔医院	
基 本 情 况	申请单位: 杭州市第七人民医院	
	拟采购产品名称: 高通量智能化数字病理成像及分析系统	拟采购产品金额(万元): 350
	所属采购项目名称: 医疗科研设备(杭州市医学转化生物样本库项目)	所属采购项目金额(万元):
专 家 论 证 意 见	<p>1. 是否存在国产同类产品: <input checked="" type="checkbox"/>存在 <input type="checkbox"/>不存在</p> <p>2. 采购进口产品的必要性、不可替代性、采购国产同类产品对工作的实质性影响等方面的原因阐述:(论证意见应当完整、清晰和明确,可另附纸)</p> <p>1. 进口的智能化程度高,自动扫描,速率更快,可大于450张/分钟,有200块.</p> <p>2. 进口具有明场荧光扫描同时具有荧光免疫组化功能,全自动高精扫描台,最佳光学分辨率可达x方向136mm以上</p> <p>3. 进口具有存储连续扫描功能,可一边扫描一边加载,适用于大批病理切片扫描</p>	
论证专家签字:  2021年11月12日		