

杭州市政府采购进口产品专家论证意见表

专家信息	姓名: 金明宇	
	职称: 律师	
	工作单位: 浙江沁地律师事务所	
基本情况	申请单位: 杭州市第七人民医院	
	拟采购产品名称: 全自动样本前处理系统	拟采购产品金额(万元): 260
	所属采购项目名称: 医疗科研设备(杭州市医学转化生物样本库项目)	所属采购项目金额(万元):
专家论证意见	1. 是否存在国产同类产品: ☒ 存在 ☐ 不存在 2. 采购进口产品的必要性、不可替代性、采购国产同类产品对工作的实质性影响等方面的原因阐述:(论证意见应当完整、清晰和明确,可另附纸) 国产设备精度不能满足课题的要求,符合采购进口设备的相关规定 建议允许采购进口产品.	
	论证专家签字: 金明宇 2021年11月12日	

杭州市政府采购进口产品专家论证意见表

专家信息	姓名:	邵余	
	职称:	工程师	
	工作单位:	杭州市肿瘤医院	
基本情况	申请单位:	杭州市第七人民医院	
	拟采购产品名称: 全自动样本前处理系统	拟采购产品金额(万元): 260	
	所属采购项目名称: 医疗科研设备 (杭州市医学转化生物样本库项目)	所属采购项目金额(万元):	
专家论证意见	1. 是否存在国产同类产品: ☒存在 ☐不存在 2. 采购进口产品的必要性、不可替代性、采购国产同类产品对工作的实质性影响等方面的原因阐述: (论证意见应当完整、清晰和明确, 可另附纸) 进口产品具有针对血液样本离心后分层界面探测技术, 自动移液功能 8 通道移液机械臂完成, 可同时处理 8 个不同容量、不同间距随点摆放的样本容器, 能同时处理 192 个样本, 并具备螺旋吸液技术, 而国产设备功能不够完善, 建议采购进口设备。		
	论证专家签字: 邵余 2021 年 11 月 12 日		

杭州市政府采购进口产品专家论证意见表

专家信息	姓名: 王清波	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 杭州市第一人民医院	
基本情况	申请单位: 杭州市第七人民医院	
	拟采购产品名称: 全自动样本前处理系统	拟采购产品金额(万元): 260
	所属采购项目名称: 医疗科研设备(杭州市医学转化生物样本库项目)	所属采购项目金额(万元):
专家论证意见	1. 是否存在国产同类产品: ☒存在 ☐不存在 2. 采购进口产品的必要性、不可替代性、采购国产同类产品对工作的实质性影响等方面的原因阐述:(论证意见应当完整、清晰和明确,可另附纸)	
	卫健委新建生物样本库项目,样本前处理涉及到采血管条码扫描等多个功能模块,国产设备无法整合这些功能模块。目前又有进口设备具备针对血液样本离心后分层界面的探测技术,国产品牌最多同时处理10个样本,进口品牌最多处理192个样本。 论证专家签字: 王清波 2021 年 11 月 12 日	

杭州市政府采购进口产品专家论证意见表

专家信息	姓名: 邵强	
	职称: 高工	
	工作单位: 杭州市中医院	
基本情况	申请单位: 杭州市第七人民医院	
	拟采购产品名称: 全自动样本前处理系统	拟采购产品金额(万元): 260
	所属采购项目名称: 医疗科研设备(杭州市医学转化生物样本库项目)	所属采购项目金额(万元):
专家论证意见	1. 是否存在国产同类产品: ☒ 存在 ☐ 不存在 2. 采购进口产品的必要性、不可替代性、采购国产同类产品对工作的实质性影响等方面的原因阐述:(论证意见应当完整、清晰和明确,可另附纸)	
	进口设备可用于全封闭环境下进行样本处理,对环境和操作人员有保护作用,国产同类产品尚难以实现。	
论证专家签字: 邵强 2021年11月12日		

杭州市政府采购进口产品专家论证意见表

专家信息	姓名:	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 杭州市红十字会医院	
基本情况	申请单位: 杭州市第七人民医院	
	拟采购产品名称: 全自动样本前处理系统	拟采购产品金额(万元): 260
	所属采购项目名称: 医疗科研设备(杭州市医学转化生物样本库项目)	所属采购项目金额(万元):
专家论证意见	1. 是否存在国产同类产品: ☒存在 ☐不存在 2. 采购进口产品的必要性、不可替代性、采购国产同类产品对工作的实质性影响等方面的原因阐述:(论证意见应当完整、清晰和明确,可另附纸) 1. 进口设备的购置增加了,体现高精度的实验需求. 2. 后处理状态,环境的影响小,减少实验的干扰. 3. 具有所对应液样本离心后分层界面的鉴别能力.	
	论证专家签字: 2021 年 11 月 12 日	