






杭州市政府采购进口产品专家论证意见表

专 家 信 息	姓名: 金明宇	
	职称: 律师	
	工作单位: 浙江沁地律师事务所	
基 本 情 况	申请单位: 杭州市第七人民医院	
	拟采购产品名称: 超高效液相色谱三重四极杆质谱联用仪	拟采购产品金额(万元): 350
	所属采购项目名称: 医疗科研设备(杭州市医学转化生物样本库项目)	所属采购项目金额(万元):
专 家 论 证 意 见	<p>1. 是否存在国产同类产品: <input checked="" type="checkbox"/>存在 <input type="checkbox"/>不存在</p> <p>2. 采购进口产品的必要性、不可替代性、采购国产同类产品对工作的实质性影响等方面的原因阐述:(论证意见应当完整、清晰和明确,可另附纸)</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">国产设备精度不能满足课题要求,符合采购进口设备的相关规定,建议允许采购进口产品。</p>	
论证专家签字:  2024年11月12日		

杭州市政府采购进口产品专家论证意见表

专家信息	姓名: <u> 李 余 </u>	
	职称: <u> 工 程 师 </u>	
	工作单位: <u> 杭 州 市 脾 胃 胆 胰 胆 石 科 </u>	
基本情况	申请单位: 杭州市第七人民医院	
	拟采购产品名称: 超高效液相色谱三重四极杆质谱联用仪	拟采购产品金额(万元): 350
	所属采购项目名称: 医疗科研设备(杭州市医学转化生物样本库项目)	所属采购项目金额(万元):
专家论证意见	1. 是否存在国产同类产品: <input checked="" type="checkbox"/> 存在 <input type="checkbox"/> 不存在	
	2. 采购进口产品的必要性、不可替代性、采购国产同类产品对工作的实质性影响等方面的原因阐述:(论证意见应当完整、清晰和明确,可另附纸) <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;"> 进口设备分辨率、扫描速度、定量能力、稳定性明显优于国产设备,且设备故障率低,建议采购进口设备。 </div>	
论证专家签字: <u> 李 余 </u> 2021年11月12日		



杭州市政府采购进口产品专家论证意见表

专 家 信 息	姓名: 	
	职称: 	
	工作单位: 	
基 本 情 况	申请单位: 杭州市第七人民医院	
	拟采购产品名称: 超高效液相色谱三重四极杆质谱联用仪	拟采购产品金额(万元): 350
	所属采购项目名称: 医疗科研设备(杭州市医学转化生物样本库项目)	所属采购项目金额(万元):
专 家 论 证 意 见	<p>1. 是否存在国产同类产品: <input checked="" type="checkbox"/>存在 <input type="checkbox"/>不存在</p> <p>2. 采购进口产品的必要性、不可替代性、采购国产同类产品对工作的实质性影响等方面的原因阐述:(论证意见应当完整、清晰和明确,可另附纸)</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">进口药品所具有的药物研究领域中的小分子化合物的定量分析 药物代谢物鉴定,同时具有三重四极杆的高端功能等 等 功能模块在国内产设备中尚不存在。</p>	
	论证专家签字:  2021年11月12日	

杭州市政府采购进口产品专家论证意见表

专 家 信 息	姓名： <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">王清波</div>	
	职称： <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">高级工程师</div>	
	工作单位： <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">杭州市第一人民医院</div>	
基 本 情 况	申请单位：杭州市第七人民医院	
	拟采购产品名称：超高效液相色谱三重四极杆质谱联用仪	拟采购产品金额(万元)：350
	所属采购项目名称：医疗科研设备（杭州市医学转化生物样本库项目）	所属采购项目金额(万元)：
专 家 论 证 意 见	<p>1. 是否存在国产同类产品：<input checked="" type="checkbox"/>存在 <input type="checkbox"/>不存在</p> <p>2. 采购进口产品的必要性、不可替代性、采购国产同类产品对工作的实质性影响等方面的原因阐述：(论证意见应当完整、清晰和明确，可另附纸)</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">进口品牌进行药物研究领域的小分子化合物的 定量分析。进口品牌可进行药物研究领域中的药物 代谢鉴定等定性分析。进口品牌具备同时利用 线性离子阱的高灵敏度全扫描功能采集所有 检测出峰的代谢物的高质量MS/MS和MS³/MS²/MS 数据的功能。</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">论证专家签字：<div style="font-size: 1.2em;">王清波</div> 2021 年 11 月 12 日</p>	

杭州市政府采购进口产品专家论证意见表

专 家 信 息	姓名: 	
	职称: 主任工程师	
	工作单位: 杭州口腔医院	
基 本 情 况	申请单位: 杭州市第七人民医院	
	拟采购产品名称: 超高效液相色谱三重四极杆质谱联用仪	拟采购产品金额(万元): 350
	所属采购项目名称: 医疗科研设备(杭州市医学转化生物样本库项目)	所属采购项目金额(万元):
专 家 论 证 意 见	<p>1. 是否存在国产同类产品: <input checked="" type="checkbox"/>存在 <input type="checkbox"/>不存在</p> <p>2. 采购进口产品的必要性、不可替代性、采购国产同类产品对工作的实质性影响等方面的原因阐述:(论证意见应当完整、清晰和明确,可另附纸)</p> <p>1. 同类产品是进口品牌的略降,为进口品牌的替代产品</p> <p>2. 进口品牌优于国内品牌</p> <p>3. 进口可确保在一相和二相检测分析中既快速准确,稳定性好,且可检测的物质,国内品牌,只能一相检测,即可造成</p> <p>4. 进口可选择性和灵敏度的MSM扫描,且离子扫描,离子扫描过程中丢失扫描式检测,且若特殊的同标化检测的可能性</p>	
论证专家签字  2021年11月12日		