

杭州市政府采购进口产品专家论证意见表

专家信息	姓名: 金明宇	
	职称: 律师	
	工作单位: 浙江沁也律师事务所	
基本情况	申请单位: 杭州市第七人民医院	
	拟采购产品名称: 全自动程序降温仪	拟采购产品金额(万元): 20
	所属采购项目名称: 医疗科研设备(杭州市医学转化生物样本库项目)	所属采购项目金额(万元):
专家论证意见	<p>1. 是否存在国产同类产品: <input checked="" type="checkbox"/>存在 <input type="checkbox"/>不存在</p> <p>2. 采购进口产品的必要性、不可替代性、采购国产同类产品对工作的实质性影响等方面的原因阐述:(论证意见应当完整、清晰和明确,可另附纸)</p> <p style="text-align: center;">国产设备与度不能满足课题要求;符合采购进口设备的相关规定,建议允许进口产品。</p>	
论证专家签字: 金明宇 2021年11月12日		

杭州市政府采购进口产品专家论证意见表

专 家 信 息	姓名: <u>郑伟</u>	
	职称: <u>高工</u>	
	工作单位: <u>杭州市中医院</u>	
基 本 情 况	申请单位: 杭州市第七人民医院	
	拟采购产品名称: 全自动程序降温仪	拟采购产品金额(万元): 20
	所属采购项目名称: 医疗科研设备(杭州市医学转化生物样本库项目)	所属采购项目金额(万元):
专 家 论 证 意 见	<p>1. 是否存在国产同类产品: <input checked="" type="checkbox"/>存在 <input type="checkbox"/>不存在</p> <p>2. 采购进口产品的必要性、不可替代性、采购国产同类产品对工作的实质性影响等方面的原因阐述:(论证意见应当完整、清晰和明确,可另附纸)</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">进口降温仪具有双温度传感器,控制精度高,可精确控制降温速率,可避免细胞复苏率达不到90%以上,国产未达标,故选择</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">论证专家签字: <u>郑伟</u> 2021年11月12日</p>	



杭州市政府采购进口产品专家论证意见表

专 家 信 息	姓名: <u>王清波</u>	
	职称: <u>高级工程师</u>	
	工作单位: <u>杭州市第一人民医院</u>	
基 本 情 况	申请单位: 杭州市第七人民医院	
	拟采购产品名称: 全自动程序降温仪	拟采购产品金额(万元): 20
	所属采购项目名称: 医疗科研设备 (杭州市医学转化生物样本库项目)	所属采购项目金额(万元):
专 家 论 证 意 见	<p>1. 是否存在国产同类产品: <input checked="" type="checkbox"/>存在 <input type="checkbox"/>不存在</p> <p>2. 采购进口产品的必要性、不可替代性、采购国产同类产品对工作的实质性影响等方面的原因阐述: (论证意见应当完整、清晰和明确, 可另附纸)</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">进口产品双电磁阀设计, 精确控温, 快速 降温. 国产产品为单电磁阀设计, 无法精确控温. 进口产品由低温氮气注入冷冻腔体, 因此 无此技术无法达到降温速率.</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">论证专家签字: <u>王清波</u> 2021年11月12日</p>	

杭州市政府采购进口产品专家论证意见表

专家信息	姓名: <u>邱余</u>	
	职称: <u>工程师</u>	
	工作单位: <u>杭州市肿瘤医院</u>	
基本情况	申请单位: 杭州市第七人民医院	
	拟采购产品名称: 全自动程序降温仪	拟采购产品金额(万元): 20
	所属采购项目名称: 医疗科研设备(杭州市医学转化生物样本库项目)	所属采购项目金额(万元):
专家论证意见	<p>1. 是否存在国产同类产品: <input checked="" type="checkbox"/>存在 <input type="checkbox"/>不存在</p> <p>2. 采购进口产品的必要性、不可替代性、采购国产同类产品对工作的实质性影响等方面的原因阐述:(论证意见应当完整、清晰和明确,可另附纸)</p> <p style="font-size: 1.2em;">进口设备具备均一的低温氮气注入冷冻腔体,防止液滴引进样品局部降温结晶受到损坏,国产设备无法达到降温速率。国产设备为单温控制,精度不够,降温不均一,建议采购进口设备。</p>	
论证专家签字: <u>邱余</u> 2021年11月12日		

杭州市政府采购进口产品专家论证意见表

专家信息	姓名: 	
	职称: 22	
	工作单位: 杭州口腔医院	
基本情况	申请单位: 杭州市第七人民医院	
	拟采购产品名称: 全自动程序降温仪	拟采购产品金额(万元): 20
	所属采购项目名称: 医疗科研设备(杭州市医学转化生物样本库项目)	所属采购项目金额(万元):
专家论证意见	<p>1. 是否存在国产同类产品: <input checked="" type="checkbox"/>存在 <input type="checkbox"/>不存在</p> <p>2. 采购进口产品的必要性、不可替代性、采购国产同类产品对工作的实质性影响等方面的原因阐述:(论证意见应当完整、清晰和明确,可另附纸)</p> <p>1. 用于科研没有建议更性价比</p> <p>2. 进口没有精确检测生物样品的降温速率. 液氮制感细胞具有90%以上</p> <p>3. 具有双温度传感器, 一个测液体温度, 一个测样品温度. 精度更精确. 国产没有不具备</p>	
论证专家签字:  2021年11月12日		