

杭州市政府采购进口产品专家论证意见表

专家信息	姓名: 金明宇	
	职称: 律师	
	工作单位: 浙江沁地律师事务所	
基本情况	申请单位: 杭州市第七人民医院	
	拟采购产品名称: 全自动样本处理平台	拟采购产品金额(万元): 150
	所属采购项目名称: 医疗科研设备(杭州市医学转化生物样本库项目)	所属采购项目金额(万元):
专家论证意见	<p>1. 是否存在国产同类产品: <input checked="" type="checkbox"/>存在 <input type="checkbox"/>不存在</p> <p>2. 采购进口产品的必要性、不可替代性、采购国产同类产品对工作的实质性影响等方面的原因阐述:(论证意见应当完整、清晰和明确,可另附纸)</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">国产设备精度不能满足课题要求,符合采购进口设备的相关规定,建议允许采购进口产品。</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">论证专家签字: 金明宇</p> <p style="text-align: right; margin-top: 5px;">2021年11月12日</p>	

杭州市政府采购进口产品专家论证意见表

专 家 信 息	姓名: <u>邱余</u>	
	职称: <u>工程师</u>	
	工作单位: <u>杭州市肿瘤医院</u>	
基 本 情 况	申请单位: 杭州市第七人民医院	
	拟采购产品名称: 全自动样本处理平台	拟采购产品金额(万元): 150
	所属采购项目名称: 医疗科研设备 (杭州市医学转化生物样本库项目)	所属采购项目金额(万元):
专 家 论 证 意 见	1. 是否存在国产同类产品: <input checked="" type="checkbox"/> 存在 <input type="checkbox"/> 不存在 2. 采购进口产品的必要性、不可替代性、采购国产同类产品对工作的实质性影响等方面的原因阐述: (论证意见应当完整、清晰和明确, 可另附纸)	
	<p style="font-size: 1.2em;">进口设备软件采用可视化模块式设计, 注射器耐腐蚀, 机械强度高, 全自动样品处理平台传动装置采用电机驱动, 不会造成卡机, 国产设备软硬件欠佳, 不够完善, 建议采购进口设备。</p>	
论证专家签字: <u>邱余</u> 2021年11月12日		

杭州市政府采购进口产品专家论证意见表

专家信息	姓名: <u>孙晓娟</u>	
	职称: <u>高工</u>	
	工作单位: <u>杭州市中医院</u>	
基本情况	申请单位: 杭州市第七人民医院	
	拟采购产品名称: 全自动样本处理平台	拟采购产品金额(万元): 150
	所属采购项目名称: 医疗科研设备(杭州市医学转化生物样本库项目)	所属采购项目金额(万元):
专家论证意见	1. 是否存在国产同类产品: <input checked="" type="checkbox"/> 存在 <input type="checkbox"/> 不存在 2. 采购进口产品的必要性、不可替代性、采购国产同类产品对工作的实质性影响等方面的原因阐述:(论证意见应当完整、清晰和明确,可另附纸)	
	<p style="font-size: 1.2em;">进口产品平台运行稳定性高、精度高、故障率低,对科研有利于数据的保证,同时,进口的处理软件相对成熟,国产软件相对比较单一。</p>	
论证专家签字: <u>孙晓娟</u> 2021年11月12日		

杭州市政府采购进口产品专家论证意见表

专 家 信 息	姓名： <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">王清波</div>	
	职称： <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">高级工程师</div>	
	工作单位： <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">杭州市第一人民医院</div>	
基 本 情 况	申请单位：杭州市第七人民医院	
	拟采购产品名称：全自动样本处理平台	拟采购产品金额(万元)：150
	所属采购项目名称：医疗科研设备（杭州市医学转化生物样本库项目）	所属采购项目金额(万元)：
专 家 论 证 意 见	<p>1. 是否存在国产同类产品：<input checked="" type="checkbox"/>存在 <input type="checkbox"/>不存在</p> <p>2. 采购进口产品的必要性、不可替代性、采购国产同类产品对工作的实质性影响等方面的原因阐述：(论证意见应当完整、清晰和明确，可另附纸)</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em; margin-top: 20px;">进口品牌注射器采用 PEEK 材质，耐高温， 国产品牌采用塑料和橡胶材质，进口软件采用了 可视化设计，国产品牌软件功能相对比较单一。</p> <p style="text-align: right; margin-top: 50px;">论证专家签字：<div style="font-size: 1.5em; margin-left: 5px;">王清波</div> 2021年11月12日</p>	

