

杭州市政府采购进口产品申请核准表


申报时间： 2022年 5 月 日

编号：

基 本 情 况	申请单位（采购单位）： 杭州市第七人民医院	
	联系人： 曹 侃	联系电话： 0571-85126067
	拟进口的产品名称： 超高速离心机	采购数量： 1 套
	采购目录： 货物类	预算金额(万元)： 90 万元
	上一年度是否购买过此进口产品： 是 ☐ 在用数量(0)； 否 ☒	
	采购产品所属项目名称： 临床检验设备	
	所属目录（应在括号里注明具体产品品目）： ☐ 国家鼓励进口产品（ ☐ 国家限制进口产品（ ☒ 经全省统一论证的产品品目（ 第三条 离心机 ☐ 其他（	
申 请 单 位 意 见	申请理由： ☐ 1. 中国境内无法获取或无法以合理的商业条件获取； ☐ 2. 在中国境外使用而进行采购的； ☒ 3. 国内有同类产品但无法满足实质需求，确需采购进口产品的（如勾选，请附产品对比情况说明） 意见阐述：（论证意见应当完整、清晰和明确，可另附纸） 超速离心机可以进行各种细胞、核酸、蛋白等大分子物质的分离和纯化工作及各种亚细胞器和病毒组分分离，是细胞组学、基因组学、蛋白组学、药物等研究的重要工具。 经调研，进口品牌具有以下性能优势，而国内目前没有同类产品。 1、进口品牌最高转速可达100000rpm，离心力可达802000xg。 2、进口品牌具备转头动态惯性检测功能和超速检测功能。能数字化实时显示真实真空度数值，保证实验样本温度的稳定性及转头和轴的使用安全性。 3、进口品牌具备离心专业软件，可以对实验进行模拟计算，避免预实验对实验样本造成浪费，同时可以做不同转头的更换计算，保证实验结果，方便实验使用。 我院采购该项目纯应用于科研，为满足我院科研需求，因此申请采购进口产品。	
	经办人（签名）： 单位负责人（签名）： 2022 年 5 月 日（单位盖章）	

说明：

- 如属于国家法律法规政策明确鼓励进口的产品，以及经全省统一论证的产品或之前已经其他单位申报审核同意进口的产品，需提供相关政策文件或说明材料，可免于专家论证和主管部门审查；如属于国家法律法规政策明确限制进口的产品，需提供专家论证意见和主管部门审查意见。
- 论证专家人数不足5位，请在“申请单位意见栏”中说明理由。

专 家 论 证 意 见	论证时间	2022.5.19		论证意见		附 件	张
	意见概述（可另附纸）：						
	专家信息						
	专家姓名	工作单位	专业	职称	手机	专家签名	
	金明宇	浙江德地律师事务所	律师	主任	13575771644	金明宇	
	陈海龙	杭州中汇信	陈海龙	主任	15867128528	陈海龙	
	林方方	省中安信资产评估	资产评估师	高工	15805711681	林方方	
张安	杭州中安信	高工	高工	18919132737	张安		
沈文	浙江中安信	高工	高工	13858078451	沈文		
主 管 部 门 审 查 意 见	产品所属行业主管或单位行政主管部门意见：						
	  经办人 潘标 单位负责人 2022年 6月 日 单位盖章						
财 政 部 门 审 核 意 见	受理时间		受理人		电话		
	 经办人： 负责人： 年 月 日 单位盖章						

杭州市政府采购进口产品专家论证意见表

专家信息	姓名: 金明宇	
	职称: 律师	
	工作单位: 浙江义地律师事务所	
基本情况	申请单位: 杭州市第七人民医院	
	拟采购产品名称: 超高速离心机	拟采购产品金额(万元): 90万元
	所属采购项目名称: 临床检验类	所属采购项目金额(万元): 90万元
专家论证意见	1. 是否存在国产同类产品: ☐存在 ☒不存在 2. 采购进口产品的必要性、不可替代性、采购国产同类产品对工作的实质性影响等方面的原因阐述: (论证意见应当完整、清晰和明确, 可另附纸) 国产设备不能满足课题要求, 符合采购进口设备的相关规定, 建议允许采购进口产品.	
	论证专家签字: 金明宇 2022 年 08 月 19 日	

杭州市政府采购进口产品专家论证意见表

专家信息	姓名:	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 杭州师范大学附属医院	
基本情况	申请单位: 杭州市第七人民医院	
	拟采购产品名称: 超高速离心机	拟采购产品金额(万元): 90万元
	所属采购项目名称: 临床检验设备	所属采购项目金额(万元): 90万元
专家论证意见	1. 是否存在国产同类产品: ☐存在 ☒不存在 2. 采购进口产品的必要性、不可替代性、采购国产同类产品对工作的实质性影响等方面的原因阐述: (论证意见应当完整、清晰和明确, 可另附纸) 超高速离心机进口品牌具有转速10万rpm和离心力80000g. 离心效率及稳定性高. 离心数据分析和质控具有优势. 且价格合理.	
	论证专家签字: 2022年5月19日	

杭州市政府采购进口产品专家论证意见表

专家信息	姓名: 	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 浙大儿研	
基本情况	申请单位: 杭州市第七人民医院	
	拟采购产品名称: 超高速离心机	拟采购产品金额(万元): 90万元
	所属采购项目名称: 临床检验设备	所属采购项目金额(万元): 90万元
专家论证意见	1. 是否存在国产同类产品: ☐存在 ☒不存在 2. 采购进口产品的必要性、不可替代性、采购国产同类产品对工作的实质性影响等方面的原因阐述:(论证意见应当完整、清晰和明确,可另附纸) 论证理由: 国产离心机, 转速低, 离心力小, 离心时间短, 离心效果差, 且离心过程中会产生大量热量, 影响离心效果, 且离心过程中会产生大量噪音, 影响实验室环境, 因此, 进口离心机具有不可替代性。 进口离心机具有以下优势: ① 最高转速 ≥ 10万转/分, 离心力 ≥ 80万倍; ② 具有多种离心模式, 可满足各种离心需求; ③ 具有多种离心附件, 可满足各种离心需求, 且对样品无损伤。 为临床科研需要, 进口离心机是必要的!	
	论证专家签字:  2022年5月19日	

杭州市政府采购进口产品专家论证意见表

专家信息	姓名:	张永明	
	职称:	高工	
	工作单位:	杭州市中医院	
基本情况	申请单位:	杭州市第七人民医院	
	拟采购产品名称: 超高速离心机	拟采购产品金额(万元):	90万元
	所属采购项目名称: 临床检验设备	所属采购项目金额(万元):	90万元
专家论证意见	1. 是否存在国产同类产品: ☐ 存在 ☒ 不存在 2. 采购进口产品的必要性、不可替代性、采购国产同类产品对工作的实质性影响等方面的原因阐述:(论证意见应当完整、清晰和明确,可另附纸)		
	超高速离心机作为临床检验 分离和纯化的重要工具,最高转速是重要 指标,进口产品可达到10万转以上,因此, 有动态、慢性机转速控制功能对样品有很 好的保护作用,国内产品尚不能同时达到要求。 建议采购进口产品 论证专家签字: 张永明 2022年5月19日		

杭州市政府采购进口产品专家论证意见表

专家信息	姓名:	林松
	职称:	高工
	工作单位:	杭州市疾病预防控制中心
基本情况	申请单位:	杭州市第七人民医院
	拟采购产品名称: 超高速离心机	拟采购产品金额(万元): 90万元
	所属采购项目名称: 临床检验设备	所属采购项目金额(万元): 90万元
专家论证意见	1. 是否存在国产同类产品: ☒ 存在 ☐ 不存在 2. 采购进口产品的必要性、不可替代性、采购国产同类产品对工作的实质性影响等方面的原因阐述: (论证意见应当完整、清晰和明确, 可另附纸)	
	超高速离心机可以进行各种细胞、核膜、蛋白质大分子物质的高速离心分离及各种细胞和病毒组分离, 是细胞生物学、基因组学、蛋白质组学、药物等研究的重要工具。 目前进口设备具有以下优势: 1. 最高转速可达 100000 rpm 离心力可达 82000 Xg。 2. 转头动态惯性检测功能和超速检测功能可实现数字化实时监控主要实验参数数据, 保证实验样本处理过程的稳定性和转头和轴的长期使用。 3. 具有专业软件, 可以对实验进行模拟计算, 避免实验对实验样本造成浪费。同时可以做不同转头的互换计算保证实验精度, 方便实验操作。 综上所述论证, 目前国内没有具备以上 2022 年 5 月 19 日功能, 则建议购买美国进口超高速离心机 论证专家签字: 林松	