

杭州市政府采购进口产品申请核准表

申报时间： 2022年 5 月 日

编号：

基 本 情 况	申请单位（采购单位）： 杭州市第七人民医院	
	联系人： 曹 侃	联系电话： 0571-85126067
	拟进口的产品名称： 液相分析仪	采购数量： 1 套
	采购目录： 货物类	预算金额（万元）： 60 万元
	上一年度是否购买过此进口产品： 是 ☐ 在用数量（ 0 ）； 否 ☒	
	采购产品所属项目名称： 临床检验设备	
申 请 单 位 意 见	所属目录（应在括号里注明具体产品品目）： ☐ 国家鼓励进口产品（ ☐ 国家限制进口产品（ ☐ 经全省统一论证的产品品目（ ☒ 其他（	
	申请理由： ☐ 1. 中国境内无法获取或无法以合理的商业条件获取； ☐ 2. 在中国境外使用而进行采购的； ☒ 3. 国内有同类产品但无法满足实质需求，确需采购进口产品的（如勾选，请附产品对比情况说明） 意见阐述：（论证意见应当完整、清晰和明确，可另附纸） 制备型液相分析仪（High performance liquid chromatography, HPLC）应用高效分离纯化技术，分离热不稳定和非挥发性的、离解的和非离解的以及各种分子量范围的物质，是生物化学、食品分析、医药研究、有机合成等领域中必不可少的研究工具。 经调研，进口品牌的以下优点和功能是国产品牌不具备的： 1、进口产品分离样品量大，而且有高柱效、高流速、分离时间短的特点。 2、进口产品交叉污染少，死体积小（<0.005%），回收率高（>95%），泵的精准度好 3、进口产品扩展性更好，能实现四个以上的溶剂自动切换或者柱切换。国产做不到。 4、进口产品检测器标配紫外(UV)兼二极管阵列(DAD)且有漏液监测功能；而国产标配普通紫外。 5、进口产品稳定性好，具有安全试管数设置功能，可实现无人值守环境下的排样过夜。而国内产品无法做到。 6、进口产品馏分收集平台大。同规格的收集试管，进口能放置400根，国产只能200根。 目前我院无同类进口设备，采购该项目纯应用于科研，为满足我院科研需求，特申请采购进口产品。	
	经办人（签名）： 单位负责人（签名）： 2022年 5 月 日（单位盖章）	

说明：


1. 如属于国家法律法规政策明确鼓励进口的产品，以及经全省统一论证的产品或之前已经其他单位申报审核同意进口的产品，请提供相关政策文件或说明材料，可免于专家论证和主管部门审查；如属于国家法律法规政策明确限制进口的产品，请提供专家论证意见和主管部门审查意见。
2. 论证专家人数不足5位，请在“申请单位意见栏”中说明理由。

专家 论证 意见	论证时间	2022.5.19	论证意见		附 件	张
	意见概述（可另附纸）：					
	专家信息					
	专家姓名	工作单位	专业	职称	手机	专家签名
	金明宇	浙江万里学院	律师	主任	13575771009	金明宇
	解亚坤	杭州师范大学	副教授	副高	15867128528	解亚坤
	林松	浙江万里学院	副教授	副高	1585714651	林松
主管 部门 审 查 意 见	专家姓名	工作单位	专业	职称	手机	专家签名
	张亚娟	杭州师范大学	副教授	副高	18969132733	张亚娟
	沈文	浙江万里学院	副教授	副高	13858078051	沈文
财 政 部 门 审 核 意 见	产品所属行业主管或单位行政主管部门意见：					
	江修 2022.6 杨利 2022.6.7 浙江万里学院 财务与审计处 经办人 王凌宇 单位负责人 2022年6月8日 单位盖章					
财 政 部 门 审 核 意 见	受理时间		受理人		电话	
	经办人： 负责人： 年 月 日 单位盖章					

杭州市政府采购进口产品专家论证意见表

专家信息	姓名: 金明宇	
	职称: 律师	
	工作单位: 浙江金地律师事务所.	
基本情况	申请单位: 杭州市第七人民医院	
	拟采购产品名称: 液相分析仪	拟采购产品金额(万元): 60万元
	所属采购项目名称: 临床检验设备	所属采购项目金额(万元): 60万元
专家论证意见	1. 是否存在国产同类产品: ☐ 存在 ☒ 不存在 2. 采购进口产品的必要性、不可替代性、采购国产同类产品对工作的实质性影响等方面的原因阐述: (论证意见应当完整、清晰和明确, 可另附纸) 国产产品在准确度, 检验效率上有进口产品存在差距, 难以满足临床需求, 符合进口产品的规范, 建议采购进口产品.	
	论证专家签字: 金明宇 2022年5月19日	

杭州市政府采购进口产品专家论证意见表

专家信息	姓名: 	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 杭州种树医院	
基本情况	申请单位: 杭州市第七人民医院	
	拟采购产品名称: 液相分析仪	拟采购产品金额(万元): 60万元
	所属采购项目名称: 临床检验设备	所属采购项目金额(万元): 60万元
专家论证意见	1. 是否存在国产同类产品: ☐存在 ☒不存在 2. 采购进口产品的必要性、不可替代性、采购国产同类产品对工作的实质性影响等方面的原因阐述:(论证意见应当完整、清晰和明确,可另附纸) 进口产品分离效率高,具有高精度,分辨率高,分析时间短的特点。液相体积小于0.02μl,回收率大于95%,还有紫外和二级质谱检测系统,进口产品的性能良好,无人能及。经专家论证进口。	
	论证专家签字:  2022年5月19日	


杭州市政府采购进口产品专家论证意见表

专家信息	姓名:	林敏		
	职称:	高工		
	工作单位:	温州市中医学研究院		
基本情况	申请单位:	杭州市第七人民医院		
	拟采购产品名称:	液相分析仪	拟采购产品金额(万元):	60万元
	所属采购项目名称:	临床检验设备	所属采购项目金额(万元):	60万元
专家论证意见	1. 是否存在国产同类产品: ☒存在 ☐不存在 2. 采购进口产品的必要性、不可替代性、采购国产同类产品对工作的实质性影响等方面的原因阐述:(论证意见应当完整、清晰和明确,可另附纸) 液相色谱仪应用于高效分离纯化技术。与传统的柱层析相比具有体积小、分辨率高、操作简便等优点。且能实现自动化、高通量分析。在药物研发、质量控制、环境监测等领域有着广泛的应用。因此,采购液相色谱仪是必要的。 进口液相色谱仪具备以下优势: 1. 精度高,具有高精度、高流速、高分辨率等特点。 2. 交叉污染少,死体积小($<0.005\text{ml}$)回收率高($>95\%$)。 3. 使用寿命长,维护简单。 4. 可扩展性好,能满足不同规模的分析需求。 5. 可实现无人值守自动运行。 6. 符合GLP/GMP等法规要求。 综上所述,进口液相色谱仪具有较高的性价比,建议采购。			
	论证专家签字: 林敏 2022年5月19日			

杭州市政府采购进口产品专家论证意见表

专家信息	姓名:	张凤娟	
	职称:	高工	
	工作单位:	杭州市卫健委	
基本情况	申请单位:	杭州市第七人民医院	
	拟采购产品名称: 液相分析仪	拟采购产品金额(万元): 60万元	
	所属采购项目名称: 临床检验设备	所属采购项目金额(万元): 60万元	
专家论证意见	1. 是否存在国产同类产品: ☐ 存在 ☒ 不存在 2. 采购进口产品的必要性、不可替代性、采购国产同类产品对工作的实质性影响等方面的原因阐述: (论证意见应当完整、清晰和明确, 可另附纸)		
	液相分析仪主要用于科研中, 对各项性能指标和稳定性要求高, 进口产品相比国内同类产品具有高精度、高通量、高灵敏度等优势, 且价格低, 可实现几十个批次的检测或检测, 国内产品平台也可做400根左右, 相比国内产品200根也有较大优势, 建议采购进口产品 论证专家签字: 张凤娟 2022年5月10日		

杭州市政府采购进口产品专家论证意见表

专家信息	姓名: 	
	职称: 	
	工作单位: 	
基本情况	申请单位: 杭州市第七人民医院	
	拟采购产品名称: 液相分析仪	拟采购产品金额(万元): 60万元
	所属采购项目名称: 临床检验设备	所属采购项目金额(万元): 60万元
专家论证意见	1. 是否存在国产同类产品: ☐ 存在 ☒ 不存在 2. 采购进口产品的必要性、不可替代性、采购国产同类产品对工作的实质性影响等方面的原因阐述: (论证意见应当完整、清晰和明确, 可另附纸) 论证理由: 国产同类产品与进口产品在性能和价格上存在较大差距, 且进口产品在稳定性和使用寿命方面具有明显优势。具体分析如下: ① 进口产品品牌知名度高, 市场占有率大, 售后服务完善。 ② 进口产品故障率低, 使用寿命长, 维护成本低。 ③ 进口产品性能稳定, 检测结果准确, 符合国家相关标准。 ④ 进口产品价格合理, 性价比高。 综上所述, 建议采购进口产品。	
	论证专家签字:  2020年5月19日	