

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：顾成雄	
	职称：副主任技师	
	工作单位：宁波大学医学院附属医院	
项目信息	项目名称：宁波市康宁医院采购 3.0T 磁共振设备项目	
	供应商名称：上海联影医疗科技股份有限公司	
专业人员论证意见	3.0T 磁共振成像仪是医用核磁共振成像设备，是对于临床诊断具有重要意义。其内冷探头成像功能成像质量较传统成像提高 200%，采集数据量减少达 0.03%，将实现更快速、更真实的磁共振成像。相较于 MRI 设备高场强 DT 技术，如将 1.5T 设备替换为 3.0T 设备，首次实现 3.0T 的替换，该院设备在临床上首次实现 3.0T 的替换。目前，我国仅有联影公司生产此设备。对于建设磁共振成像系统，搭建精准疾病影像数据库，提供精准诊断。因此，拟采购	
专业人员签字	顾成雄	日期 22 年 9 月 21 日 日夕 吴新波

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：王凌波	
	职称：技师	
	工作单位：宁波大学附属人民医院	
项目信息	项目名称：宁波市康宁医院采购 3.0T 磁共振设备项目	
	供应商名称：上海联影医疗科技股份有限公司	
专业人员论证意见	医院采购3.0T磁共振用于儿童青少年疾病、退行性疾病、炎症性疾病、睡眠障碍、抑郁症、精神分裂等神经疾病和精神疾病等方面诊断。对技术要求特殊化。经过市场调研得知，中国唯一0-6岁婴幼儿脑图谱只有上海联影医疗科技股份有限公司生产的3.0T磁共振可以满足临床需求。在技术性能上该产品最大梯度场强$\geq 200\text{mT/m}$，最大梯度切换率$\geq 200\text{T/ms}$，神经专用头线圈≥ 64通道，实现更高分辨率的头颈部、血管及脑功能成像，为临床提供更准确数据。故建议单一来源方式采购。	
专业人员签字		日期 2022年9月21日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：张平	
	职称：主任医师	
	工作单位：宁波市鄞州区钟公庙社区卫生服务中心	
项目信息	项目名称：宁波市康宁医院采购 3.0T 磁共振设备项目	
	供应商名称：上海联影医疗科技股份有限公司	
专业人员论证意见	采购单位购置 3.0T 磁共振用于建设 脑功能影像平台，搭建精神疾病脑影像 数据库，用于精神疾病患者特别是双相疾 病患者早期筛查、预防和分类诊断。要求 设备具备全身无创感知、神经递质代谢研 究线圈≥64通道，且具备 0-6 岁婴幼儿线圈 谱。同时具备上述要求的仅有上海联影医 疗科技股份有限公司生产的 3.0T 磁共振设备。 建议单一来源采购	
专业人员签字	张平	日期 2022 年 9 月 21 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。