

嵊州市三界镇中心卫生院彩色多普勒超声诊断仪采购项目招标文件第二次更正公告

各投标供应商：

经采购人同意，现对嵊州市三界镇中心卫生院彩色多普勒超声诊断仪采购项目招标文件（JKCG-20210014）第三部分招标需求、开标时间作以下更正：

- 1、参数要求更正：“2.4 探头接口 ≥ 5 个”更正为“**2.4 探头接口 ≥ 4 个**”
- 2、删除参数要求：“2.12 自由解剖 M 型（多达 3 线）”
- 3、参数要求更正：“2.20 声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值（SSC 值）在屏幕上显示”更正为“**2.20 声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速**”
- 4、参数要求更正：“2.22 血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，并具备 I M T 评估曲线分析，血管内中膜自动实时测量，自动获取 6 组 IMT 内膜厚度值，并实时更新”更正为“**2.22 血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，并具备 I M T 评估曲线分析，血管内中膜自动实时测量，自动获取内膜厚度值，并实时更新**”
- 5、删除参数要求：“2.24 剪切波弹性成像，实时二维剪切波弹性技术，要求可实时动态显示剪切波图像（非静态）， ≥ 3 种弹性质控指标，具备三种定量参数，包括剪切波速度，杨氏模量和剪切模量，以获得标准规范的二维剪切波图像，在二维剪切波图上可以直接对组织的硬度进行测量，并且可对病灶周边浸润区进行测量评估，浸润区宽度可调节”
- 6、参数要求更正：“2.28 应变式弹性成像，具备组织硬度定量分析软件，压力曲线提示图标，直方图等分析工具，具备肿块周边组织与正常组织、肿块周边与肿块内组织弹性定量分析功能。”更正为“**2.28 具备组织硬度定量分析软件，压力曲线提示图标，直方图等分析工具，具备肿块周边组织与正常组织、肿块周边与肿块内组织弹性定量分析功能。**”
- 7、参数要求更正：“2.63 最大测量速度：PWD 血流速度最大 $\geq 7.0\text{m/s}$ ，CWD 血流速度最大 $\geq 14.0\text{m/s}$ ”更正为“**2.63 测量速度：PWD 血流速度 $\geq 7.0\text{m/s}$ ，CWD 血流速度 $\geq 14.0\text{m/s}$** ”
- 8、参数要求更正：“2.64 最低测量速度 $\leq 1\text{mm/s}$ （非噪声信号）”更正为“**2.64 测量速度 $\leq 1\text{mm/s}$ （非噪声信号）**”



9、参数要求更正：“2.69 彩色显示帧数：相控阵彩色帧率：最大扫描角度、深度 17cm，彩色帧频 ≥ 12 帧/秒，凸阵彩色帧率：最大扫描角度、18cm 深，彩色帧频 ≥ 10 帧/秒”更正为“**2.69 彩色显示帧数：相控阵彩色帧率：扫描角度、深度 ≥ 16 cm，彩色帧频 ≥ 12 帧/秒，凸阵彩色帧率：扫描角度、深度 ≥ 16 cm，彩色帧频 ≥ 10 帧/秒**”

10、参数要求更正：“2.72 显示控制：零位移动分 ≥ 9 级、黑/白与彩色比较、彩色对比”更正为“**2.72 显示控制：零位移动 ≥ 8 级、黑/白与彩色比较、彩色对比**”

11、商务资信要求更正：“质保期：整机保修（含探头）3 年。免费提供工作站一套（包括电脑、打印机、采集卡、PACS 接口费）。”更正为“**质保期：整机保修（含探头）3 年（提供原厂质保）。免费提供工作站一套（包括 UPS、电脑、打印机、采集卡、接入 PACS 系统）。**”

12、项目概况更正：“并于 2021 年 7 月 30 日 9: 30（北京时间）前递交（上传）投标文件。”更正为“**并于 2021 年 8 月 13 日 14: 30（北京时间）前递交（上传）投标文件。**”

13、获取招标文件时间更正：“2021 年 7 月 5 日至 2021 年 7 月 30 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）”更正为“**2021 年 7 月 5 日至 2021 年 8 月 13 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）**”

14、提交投标文件截止时间更正：“2021 年 7 月 30 日 9:30（北京时间）”更正为“**2021 年 8 月 13 日 14:30（北京时间）。**”

15、开标时间更正：“2021 年 7 月 30 日 9:30”更正为“**2021 年 8 月 13 日 14:30**”

16、投标截止更正：“投标截止时间：2021 年 7 月 30 日 9 时 30 分（北京时间）”更正为“**投标截止时间：2021 年 8 月 13 日 14 时 30 分（北京时间）**”

17、开标时间和地点更正：“开标时间：2021 年 7 月 30 日 9 时 30 分（北京时间）”更正为“**开标时间：2021 年 8 月 13 日 14 时 30 分（北京时间）**”

第二次更正公告将作为采购文件的一部分，若与采购文件内容有重复之处，以第二次更正文件为准。请各投标供应商做好相关准备，准时参加投标。

嵊州市三界镇中心卫生院

浙江建科工程项目管理有限公司

2021 年 7 月 28 日