



附件 2:

## 非政府采购项目采购进口产品申请审核表

申报时间: 2023年4月18日

编号:

基 本 情 况	申请单位 (采购单位)	温州市中医院		
	联系人	陈力	联系电话	0577-56965638
	拟进口的产品名称	科研型纯音听力计	采购目录	A0320 医疗设备
	数 量	1 套	金 额	16 万
	采购产品所属项目名称			
申 请 单 位 意 见	所属目录 (应在括号里注明具体产品品目): <input type="checkbox"/> 国家鼓励进口产品 ( ) <input type="checkbox"/> 国家限制进口产品 ( ) <input type="checkbox"/> 经全省统一论证的产品品目 ( ) <input checked="" type="checkbox"/> 其他 ( )			
	申请理由: <input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取或无法以合理的商业条件获取; <input type="checkbox"/> 2. 在中国境外使用而进行采购的; <input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他 (请在意见阐述中注明)			
意见阐述: 为确保各种听力学测试结果的准确, 必须对听力学诊疗、康复、研究所用的测试设备进行校准。听力学测试设备的校准, 主要是检验所用设备换能器发出的声音信号在频率、强度和时间等方面是否符合相关标准的规定。进口设备在信号及频率方面准确度更高, 为保证数据的准确性及对听力学测试结果负责, 故拟采购进口设备。				
<p>经办人  年 月 日</p> <p>单位负责人 </p> <p>单位盖章</p>				

	论证时间	2023.4.18	论证意见		附件	张
	意见概述（可另附纸）：进口的纯音听力计检定设备准确性更高，稳定性更好，与同类得国产产品相比。进口设备在技术指标上有较大优势。有效地满足实际需求，保证检测质量。故建议购买进口设备。					
专家	专家信息					
论证	专家姓名	工作单位	专业	职称	手机	专家签名
意见	陈松	温州市计量中心	物理	副研究员	1366555829	陈松
	符黎玲	温州市食品检验院	食品	主任药师	13750907482	符黎玲
	陈冰	温州市中心医院	物理	副高	1350587617	陈冰
	孙建	温州市人民医院	医学	副主任医师	1373675298	孙建
	朱心宇	浙江光通律师事务所	法学	律师	1356776866	朱心宇
市卫 健委 业务 主管 处室 审查 意见	产品所属行业主管或单位行政主管部门意见：    经办人：                      负责人： 年    月    日					
市卫 健委 意见	负责人： 年    月    日 单位盖章					

说明：1. 如属于国家法律法规政策明确鼓励进口的产品，以及经全省统一论证的产品或之前已经其他单位申报审核同意进口的产品，请提供相关政策文件或说明材料，可免于专家论证和主管部门审查；如属于国家法律法规政策明确限制进口的产品，请提供专家论证意见和主管部门审查意见。

2. 论证专家人数不足5位，请在“申请单位意见栏”中说明理由。

温州市中医院科研型纯音听力计进口论证专家签到表

序号	姓名	工作单位	职务、职称	联系电话	备注
	陈树明	温州市第七人民医院	副主任医师	13646515829	
	徐晓玲	温州市鼓楼医院	主任医师	13750907462	
	卢秉心	温州市中心医院	副高	13505876217	潘
	孙林	温州市人民医院	主任医师	13736750998	
	朱文娟	浙江瑞理律师事务所	律师	13567766366	

日期：2023年4月18日