

# 政府采购进口产品申请核准表

申报时间:

编号:

基 本 情 况	申请单位(采购单位)	平湖水疾病预防控制中心		
	联系人	倪大慧	联系电话	85267898
	拟进口的产品名称	全自动多通道平行浓缩仪	采购目录	其他医疗设备
	数 量	1 套	金 额	11 万元
	采购产品所属项目名称	实验室设备		
	所属目录(应在括号里注明具体产品品目):	<input type="checkbox"/> 国家鼓励进口产品 ( ) <input type="checkbox"/> 国家限制进口产品 ( ) <input type="checkbox"/> 经全省统一论证的产品品目 ( ) <input checked="" type="checkbox"/> 其他 ( )		
申 请 单 位 意 见	申请理由:	<input type="checkbox"/> 1.中国境内无法获取或无法以合理的商业条件获取; <input type="checkbox"/> 2.在中国境外使用而进行采购的; <input checked="" type="checkbox"/> 3.其他(请在意见阐述中注明)		
	意见阐述:	<p>氮吹浓缩仪主要用于食品、水、环境等样品的快速浓缩,是液相、气相以及质谱分析等不可缺少的样品前处理设备,单位目前还是采用手动浓缩装置,运行过程中需要操作人员看守且手动浓缩装置密封性差,溶剂蒸汽易挥发,对环境和实验人员的健康构成威胁。为满足检测工作的需要,需购买一台全自动多通道平行浓缩仪。根据前期市场调研,从设备参数、用户使用反馈等综合评估,申请采购进口品牌的全自动多通道平行浓缩仪。</p>		
<p>经办人  单位负责人</p> <p style="text-align: center;">2022年5月29日</p> <p style="text-align: center;"> 单位盖章</p>				

	论证时间		论证意见	同意	附件	张
专家 论证 意见	意见概述(可另附纸): 产品的进口设备,在功能之完整性、稳定性、故障率、使用寿命、制造 工艺、适用性等方面,比同类产品均有明显的优势,国内同类产品均不能完全 满足进口需求,建议进口设备。					
	专家信息					
	专家姓名	工作单位	专业	职称	手机	专家签名
	刘+李	浙江省设计院	暖通设备	高工	13575177356	刘+李
	曹仁	杭州市第七人民医院	生物医学工程	工程师	15005815091	曹仁
	徐松	杭州市设计院	暖通设备	高工	13888037001	徐松
王斌	浙江省人民医院	机械设计	工程师	15397181897	王斌	
曹仁	浙江省人民医院	医疗设备	高工	13005805357	曹仁	
主管 部门 审查 意见	产品所属行业主管或单位行政主管部门意见:					
	<p style="text-align: center;">经办人          单位负责人</p> <p style="text-align: center;">年    月    日</p> <p style="text-align: center;">单位盖章</p>					
财政 部门 审核 意见	受理时间		受理人		电话	
	<p style="text-align: center;">经办人:          负责人:</p> <p style="text-align: center;">年    月    日</p> <p style="text-align: center;">单位盖章</p>					

说明: 1. 如属于国家法律法规政策明确鼓励进口的产品, 以及经全省统一论证的产品或之前已经其他单位申报审核同意进口的产品, 请提供相关政策文件或说明材料, 可免于专家论证和主管部门审查; 如属于国家法律法规政策明确限制进口的产品, 请提供专家论证意见和主管部门审查意见。