政府采购进口产品申请核准表

申报时间：2023 年 8 月 20 日　　编号：

基本情况	申请单位（采购单位）	平湖市妇幼保健院		
	联系人	应静静	联系电话	18868333325
	拟进口的产品名称	除颤仪	采购目录	A02322500
	数　　量	6 台	金　　额	总计 22.8 万元
	采购产品所属项目名称	急救和生命支持设备		
	所属目录（应在括号里注明具体产品品目）： ☐ 国家鼓励进口产品（　　） ☐ 国家限制进口产品（　　） ☐ 经全省统一论证的产品品目（　　） ☑ 其他（　　）			
申请单位意见	申请理由： ☐ 1. 中国境内无法获取或无法以合理的商业条件获取； ☐ 2. 在中国境外使用而进行采购的； ☑ 3. 其他（请在意见阐述中注明）			
	意见阐述： 除颤监护仪是作为医疗单位必备的急救设备，是心脏骤停患者最有效救治、监护设备。进口除颤监护目前主要技术为电流控制的双相方波除颤技术，通过精确控制释放到心肌的除颤电流，尽可能的避免了峰值电流对心肌细胞的损伤，因而具有更为理想的除颤监护效果。故特申请采购进口产品。 经办人：应静静　单位负责人：陈[illegible] 2023 年 8 月 21 日 单位盖章			

扫描全能王 创建

专家论证意见	论证时间		论证意见		附　件	张
	意见概述（可另附纸）： 进口设备性价比高，技术稳定先进，更为经济实惠，故建议采购进口设备。					
	专家信息					
	专家姓名	工作单位	专业	职称	手机	专家签名
	[illegible]	杭州市2院	医学工程	高工	15058110903	[illegible]
	[illegible]	杭州市[illegible]院	医疗设备	工程师	13588053696	[illegible]
	莫幼明	杭州市第一人民医院	医疗器械	教授	18957119848	莫幼明
	范欢	杭州市第二人民医院	医疗器械	高工	13605200585	范欢
	[illegible]	杭州市[illegible]	医工	高工	18961913734	[illegible]
主管部门审查意见	产品所属行业主管或单位行政主管部门意见： 经办人：　　单位负责人： 年　月　日 单位盖章					
财政部门审核意见	受理时间		受理人		电话	
	经办人：　　负责人： 年　月　日 单位盖章					

扫描全能王 创建