

政府采购进口产品申请核准表

申报时间: 2023.9.22

编号:

基 本 情 况	申请单位 (采购单位)	平湖市第一人民医院		
	联系人	龚希	联系电话	0573-85015194
	拟进口的产品名称	喉镜	采购目录	A02329900
	数 量	2 台	金 额	12 万
	采购产品所属项目名称	喉镜		
	所属目录 (应在括号里注明具体产品品目): ☐ 国家鼓励进口产品 () ☐ 国家限制进口产品 () ☐ 经全省统一论证的产品品目 () ☒ 其他 (专家论证)			
申 请 单 位 意 见	申请理由: ☐ 1.中国境内无法获取或无法以合理的商业条件获取; ☐ 2.在中国境外使用而进行采购的; ☒ 3.其他 (请在意见阐述中注明)			
	意见阐述: 喉镜作为耳鼻咽喉科门诊检查常规设备, 要求图像亮度高, 有 120° 超广角视野, 便于医生检查。有时会在手术过程中使用, 要求可以高温高压或低温等离子灭菌, 灭菌多次后不影响透镜效果。国产设备消毒灭菌后容易起雾, 影响使用, 故申请采购进口产品。			
经办人  单位负责人  2023年 9 月 22 日 单位盖章 				

专家 论证 意见	论证时间	2023.10.17		论证意见			附件	张
	意见概述（可另附纸）： 经幢要求天南多次不影响图像的成像效果，国产现有设备天南目前因为容易起雾，故考虑不影响使用效果的因素，申请合理，建议采购进口产品。							
	专家信息							
	专家姓名	工作单位	专业	职称	手机	专家签名		
	戴	杭州市七医院	生物医学工程	工程师	1505815091	戴		
	李如明	中国计量大学	生物医学工程	副教授	13706715108	李如明		
	戴	浙江省同德医院	医学工程	高工	15990101218	戴		
	王永国	浙江理工大学	生物医学工程	副教授	15868198828	王永国		
	董明	浙江医院	医学工程	高工	13557102150	董明		
主管 部门 审查 意见	产品所属行业主管或单位行政主管部门意见： 经办人： 单位负责人： 年 月 日 单位盖章							
财政 部门 审核 意见	受理时间		受理人		电话			
	经办人： 负责人： 年 月 日 单位盖章							

说明：1. 如属于国家法律法规政策明确鼓励进口的产品，以及经全省统一论证的产品或之前已经其他单位申报审核同意进口的产品，需提供相关政策文件或说明材料，可免于专家论证和主管部门审查；如属于国家法律法规政策明确限制进口的产品，需提供专家论证意见和主管部门审查意见。

2. 论证专家人数不足5位，请在“申请单位意见栏”中说明理由。