

附表编号:

政府采购进口产品申请核准表附表

申报单位、联系人、电话: 桐乡市皮肤病防治院、盛利强、659907

申报时间: 2022-11-21



序号	拟进口产品名称	采购目录	数量	金额	所属目录①	申请理由②	是否需论证	意见阐述③
1	强脉冲光与激光系统 (光子嫩肤平台)	A032006 医用激光仪器及设	1	1100000.00	4、其他	3、其他	是	目前强脉冲光与激光系统, 主要是针对患者面部的血管性病变和色素性病变的治疗, 因为治疗区域较为敏感, 所以对该设备的治疗安全性、能量精准性和设备稳定性均有较高的要求。进口产品的强脉冲光波段涵盖了: 400nm-1200nm, 可以最大程度满足不同适应症需求, 在特殊病损如: 炎症性痤疮、深部血管性病变等具备较好的治疗效果。国产设备不具备上述的多种滤波光片或者治疗手具的选择, 波段选择无法像进口产品一样多样、治疗的方式单一, 治疗的效果不明显, 且具备一定的治疗风险。故申请采购进口强脉冲光与激光系统 (光子
2								
3								
4								
5								
6								

论证专家信息表

序号	专家姓名	工作单位	专业	职称	手机	专家签名	专家意见论证概述
1	陈青	桐乡市疾病预防控制中心	预防医学	副主任医师	18767377753	陈青	详见意见阐述③, 进口强脉冲光与激光系统, 具有先进性、稳定性、精准性、安全性、能量精准性、设备稳定性等较高的要求, 进口产品的强脉冲光波段涵盖了: 400nm-1200nm, 可以最大程度满足不同适应症需求, 在特殊病损如: 炎症性痤疮、深部血管性病变等具备较好的治疗效果。国产设备不具备上述的多种滤波光片或者治疗手具的选择, 波段选择无法像进口产品一样多样、治疗的方式单一, 治疗的效果不明显, 且具备一定的治疗风险。故申请采购进口强脉冲光与激光系统 (光子
2	陈青	桐乡市疾病预防控制中心	预防医学	副主任医师	18767377753	陈青	
3	杨维才	桐乡市疾病预防控制中心	预防医学	副主任医师	13867341310	杨维才	
4	杨维才	桐乡市疾病预防控制中心	预防医学	副主任医师	13867341310	杨维才	
5	杨维才	桐乡市疾病预防控制中心	预防医学	副主任医师	13867341310	杨维才	

①所属目录填写对应序号: 1、国家鼓励进口产品 2、国家限制进口产品 3、经全国统一论证的产品目录 4、其他
 ②申请理由由栏填写对应序号: 1、中国境内无法获取或无法以合理的商业条件获取 2、在中国境外使用而进行采购的 3、其他
 ③意见阐述栏请填写所属目录统一论证产品对应编号及名称, 以及所属目录和申请理由选择其他时应填写的内容, 可拉宽单元格跨行填写
 该表同核准表均一式两份, 专家意见如填不下可额外附纸, 建议需论证与统一目录不需论证的商品分开汇总, 打印盖章后附在审核表后一并提交, 专家签名需手写