

政府采购进口产品申请核准表

申报时间： 2022 年 11 月 22 日 编号：

基 本 情 况	申请单位（采购单位）		桐乡市第二人民医院		
	联系人		杨维才	联系电话	13867341310
	拟进口的产品名称		详见《桐乡二院进口论证五》	采购目录	详见《桐乡二院进口论证五》
	数 量		详见《桐乡二院进口论证五》	金 额	详见《桐乡二院进口论证五》
	采购产品所属项目名称		详见《桐乡二院进口论证五》		
	所属目录（应在括号里注明具体产品品目）： 详见《桐乡二院进口论证五》 ☐ 国家鼓励进口产品（ ☐ 国家限制进口产品（ ☐ 经全省统一论证的产品品目（ ☒ 其他（				
申 请 单 位 意 见	申请理由：详见《桐乡二院进口论证五》 ☐ 1.中国境内无法获取或无法以合理的商业条件获取： ☐ 2.在中国境外使用而进行采购的： ☒ 3.其他（请在意见阐述中注明）				
	意见阐述： 详见《桐乡二院进口论证五》 经办人杨维才 单位负责人 杨维才 2022 年 11 月 22 日 单位盖章				
专 家 论 证 意 见	论证时间	2022.11.22	论证意见	附 件	1 张
	意见概述（可另附纸）： 详见《桐乡二院进口论证五》				

①所属目录栏填写...
5

专家信息	详见《桐乡二院进口论证五》					
	专家姓名	工作单位	专业	职称	手机	专家签名
	于忠江	桐乡市人民医院	超声	副主任医师	1388861321	于忠江
	冯明	桐乡市第二人民医院	超声	高级工	13957378164	冯明
	周志	桐乡市中医院	医学影像学	住院医师	18767397753	周志
	赵宇	桐乡市梧桐街道社区卫生服务中心	信息	初级	15868413387	赵宇
	莫利青	浙江清华长三角研究院	法律	律师	1360583001	莫利青
主管 部门 审查 意见	产品所属行业主管或单位行政主管部门意见：					
	经办人 单位负责人 年 月 日 单位盖章					
财政 部门 审核 意见	受理时间		受理人		电话	
	经办人： 负责人： 年 月 日 单位盖章					

说明：1. 如属于国家法律法规政策明确鼓励进口的产品，以及经全省统一论证的产品或之前已经其他单位申报审核同意进口的产品，请提供相关政策文件或说明材料，可免于专家论证和主管部门审查；如属于国家法律法规政策明确限制进口的产品，请提供专家论证意见和主管部门审查意见。

2. 论证专家人数不足5位，请在“申请单位意见栏”中说明理由。

五莊論进口二乡國

申报时间: 2022年11月22日

申报时间：2022年11月22日
意见阐述③

数量	金额	所属目录①	申请理由②	是否需论证

意见阐述③

1、超声电外科系统中，进口设备可以阻断较粗血管（7毫米）。双极电凝凝固 $\geq 5\text{mm}$ 血管，国产无法输出2种能量。

2、进口设备超声刀头品种多，设计使用寿命长。

3、进口设备具有组织感应技术，能根据钳口中组织的阻力变化相应的调整能量输出，确保刀头不会和垫片过度摩擦产生高温，且进口主机为最新一代数码化设计功率传递的稳定性提高，可承载更大负荷，保证持续一致切割大块组织而不报警。

4、进口主机搭配进口刀头，热辐射较小，对组织损伤更小，进口设备主机的算法介入，可以优化能量的输出，从而减少热辐射的范围，而国产主机的算法低于进口，热辐射的范围更大，对于组织损伤更大，可能会损伤到重要脏器。

1	高频电外科系统	A032022手术急救设备及器具	1	550000	4	3	是	机为最新一代数码化设计功率传递的稳定性提高，可承载更大负荷，保证持续一致切割大块组织而不报警。
2	呼末二氧化碳检测模块	A032003医用电生理检测仪器设备	1	40000	4	3	是	4、进口主机搭配进口刀头，热辐射较小，对组织损伤更小，进口设备主机的算法介入，可以优化能量的输出，从而减少热辐射的范围，而国产主机的算法低于进口，热辐射的范围更大，对于组织损伤更大，可能会损伤到重要脏器。
3								该模块配套我院DSA介入中心进口飞利浦监护仪使用。其他品牌不能兼容主机。

论证专家信息表

序号	专家姓名	工作单位	专业	职称	手机	专家签名	专家意见论证概述
1	王明	杭州师范大学	数学	教授	13819363221	王明	
2	王明	杭州师范大学	数学	教授	13957378164	王明	
3	王明	杭州师范大学	数学	教授	18767397753	王明	
4	王明	杭州师范大学	数学	教授	15868343300	王明	
5	王明	杭州师范大学	数学	教授	13805832010	王明	

① 所属目录栏填写对应序号：1、国家鼓励进口产品 2、国家限制进口产品 3、经全省统一论证的产品 4、其他
理由由栏填写对应序号：1、中国境内无法获取或无法以合理的商业条件获取 2、在中国境外使用而进行采购的 3、其他
所述栏请填写所属目录统一论证产品对应编号及名称，以及所属目录理由由选择其他理由时请填写理由