


政府采购进口产品申请核准表

申报时间： 2022年12月12日

		编号: _____
申请单位(采购单位)	桐乡市中医医院	
联系人	周杰	联系电话 18767397753
拟进口的产品名称	详见《政府采购进口产品申请核准表附表 2022-12-12 中医 02》	详见《政府采购进口产品申请核准表附表 2022-12-12 中医 02》
数量	详见《政府采购进口产品申请核准表附表 2022-12-12 中医 02》	金额 详见《政府采购进口产品申请核准表附表 2022-12-12 中医 02》
基本情况	采购产品所属项目名称 详见《政府采购进口产品申请核准表附表 2022-12-12 中医 02》	
	所属目录(应在括号里注明具体产品品目); 详见《政府采购进口产品申请核准表附表 2022-12-12 中医 02》	
	<input type="checkbox"/> 国家鼓励进口产品 () <input type="checkbox"/> 国家限制进口产品 () <input type="checkbox"/> 经全省统一论证的产品品目 () <input checked="" type="checkbox"/> 其他 ()	
	申请理由: 详见《政府采购进口产品申请核准表附表 2022-12-12 中医 02》 <input type="checkbox"/> 1.中国境内无法获取或无法以合理的商业条件获取; <input type="checkbox"/> 2.在中国境外使用而进行采购的; <input checked="" type="checkbox"/> 3.其他(请在意见阐述中注明)	
申请意见阐述:		
单位意见	详见《政府采购进口产品申请核准表附表 2022-12-12 中医 02》	
经办人	周杰 单位负责人 2022年12月12日 单位盖章	

论证时间	2022.12.12	论证意见	附件	1张		
意见概述(可另附纸): 详见《政府采购进口产品申请核准表附表 2022-12-12 中医 02》						
专家	专家信息 详见《政府采购进口产品申请核准表附表 2022-12-12 中医 02》					
论证	专家姓名	工作单位	专业	职称	手机	专家签名
意见	赵宇	桐庐县中医院 超声医学科	超声	副主任医师	1585834320	赵宇
	詹维才	桐庐县中医院	超声	主治医师	13867340388	詹维才
	王明	桐庐县中医院	超声	主治医师	1585834320	王明
	冯明	桐庐县中医院	超声	主治医师	1395777866	冯明
主管	产品所属行业主管或单位行政主管部门意见:					
部门	经办人 单位负责人					
审查	年 月 日					
意见	单位盖章					
财政	受理时间	受理人	电话			
	经办人: 负责人:					
	年 月 日					
	单位盖章					

说明: 1. 如属于国家法律法规政策明确鼓励进口的产品, 以及经全省统一论证的产品或之前已经其他单位申报审核同意进口的产品, 请提供相关政策文件或说明材料, 可免于专家论证和主管部门审查; 如属于国家法律法规政策明确限制进口的产品, 请提供专家论证意见和主管部门审查意见。

2. 论证专家人数不足5位, 请在“申请单位意见栏”中说明理由。

2022.12.27 10:12

附表编号: 2022-12-12中医02

桐乡市中医院
政府采购进口产品申请核准表附表

申报单位、联系人、电话:

桐乡市中医院 周杰, 18967397753

申报时间: 2022.12.12

序号	拟进口产品名称	采购目录	数量	金额	所属目录①	申请理由②	是否需论证	意见阐述③
1	内脏脂肪检测	A032099	1	500000	4	3	是	主要用于实现对肥胖、糖尿病及并发症的代谢性疾病的“联网+医疗”整体诊疗管理方案。进口产品与国内产品的比较:1、进口内脏脂肪检测装置操作简单,仅用5分钟即可完成检查,可以准确的算出内脏脂肪面积,与X线、CT具有良好的相关关系。而国产设备采用CT进行内脏脂肪检测,价格昂贵,检测收费也较高,其次测量过程中不可避免地遭受x光辐射,无法随时随地的测量。2、测量安全无辐射,可以在短时间内重复测量,有利于治疗评估等的跟踪;检查结果报告更清晰明了,内脏脂肪面积值一目了然,通过腹部截面图,具有和CT同等的质量能够灵活运用于体检中心、健康体检、肥胖门诊、糖尿病指导等各种领域;而国产设备腹部检测虽没有辐射,但是无法真实区分出皮下和内脏脂肪,其参考价值也并不大,另外人体成分检测仪也只能测量全身的整体脂肪,无法区分皮下和内脏脂肪,并且后者随着BMI升高的同时与CT的相关性越低,因此临床应用和科研都受到很大的局限性,不能满足临床需求。3、进口设备满足MMC中心要求,可以实现数据直接连接,国内产品无法实现与MMC中心数据对接。
2	胰岛素泵	A032099	2	60000	4	3	是	胰岛素泵是目前临床应用较为广泛的一种糖尿病治疗设备,可以根据人体胰岛素需求来相对精准的进行胰岛素皮下输注。进口设备具有大剂量、双波方波等功能,输注精度可精确到0.01。国产设备输注精度只能达到0.05。胰岛素泵就是为了让输入的胰岛素更生理化、合理化人体生理状态下胰岛素基础分泌,模拟生理胰岛素基础分泌,使血糖平稳、正常,更优化。所以精度尤为重要。

论证专家信息表

序号	专家姓名	工作单位	专业	职称	手机	专家签名	专家意见论证概述
1	赵宇	桐乡市中医院	内分泌科	初级	1586834330	赵宇	
2	杨维才	桐乡市中医院	内分泌科	中级	1386734124	杨维才	
3	李伟	桐乡市中医院	内分泌科	中级	13957170160	李伟	
4	王	桐乡市中医院	内分泌科	中级	18186332	王	
5	曹	桐乡市中医院	内分泌科	中级	15073550	曹	

①所属目录栏填写对应序号:1、国家鼓励进口产品 2、国家限制进口产品 3、经全国统一论证的产品目录 4、其他
 ②申请理由栏填写对应序号:1、中国境内无法获取或无法以合理的商业条件获取 2、在中国境外使用而进行采购的 3、其他
 ③意见阐述栏请填写所属目录统一论证产品对应编号及名称,以及所属目录和申请理由选择其他时应填写的内容,可拉宽单元格跨行填写
 ④各栏均按表内格式填写,专家意见如填不下可附外附纸,建议论证与统一目录不需论证的商品分开汇总,打印盖章后附在申请表后一并提交,专家签名需手写