


专家 论证 意见	论证时间	2022.12.12	论证意见		附件	1张
	意见概述 (可另附纸): 详见《政府采购进口产品申请核准表附表 2022-12-12 中医 02》					
	专家信息 详见《政府采购进口产品申请核准表附表 2022-12-12 中医 02》					
	专家姓名	工作单位	专业	职称	手机	专家签名
	赵宝	桐庐县桐庐街道社区卫生服务中心	信息	初级	15860348300	赵宝
	杨维才	桐庐县中医院	设备	工程师	13867341310	杨维才
冯建	桐庐县中医院	维修电工	高级	13957378160	冯建	
王	桐庐县中医院	药学	药师	1587363337	王	
曹	浙江绿城中医健康产业投资管理有限公司	律师	律师	13505735500	曹	
主管 部门 审查 意见	产品所属行业主管或单位行政主管部门意见: <div style="text-align: center;">  <p>经办人:  单位负责人: </p> <p>2022年12月30日</p> <p>单位盖章</p> </div>					
财政 部门 审核 意见	受理时间		受理人		电话	
	<p style="text-align: center;">经办人: 负责人:</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p> <p style="text-align: center;">单位盖章</p>					

说明: 1. 如属于国家法律法规政策明确鼓励进口的产品, 以及经全省统一论证的产品或之前已经其他单位申报审核同意进口的产品, 请提供相关政策文件或说明材料, 可免于专家论证和主管部门审查; 如属于国家法律法规政策明确限制进口的产品, 请提供专家论证意见和主管部门审查意见。

2. 论证专家人数不足5位, 请在“申请单位意见栏”中说明理由。

附表编号：2022-12-12中医02



申报单位、联系人、电话：新乡市中医院，周林，18767397753

申报时间：2022.12.12

政府采购进口产品申请核准表附表

序号	拟进口产品名称	采购目录	数量	金额	所属目录①	申请理由②	是否需论证	意见阐述③
1	内脏脂肪检测	A032099	1	500000	4	3	是	主要用于直观对肥胖、糖尿病及并发症的代偿性疾病的“早期干预治疗”检测。进口产品与国内产品的比较：1、进口内脏脂肪检测主要操作简单，测量范围为5cm ² -5000cm ² ，最小显示单位1cm ² ，仅需约5秒钟即可完成测量，测量方式为双探头检测非脂肪面积和皮下脂肪面积，从而得出内脏脂肪面积。国产人体成分检测仪器测量范围为0-200cm ² 测量时间需要2分钟。2、测量安全性和报警功能：可以在短时间内重复测量，有利于治疗中患者的跟踪；检查准确性和CT同等条件下内脏脂肪面积一目了然，通过腹部检查、肥胖门诊、普外科等各个环节和内脏脂肪，其多普勒意义也并不大。另外人体成分检测仪只能测量全身的整体脂肪，无法区分皮下和内脏脂肪。3、进口设备满足DIC中心要求，可以实现数据直接连接。国内产品无法实现与DIC中心连接。
2	胰岛素泵	A032099	2	60000	4	3	是	胰岛素泵是目前临床应用较为广泛的一种糖尿病治疗设备，可以满足糖尿病患者需求且未相对精准的进行胰岛素皮下注射。国内同类产品与进口产品的主要差异对比：1.精确性：进口胰岛素泵要求：±0.01U/h，最小精确度可达0.01U/h，能够满足儿童病人要求；进口胰岛素泵防水性达到IPX6防水性，能够有效防止长期病人使用操作时意外情况；3.安全性：进口胰岛素泵更轻、更薄、更耐用；进口胰岛素泵更加安全；5.进口设备生产历史长久，经过长期持续改进与升级，进口设备实际使用时间超过10年，可以24小时持续不间断工作。
1	姓名：杜宇、杨程才	工作单位：新乡市妇幼保健院	专业：内分泌	职称：初级	手机：15816349300	专家签名：杜宇	专家意见论证概述	
2	姓名：杨程才	工作单位：新乡市妇幼保健院	专业：内分泌	职称：中级	手机：1386734134	专家签名：杨程才		
3	姓名：冯永刚	工作单位：新乡市妇幼保健院	专业：内分泌	职称：中级	手机：15957178164	专家签名：冯永刚		
4	姓名：李永刚	工作单位：新乡市妇幼保健院	专业：内分泌	职称：中级	手机：18181633377	专家签名：李永刚		
5	姓名：李永刚	工作单位：新乡市妇幼保健院	专业：内分泌	职称：中级	手机：11507355204	专家签名：李永刚		

①所属目录栏填写对应序号：1、国家鼓励进口产品 2、国家限制进口产品 3、安全节能环保一次性的产品 4、其他
 ②申请理由栏填写对应序号：1、中国境内无法获取或无法以合理的商业条件获取 2、在中国境外使用而进行采购的 3、其他
 ③意见阐述栏填写所属目录名称一次性的产品对应编号及名称，以及所属目录和申请理由选择其他时应填写的内容，可拉宽单元格跨行填写
 附表同标准表同一式两份，专家意见如左下页，请专家签字，建设部盖章与统一目录下带控制的商品五年目录，打印盖章后附在申请表后一并提交，专家意见需手写。