



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息:	姓名:周小莹
	职称:高级工程师
	工作单位:杭州市同德医院
项目信息	项目名称:电子肠镜
	供应商名称:海王业威医疗科技（上海）有限公司
专业人员论证意见	需添购的电子肠镜无法与其他品牌主机匹配，只能在医院原有的主机上匹配，所以只能单一来源采购。
专业人员 签字:	 日期: 2020 年 12 月 2 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息:		姓名:虞成
		职称:高级工程师
		工作单位:杭州市第一人民医院
项目信息		项目名称:电子肠镜
		供应商名称:海王业威医疗科技（上海）有限公司
专业人员论证意见		因此次需购买的肠镜在临床使用时必须和医院原有主机匹配，所以只能单一来源采购。
专业人 员签字:		日期: 2020 年 12 月 2 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息:		姓名:徐艳
		职称: 浙江省政府采购联合会兼任评审专家培训讲师
		工作单位:杭州市红十字会医院
项目信息		项目名称:电子肠镜
		供应商名称:海王业威医疗科技（上海）有限公司
专业人员论证意见		医院原有胃肠镜主机不能与其他镜子匹配,所以本次采购的肠镜必须单一来源采购
专业人 员签字:	徐艳	日期: 2020 年 12 月 2 日