政府采购进口产品申请核准表

申报时间：2022 年 8 月 16日　　编号：

基本情况	申请单位（采购单位）	诸暨市人民医院		
	联系人	杨琼	联系电话	0575-81782758
	拟进口的产品名称	彩色多普勒超声仪	采购目录	A032005
	数　量	1	金　额	1870000.00
	采购产品所属项目名称	医疗设备		
	所属目录（应在括号里注明具体产品品目）： ☐ 国家鼓励进口产品（　　） ☐ 国家限制进口产品（　　） ☐ 经全省统一论证的产品品目（　　） ☐ 其他（　　）			
申请单位意见	申请理由： ☑ 1. 中国境内无法获取或无法以合理的商业条件获取； ☐ 2. 在中国境外使用而进行采购的； ☑ 3. 其他（请在意见阐述中注明）			
	意见阐述：本次拟采购 1 台彩色多普勒超声仪，主要用于妇产科及介入穿刺等各科系统病例诊断。要求具有对产科妇科及胎儿三维诊断精准度高分辨率好机型，动态穿刺下的容积成像。因此我院申请购买进口设备。 经办人 赵小芳　　单位负责人 周[illegible] 2022 年 8 月 16 日 单位盖章			

专家论证意见	论证时间	2022.8.16	论证意见：同意采购进口产品	附　件	张

本次拟采购1台彩色多普勒超声仪，主要用于妇产科及介入穿刺等各科系统病例诊断。医院所购产品需具有：1、配有源面阵容积探头，中心频率≥7MHz，阵元数≥570；2、智能实时胎儿追踪成像，实时快速自动识别从而获取胎儿表面结构，可用于静态三维及持续的更新四维数据；3、窦卵泡自动测量及生长监测技术；4、实时四维穿刺软件包，实现动态穿刺下的容积成像。目前具有该同类技术的产品无法在中国境内无法获取或无法以合理的商业条件获取。建议购买进口设备。

专家信息

专家姓名	工作单位	专业	职称	手机	专家签名
陈永强	市二院		高2	13606563448	陈永强
黄永明	市中心医院		工程师	13615755658	黄永明
戚建民	市中医医院		高级经济师	13706857313	戚建民
刘建宏	市妇医医院		工程师	13515856769	刘建宏
万财有	浙江省医学科学院	法学	经济师	13777306801	万财有

主管部门审查意见	产品所属行业主管或单位行政主管部门意见： 经商业委员会会议讨论同意 经办人　　单位负责人 2022年7月19日 单位盖章

财政部门审核意见	受理时间		受理人		电话

经办人：　　负责人：

年　月　日

单位盖章