

政府采购进口产品申请核准表

申报时间：2023 年 7 月 11 日

编号：

基 本 情 况	申请单位（采购单位）	诸暨市人民医院		
	联系人	杨琼	联系电话	0575-81782758
	拟进口的产品名称	医用内窥镜(等离子电外科系 统)	采购目录	A02320700
	数 量	1 批	金 额	65.5 万元
	采购产品所属项目名称			
	所属目录（应在括号里注明具体产品品目）： ☐ 国家鼓励进口产品（ ☐ 国家限制进口产品（ ☐ 经全省统一论证的产品品目（ ☒ 其他（			
申 请 单 位 意 见	申请理由： ☒ 1.中国境内无法获取或无法以合理的商业条件获取； ☐ 2.在中国境外使用而进行采购的； ☐ 3.其他（请在意见阐述中注明）			
	意见阐述：我院因手术发展要求，拟增等离子电外科系统 1 批。主要用于电切、高频止血等需具有在术中操作，为防止遇到血块阻塞宫腔镜回流系统需具有 ABS 防阻塞功能。目前具有该同类技术的产品在中国境内无法获取，因此我院申请购买进口设备。 经办人：赵小芳 单位负责人： 23 年 7 月 11 日 单位盖章 			

专 家 论 证 意 见	论证时间	2023.7.11	论证意见	同意采购进口产品	附 件	张
	意见概述：本次拟采购等离子电外科系统 1 批。要用于电切、高频止血等在术中操作，为防止遇到血块阻塞宫腔镜回流系统需具有 ABS 防阻塞功能。目前具有该同类技术的产品在中国境内无法获取，为满足临床需求，提高临床技术水平，所以建议购买进口设备。					
	专家信息					
	专家姓名	工作单位	专业	职称	手机	专家签名
	刘建宝	诸暨市中医医院	生物医学工程	工程师	13515856769	刘建宝
	黄利明	永新中医院	电子	工程师	13615755688	黄利明
	傅可云	市中心医院	信息工程	工程师	13735338966	傅可云
李浩	市中医院	生物医学工程	工程师	15968537349	李浩	
刘明	浙江新华医院	医学	医师	13777306801	刘明	
主管 部门 审查 意见	产品所属行业主管或单位行政主管部门意见： 经局党委会议讨论同意，请按规范实施。 经办人：[签名] 单位负责人：[签名] 2023 年 8 月 11 日 单位盖章 33068100					
财政 部门 审核 意见	受理时间		受理人		电话	
	经办人： 负责人： 年 月 日 单位盖章					