

## 进口产品论证意见表

设备名称	肺功能仪	金额	500000.00
<p>拟采购的进口肺功能仪，在功能的完整性、技术的先进性、稳定性、安全性、故障率、使用寿命、制造工艺、临床适用性等方面，比国产肺功能仪有优势。例如：1. 核心部件之一的流速传感器，进口产品采用双向数字涡轮式和箔金压差式，精度高，清洗消毒简易，具备校准功能，全面符合国家肺功能指南要求； 2. 核心功能的弥散功能测定：进口的有一口气标准法、内呼吸法，受试患者无需屏气配合即可进行测试； 3. 测试范围，进口产品的测量范围为 0-20L/S，有更广的检测使用范围； 4. 进口产品有一氧化碳基础值测试功能。故建议允许采购性能更好的进口产品。</p>			
设备名称	ATP 荧光检测仪	金额	70000.00
<p>ATP 台式荧光检测仪主要用于突发事件微生物快速应急测定，可对物体表面，复用器械清洗消毒效果及水中微生物的检测分析。需要实现一台设备可对 RLU、细菌总数、大肠菌群、大肠杆菌指标等多项指标的测量，目前同类国产设备只能检测单一指标，尚不能完全满足快速应急检测需求，故建议允许采购性能更好的进口产品。</p>			

专家签字：

金美华
俞祺祺
俞剑
阮美华

邱晶

日期：2023 年 5 月 18 日