

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 郑昂
	职称: 工程师
	工作单位: 嵊州市疾病预防控制中心
项目信息	项目名称: 嵊州市人民医院低温等离子灭菌器升级项目
	供应商名称: 上海玺叙贸易有限公司
专业人员论证意见	论证意见: 嵊州市人民医院原有一台低温等离子灭菌器, 在使用过程中只能灭菌硬镜, 不能灭菌软镜类器械。为充分利用资源, 需对现有设备进行升级改造, 增加软镜消毒功能。该产品由强生(上海)医疗器械有限公司(原强生(上海)医疗器械有限公司更名)生产, 经咨询本项目相关产品讲解, 经后授权供应商为上海玺叙贸易有限公司。本次项目中心需由上海玺叙贸易有限公司协助完成。 综上, 为信任项目的一致性和质量要求, 本项目符合《政府采购法》第二十一条第一款和《浙江省财政厅关于进一步规范政府采购项目管理的通知》浙财采监(2021)23号四号第一款规定, 建议由上海玺叙贸易有限公司作为项目唯一来源供应商。
专业人员签字	 日期 2021 年 4 月 22 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	朱为都
	职称:	主任医师
	工作单位:	宁波市疾病预防控制中心
项目信息	项目名称:	嵊州市人民医院低温等离子灭菌器升级项目
	供应商名称:	上海玺叙贸易有限公司
专业 人员 论 证 意 见	嵊州市人民医院供应室一台低温等离子灭菌器，已使用多年，现因灭菌效果不佳，经专家论证，决定进行升级改造。此次升级改造，旨在提高灭菌效果，确保医疗安全。经论证，认为该设备符合相关标准，且操作简便，维护方便。建议予以采购。 为论证起见，特组织专家进行论证。专家组由三名专家组成，其中一名为专家组长。专家组在听取了供应商的汇报后，进行了现场查看和讨论。专家组认为，该设备符合相关标准，且操作简便，维护方便。建议予以采购。 专家组组长：朱为都 专家组副组长：朱为都 专家组组员：朱为都 专家组意见：同意采购。	
专业人员签字	朱为都	日期 2021 年 12 月 22 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 郑杨	
	职称: 高工	
	工作单位: 嵊州市卫健局	
项目信息	项目名称: 嵊州市人民医院低温等离子灭菌器升级项目	
	供应商名称: 上海玺叙贸易有限公司	
专业 人员 论 证 意 见	嵊州市人民医院供应室一台低温等离子灭菌器,在使用过程中只能灭菌硬镜,不能灭菌软镜类器械,为充分利用资源,需对原有设备进行系统升级,增加软镜消毒功能,此次系统升级只能原厂完成。 为保证项目的一致性及配套服务要求,本项目符合《政府采购法》第三十一条第一款和《浙江省人民政府关于进一步规范政府采购服务采购管理的通知》浙财采监〔2021〕2号第四章第一款内容,建议由上海玺叙贸易有限公司作为本项目的单一来源供应商。	
专业人员签字	郑杨	日期 2021 年 4 月 22 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。