

CT 球管采购项目单一来源论证会论证专家签到表

采 购 人：绍兴第二医院医共体总院

项目名称: CT 球管采购项目

时 间：2023 年 11 月 2 日 9:30

[illegible]

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 吴其明
	职称: 副主任医师
	工作单位: 绍兴市人民医院
项目信息	项目名称: CT球管采购项目
	供应商名称: 杭州顶果医疗器械有限公司
专业人员论证意见	1. CT球管是CT机消耗性核心部件, 质量与曝光精度直接影响图像成像分辨率。 2. 第三方的CT球管与原机在配套上会产生偏差, 影响该部件的使用寿命。 综上, 建议采用原厂配件。因杭州顶果公司是GE品牌厂家指定授权经销商, 采用单一来源采购方式是合适的。
专业人员签字	 日期 2023年11月2日


注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 叶巍	
	职称: 工程师	
	工作单位: 长兴市第七人民医院	
项目信息	项目名称: CT 球管采购项目	
	供应商名称: 杭州顶果医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	球管既是CT核心部件,又是CT的消耗性配件,其质量及与整机的兼容性非常重要,为保证医院GE品牌的CT的正常运行和图像质量,安全性,需要使用GE原厂配套球管。且杭州顶果医疗器械有限公司为GE品牌厂家指定授权分销商。 综上,本项目符合《政府采购法》第三十一条“只能从唯一供应商处采购”规定,建议本项目采用单一来源的方式,采购对象为:杭州顶果医疗器械有限公司。	
专业人员签字	叶巍	日期 2023年11月2日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：金美华	
	职称：正高级技师	
	工作单位：绍兴文理学院附属医院	
项目信息	项目名称：CT球管采购项目	
	供应商名称：杭州顶果医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	CT球管是CT的核心部件，又是CT的消耗配件。GE品牌CT的医用器械注册证上明确标注其（结构及组成）中包含了CT球管。而杭州顶果医疗器械有限公司为GE品牌CT厂家指定授权经销商。根据政府采购法实施条例规定，通过单一来源采购方式。	
专业人员签字		日期：2023年11月2日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

CT 球管采购项目单一来源论证报告

绍兴第二医院医共体总院的CT球管采购项目于2023年11月2日9:30时，组织专家在浙江翔实建设项目管理有限公司评标室对该项目进行单一来源论证。经专家组认真审阅相关采购要素，形成如下意见：

1. CT 是一种高技术性、高精密度的医疗设备，球管既是 CT 的核心部件，又是 CT 的消耗性配件（具有一定的使用寿命），它的参数直接影响其他重要部件（高压发生器、探测器等）工作，其质量及与整机的兼容性非常重要，为保证医院 GE 品牌的 16 排 CT 的正常运行和图像质量，延长机器使用寿命，需要使用 GE 原厂配套的球管。

2. 球管是 CT 整机的一个组成部分。GE 原厂认证的球管均通过与 GE 医疗设备的匹配性测试，可以保证质量和使用安全性。

3. 该 GE 品牌 CT 的医疗器械注册证是整机注册的，其结构及组成中包含了 CT 球管，为使注册内容不发生变化，只能单一来源采购原厂球管。

4、使用第三方的球管会影响整机的技术性能：1）球管重心不匹配，导致 CT 机架变形，滑环磨损加重，影响机架寿命；2）焦点设计不同，会导致图像模糊，伪影等；3）阳性散热率相差，会导致图像质量下降等，如使用非原装球管，将直接影响设备的使用寿命，增加 CT 维修成本。

5、杭州顶果医疗器械有限公司为 GE 品牌厂家指定授权分销商。

综上，本项目符合《政府采购法》第三十一条“只能从唯一供应商处采购”规定，建议本项目采用单一来源的方式，采购对象为：杭州顶果医疗器械有限公司。

全体论证委员会成员签字：



2023 年 11 月 2 日