

单一来源项目专家论证表

基 本 情 况	申请单位	兰溪市人民医院		
	采购项目名称	磁共振装置升级改造		
	数 量	1	金额（预算）	330.0 万元
	联系人	金焕雄	联系电话	0579-88669971
申 请 单 位 意 见	申请理由： ☐ 1.只能从唯一供应商处采购的； ☐ 2.发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； ☐ 3.必须保证原有采购项目一致性或服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同金额的 10%； ☐ 4.其他（请在意见阐述中注明）。			
	意见阐述： 磁共振成像装置 HDXT 1.5T，由 GE 公司生产，于 2013 年 5 月启用，至今使用近 10 年，扫描速度、图像质量都已经满足不了临床要求。现拟对磁共振成像装置功能进行拓展、升级，提高设备扫描速度，增加临床诊断功能。 磁共振成像装置属于高精尖设备，零部件和售后服务没有对外开放，升级过程所需零配件、功能软件、以及技术服务必须由 GE 公司原厂提供，因此拟采用单一来源采购方式。  经办人：/ymv. 单位负责人：李石 2022 年 12 月 10 日 单位盖章			

专家 论证 意见	论证时间	2022.10.11	论证意见	12.25	附件	张
	意见概述（可另附纸）：					
	磁共振成像装置HDXT 1.5T 由GE公司生产，于2013年7月启用。至今使用近10年，设备功能、稳定性已经不能满足日常诊疗需求。在目前的软件平台基础上，可以通过升级软硬件来提升扫描速度和图像质量，满足临床使用需求。因其升级所需零配件、软件功能、技术服务只能从GE原厂采购，才能符合原设备技术要求，第三方维修服务提供商很难具备人员、技术、零配件等专业条件。因此同意采用单一来源采购方式由GE公司或GE公司授权商为该设备提供原厂升级改造服务。					
	专家信息					
	专家姓名	工作单位	专业	职称	手机	专家签名
	王峰	金华市中心医院	医学器械	高工	13957926777	王峰
	何淑玲	金华市中医医院	放射医学	副主任医师	13989417456	何淑玲
	徐洁	金华市中心医院	放射医学	主治医师	13950960009	徐洁

注：论证专家人数不少于3位，且不得为本单位人员。