

政府采购进口产品申请核准表

申报时间： 2018/09/03

编号：

基 本 情 况	申请单位（采购单位）	兰溪市疾病预防控制中心			
	联系人	宣少华	联系电话	13819911923	
	拟进口的产品名称	全自动固相萃取仪	采购目录	A0399 其他专用设备	
	数 量	1	金 额	360000.00	
	采购产品所属项目名称	实验室仪器设备一批			
申 请 单 位 意 见	所属目录（应在括号里注明具体产品品目）：				
	☐ 国家鼓励进口产品（ ）				
	☐ 国家限制进口产品（ ）				
	☒ 经全省统一论证的产品品目（ 自动固相萃取仪 ）				
	☐ 其他（ ）				
申 请 单 位 意 见	申请理由： ☐ 1.中国境内无法获取或无法以合理的商业条件获取； ☐ 2.在中国境外使用而进行采购的； ☒ 3.其他（请在意见阐述中注明）				
	意见阐述： 全自动固相萃取仪主要用于生活饮用水、水源地表水和地下水中的半挥发性有机化合物测定的前处理，以及粮食、水果中农残如有机磷测定的前处理，能实现分析的自动化，提高分析结果的准确性和工作效率。进口设备具有压力传感器，压力感应器的范围达 0 - 100psi，精度为 0.1psi；最大处理样品量能达到 2000ml 以上，同时可以处理最小样品量低至 1ml；每次可以连续处理的样品数量可达到 8 个。目前国产设备达不到以上要求，故申请采购进口设备。				
		经办人	宣少华	单位负责人	宣少华
			2018	年 9 月 6 日	
		单位盖章			



由 扫描全能王 扫描创建

论证时间		论证意见		附 件	张
专家 论证 意见	申请理由充分，建议该设备允许进口产品 参加投标。				
专家信息					
专家姓名	工作单位	专业	职称	手机	专家签名
陈向东	郑州市体育中心	工程师	总经理	13600693271	陈向东
叶晓明	北京世纪金辉律师事务所	律师	三级律师	13868925818	叶晓明
孙明	三门峡市五经	会计师	注册会计师	13858983016	孙明
孙明	兰溪市中医院	医师	副主任医师	13757933905	孙明
孙明	兰溪市人民医院	医师	副主任医师	13665892797	孙明
主管 部门 审查 意见	产品所属行业主管或单位行政主管部门意见：  经办人：[Signature] 单位负责人：[Signature] 2018年9月7日 单位盖章				
财政 部门 审核 意见	受理时间	9.7	受理人	孙明	电话 88903775
经专家论证，同意购买进口产品。 经办人：[Signature] 负责人：[Signature] 年 月 日 单位盖章					

说明：1. 如属于国家法律法规政策明确鼓励进口的产品，以及经全省统一论证的产品或之前已经其他单位申报审核同意进口的产品，请提供相关政策文件或说明材料，可免于专家论证和主管部门审查；如属于国家法律法规政策明确限制进口的产品，请提供专家论证意见和主管部门审查意见。


2. 论证专家人数不足5位，请在“申请单位意见栏”中说明理由。



政府采购进口产品申请核准表

申报时间： 2018/09/03

编号：

基 本 情 况	申请单位（采购单位）	兰溪市疾病预防控制中心		
	联系人	宣少华	联系电话	13819911923
	拟进口的产品名称	恒温振荡水浴装置	采购目录	A032017 临床检验设备
	数 量	1	金 额	45000.00
	采购产品所属项目名称	实验室仪器设备一批		
情 况	所属目录（应在括号里注明具体产品品目）：			
	☐ 国家鼓励进口产品（ ）			
	☐ 国家限制进口产品（ ）			
	☐ 经全省统一论证的产品品目（ ）			
	☒ 其他（ 检验设备 ）			
申 请 单 位 意 见	申请理由： ☐ 1.中国境内无法获取或无法以合理的商业条件获取； ☐ 2.在中国境外使用而进行采购的； ☒ 3.其他（请在意见阐述中注明）			
	意见阐述： 进口水浴振荡装置有如下优点 1、 温控系统相对精准，性能稳定。2、振荡精度更高。3、自动设置温度报警，独立过热保护装置，程序化记忆备份装置、自动报警回铃、键锁定及自诊断功能。4、温控范围适用于不同精度要求的实验环境。国产的产品目前还达不到以上要求，故申请购买进口产品。			
经办人  单位负责人  2018年9月6日 单位盖章 				



由 扫描全能王 扫描创建

论证时间		论证意见		附件		张
专家 论证 意见	申请理由属实, 建议该设备允许进口产品 参与投标。					
专家信息						
专家姓名	工作单位	专业	职称	手机	专家签名	
陈. 研	鄂州市疾控中心	工程师	总经理	13600693071	陈. 友坤	
叶. 晓明	北京昌科(金华)律师事务所	律师	三级律师	13868825868	叶. 晓明	
王. 兵	王兵市立医院	(王. 兵) 主任医师	主任医师	15858983076	王. 兵	
王. 兵	武汉市中医院	主任医师	高级技师	13757933905	王. 兵	
王. 兵	武汉市人民医院	主任医师	高级技师	13665892797	王. 兵	
主管 部门 审查 意见	产品所属行业主管或单位行政主管部门意见:					
	经办人: 王. 兵 单位负责人: 王. 兵 2018 年 9 月 7 日 单位盖章					
财政 部门 审核 意见	受理时间	9.7	受理人	王. 兵	电话	88503775
	经专家论证, 同意购买进口产品。 经办人: 王. 兵 负责人: 王. 兵 年 月 日 单位盖章					

说明: 1. 如属于国家法律法规政策明确鼓励进口的产品, 以及经全省统一论证的产品或之前已经其他单位申报审核同意进口的产品, 请提供相关政策文件或说明材料, 可免于专家论证和主管部门审查; 如属于国家法律法规政策明确限制进口的产品, 请提供专家论证意见和主管部门审查意见。


2. 论证专家人数不足5位, 请在“申请单位意见栏”中说明理由。



政府采购进口产品申请核准表

申报时间： 2018/09/03

编号：

基 本 情 况	申请单位（采购单位）	兰溪市疾病预防控制中心		
	联系人	宣少华	联系电话	13819911923
	拟进口的产品名称	-86 度超低温冰箱	采购目录	A032099 其他医疗设备
	数 量	1	金 额	65000.00
	采购产品所属项目名称	实验室仪器设备一批		
基 本 情 况	所属目录（应在括号里注明具体产品品目）：			
	☐ 国家鼓励进口产品（ ）			
	☐ 国家限制进口产品（ ）			
	☒ 经全省统一论证的产品品目（ 超低温冰箱 ）			
基 本 情 况	☐ 其他（ ）			
	申请理由：			
	☐ 1.中国境内无法获取或无法以合理的商业条件获取；			
	☐ 2.在中国境外使用而进行采购的；			
基 本 情 况	☒ 3.其他（请在意见阐述中注明）			
	意见阐述：			
	该设备对于特殊贵重组织标本需要长时间无间断的运行，并进行后续细胞研究，目前国内超低温制冷技术还不成熟，进口设备控温精度高，有效容积大，考虑到组织样品的唯一性和长时间的储存，故申请购买此进口设备。			
	经办人  2018 年 9 月 6 日 单位负责人  单位盖章 			



由 扫描全能王 扫描创建

论证时间		论证意见		附件	张
专家 论证 意见	申请理由属实，建议该设备允许进口产品与 与投标。				

专家信息

专家姓名	工作单位	专业	职称	手机	专家签名
陈向东	兰溪市体育中心	工程师	总经理	13600693277	陈向东
叶晓明	北京恩科(金华)律师事务所	律师	三级律师	13868925868	叶晓明
孙红	兰溪市医院	检验	主任技师	13858983076	孙红
孙红	兰溪市中医院	医疗设备	高级技师	13757933905	孙红
符国江	兰溪市人民医院	高级技师	技师	13665892797	符国江

主管
部门
审查
意见

产品所属行业主管或单位行政主管部门意见：

经办人 单位负责人

2018 年 9 月 7 日

单位盖章

180043242

财政
部门
审核
意见

受理时间

9.7

受理人

陈红

电话

88903775

经专家论证，同意购买进口产品

经办人：

负责人：

年 月 日

单位盖章

- 说明：1. 如属于国家法律法规政策明确鼓励进口的产品，以及经全省统一论证的产品或之前已经其他单位申报审核同意进口的产品，请提供相关政策文件或说明材料，可免于专家论证和主管部门审查；如属于国家法律法规政策明确限制进口的产品，请提供专家论证意见和主管部门审查意见。
2. 论证专家人数不足5位，请在“申请单位意见栏”中说明理由。



由 扫描全能王 扫描创建

政府采购进口产品申请核准表

申报时间: 2018/09/03

编号:

基 本 情 况	申请单位（采购单位）	兰溪市疾病预防控制中心			
	联系人	宣少华	联系电话	13819911923	
	拟进口的产品名称	电导率仪	采购目录	A032405 环保监测设备	
	数 量	1	金 额	6500.00	
	采购产品所属项目名称	实验室仪器设备一批			
情 况	所属目录（应在括号里注明具体产品品目）：				
	☐ 国家鼓励进口产品（ ）				
	☐ 国家限制进口产品（ ）				
	☐ 经全省统一论证的产品品目（ ）				
	☒ 其他（ 计量监测设备 ）				
申 请 单 位 意 见	申请理由： ☐ 1.中国境内无法获取或无法以合理的商业条件获取； ☐ 2.在中国境外使用而进行采购的； ☒ 3.其他（请在意见阐述中注明）				
	意见阐述： 针对单位实验检测要求，目前国产的电导率仪精度和稳定性上达不到试剂检测要求，进口电导率仪分辨率达到 0.01 μS/cm，温度范围达到 0…105℃，且稳定性较好。故申请购买进口产品。				
论证时间		论证意见		附 件	张



由 扫描全能王 扫描创建

论证时间		论证意见		附件	张
专家 论证 意见	申请理由属实，建议该设备允许进口产品 参与投标。				
专家信息					
专家姓名	工作单位	专业	职称	手机	专家签名
陈有光	桂林市体育中心	工程师	总经理	1360693271	陈有光
叶晓明	桂林市金华律师事务所	律师	三级律师	13868925868	叶晓明
王良平	桂林五洲医院	医生	主任医师	15858981076	王良平
孙永	桂林市中医医院	医疗设备	高级技师	13757933905	孙永
徐国江	桂林市人民医院	医疗设备	副主任医师	13665892797	徐国江
主管 部门 审查 意见	产品所属行业主管或单位行政主管部门意见：				
					
财政 部门 审核 意见	受理时间	9.7	受理人	杨利	电话 88903775
	经审查论证，同意购买进口产品 经办人： 负责人： 年 月 日 单位盖章				

说明：1. 如属于国家法律法规政策明确鼓励进口的产品，以及经全省统一论证的产品或之前已经其他单位申报审核同意进口的产品，需提供相关政策文件或说明材料，可免于专家论证和主管部门审查；如属于国家法律法规政策明确限制进口的产品，需提供专家论证意见和主管部门审查意见。


2. 论证专家人数不足5位，请在“申请单位意见栏”中说明理由。



政府采购进口产品申请核准表

申报时间: 2018/09/03

编号:

基 本 情 况	申请单位（采购单位）	兰溪市疾病预防控制中心		
	联系人	宣少华	联系电话	13819911923
	拟进口的产品名称	液体分装泵	采购目录	A032017 临床检验设备
	数 量	1	金 额	45000.00
	采购产品所属项目名称	实验室仪器设备一批		
	所属目录（应在括号里注明具体产品品目）： ☐ 国家鼓励进口产品（ ） ☐ 国家限制进口产品（ ） ☐ 经全省统一论证的产品品目（ ） ☒ 其他（ 检验设备 ）			
申 请 单 位 意 见	申请理由： ☐ 1.中国境内无法获取或无法以合理的商业条件获取； ☐ 2.在中国境外使用而进行采购的； ☒ 3.其他（请在意见阐述中注明）			
	意见阐述： 进口液体分装泵有更高的准确度，更精确的流速控制，配件可高压灭菌，产品性能优良。国产的产品目前还达不到以上要求，故申请采购进口产品。 经办人  2018年9月6日 单位负责人   单位盖章			



由 扫描全能王 扫描创建

专家 论证 意见	申请理由属实, 建议该设备允许进口产品 参与投标。
----------------	------------------------------

专家信息					
专家姓名	工作单位	专业	职称	手机	专家签名
陈向东	兰溪市人民医院	工程师	总经理	1360069571	陈向东
叶凌	兰溪市人民医院	医师	主治医师	13868925868	叶凌
叶明	兰溪市人民医院	药师	药师	13858983076	叶明
朱永军	兰溪市人民医院	医疗设备	高级技师	13757933305	朱永军
徐和	兰溪市人民医院	医疗设备	技师	13665892797	徐和

主管 部门 审查 意见	产品所属行业主管或单位行政主管部门意见:	
		

财政 部门 审核 意见	受理时间	9.7	受理人	郭红	电话	88903775.
	经审查论证, 同意进口产品 经办人: 郭红 负责人: 郭红 年 月 日 单位盖章					

说明: 1. 如属于国家法律法规政策明确鼓励进口的产品, 以及经全省统一论证的产品或之前已经其他单位申报审核同意进口的产品, 请提供相关政策文件或说明材料, 可免于专家论证和主管部门审查; 如属于国家法律法规政策明确限制进口的产品, 请提供专家论证意见和主管部门审查意见。

2. 论证专家人数不足5位, 请在“申请单位意见栏”中说明理由。



政府采购进口产品申请核准表

申报时间: 2018/09/03

编号:

申报时间: 2018/09/03				
基 本 情 况	申请单位 (采购单位)	兰溪市疾病预防控制中心		
	联系人	宣少华	联系电话	13819911923
	拟进口的产品名称	多通道涡流混合器	采购目录	A032017 临床检验设备
	数 量	1	金 额	19800.00
	采购产品所属项目名称	实验室仪器设备一批		
申 请 单 位 意 见	所属目录 (应在括号里注明具体产品品目):			
	☐ 国家鼓励进口产品 ()			
	☐ 国家限制进口产品 ()			
	☐ 经全省统一论证的产品品目 ()			
	☒ 其他 (检验设备)			
申 请 单 位 意 见	申请理由:			
	☐ 1.中国境内无法获取或无法以合理的商业条件获取;			
	☐ 2.在中国境外使用而进行采购的;			
	☒ 3.其他 (请在意见阐述中注明)			
	意见阐述: 多通道涡流混合器进口产品可以兼容 26 种不同直径的容器,可连续调整速度范围 150-2000rpm。国 产的产品目前还达不到以上要求,故申请购买进口产品。			
论证时间		论证意见		附 件
				张



由 扫描全能王 扫描创建

论证时间		论证意见		附件	张
专家 论证 意见	申请理由属实，建议该设备允许进口产品 参与投标。				

专家信息					
专家姓名	工作单位	专业	职称	手机	专家签名
陈.石	沧州市疾控中心	工程师	总经理	1360693271	陈.石
叶.明	沧州市新华医院	医师	主治医师	13868925868	叶.明
孙.明	沧州市中心医院	检验	主任医师	13858983076	孙.明
李.明	沧州市中心医院	放射	主任医师	13757933905	李.明
孙.明	沧州市人民医院	放射	副主任医师	13665897777	孙.明

主管 部门 审查 意见	产品所属行业主管或单位行政主管部门意见：	
	经办人：[签名] 单位负责人：[签名] 2018年9月7日 单位盖章：[红色公章]	

财政 部门 审核 意见	受理时间	9.7	受理人	[签名]	电话	88903775
	经专家论证，同意购买进口产品 经办人：[签名] 负责人：[签名] 年 月 日 单位盖章：[红色公章]					

说明：1. 如属于国家法律法规政策明确鼓励进口的产品，以及经全省统一论证的产品或之前已经其他单位申报审核同意进口的产品，需提供相关政策文件或说明材料，可免于专家论证和主管部门审查；

如属于国家法律法规政策明确限制进口的产品，需提供专家论证意见和主管部门审查意见。

2. 论证专家人数不足5位，请在“申请单位意见栏”中说明理由。



DEPARTMENT OF THE ARMY

编号:

基本情况



论证时间		论证意见		附件		张
专家 论证 意见	申请理由属实，建议该设备允许进口产品与招标。					
专家信息						
专家姓名	工作单位	专业	职称	手机	专家签名	
陈研	宁波市公证中心	工程师	总经理	13600693271	陈研	
叶峰	九都科(金华)律师事务所	律师	三级律师	13868925868	叶峰	
钟海	兰溪市公证处	公证员	公证员	13858983026	钟海	
郑军	兰溪公证处	公证员	高级律师	13757933905	郑军	
徐和	兰溪公证处	公证员	高级律师	13665892797	徐和	
主管 部门 审查 意见	产品所属行业主管或单位行政主管部门意见：					
	 经办人：[Signature] 单位负责人：[Signature] 2018年9月7日 单位盖章					
财政 部门 审核 意见	受理时间	9.7	受理人	陈研	电话	88903725
	经专家论证，同意购买进口产品 经办人：[Signature] 负责人：[Signature] 年 月 日 单位盖章					

说明：1. 如属于国家法律法规政策明确鼓励进口的产品，以及经全省统一论证的产品或之前已经其他单位申报审核同意进口的产品，请提供相关政策文件或说明材料，可免于专家论证和主管部门审查；如属于国家法律法规政策明确限制进口的产品，请提供专家论证意见和主管部门审查意见。



2. 论证专家人数不足5位，请在“申请单位意见栏”中说明理由。



政府采购进口产品申请核准表

申报时间: 2018/09/03

编号:

基 本 情 况	申请单位(采购单位)	兰溪市疾病预防控制中心		
	联系人	宣少华	联系电话	13819911923
	拟进口的产品名称	净气型储药柜	采购目录	A032018 药房设备及器具
	数 量	5	金 额	200000.00
	采购产品所属项目名称	实验室仪器设备一批		
申 请 单 位 意 见	所属目录(应在括号里注明具体产品品目):			
	☐ 国家鼓励进口产品 ()			
	☐ 国家限制进口产品 ()			
	☐ 经全省统一论证的产品品目 ()			
	☒ 其他 (药房设备及器具)			
申 请 理 由	申请理由:			
	☐ 1.中国境内无法获取或无法以合理的商业条件获取; ☐ 2.在中国境外使用而进行采购的; ☒ 3.其他(请在意见阐述中注明)			
意 见 阐 述	意见阐述:			
	净气型储药柜的功能为存放大量种类繁杂的化学药品。关于危化品存放及实验室工作场所职业安全是涉及到重大实验室安全问题。那么核心技术中用的活性炭与国内同样的原材料进行比较调研,因为国内的那气候、环境等特征导致不能达到相应的 30 个安全指标要求,这样的原材料的生长环境必须在中国之外境外的亚热带环境。同类产品进口的产品符合遵循欧标及美标的要求,其比中国标准要求更严格,更安全。故申请购买进口产品。 经办人  单位负责人  2018 年 7 月 6 日 单位盖章 			



由 扫描全能王 扫描创建

专家 论证 意见	申请理由属实，建议该设备允许进口产品参与 投标。
----------------	-----------------------------

专家信息

专家姓名	工作单位	专业	职称	手机	专家签名
陈. 伟	温州市体育中心	工程	总经理	13600693271	陈. 伟
叶. 凌	永嘉县(县)律师事务所	法律	三级律师	1386825868	叶. 凌
李. 伟	温州市中心医院	医学	主任医师	13858983076	李. 伟
朱. 永	温州市中心医院	医学	副主任医师	13757933905	朱. 永
孙. 永	温州市中心医院	医学	副主任医师	13665892797	孙. 永

主管 部门 审查 意见	产品所属行业主管或单位行政主管部门意见：
----------------------	--

财政 部门 审核 意见	受理时间	9.7	受理人	孙. 永	电话	08903175
	经专家论证，同意该设备进口产品 经办人： 负责人： 孙. 永 年 月 日 单位盖章					

说明：1. 如属于国家法律法规政策明确鼓励进口的产品，以及经全省统一论证的产品或之前已经其他单位申报审核同意进口的产品，请提供相关政策文件或说明材料，可免于专家论证和主管部门审查；如属于国家法律法规政策明确限制进口的产品，请提供专家论证意见和主管部门审查意见。

2. 论证专家人数不足5位，请在“申请单位意见栏”中说明理由。

