

# 函

美众亿医疗科技（北京）有限公司：

我方（义乌市口腔医院和浙江开平企业管理咨询有限公司）于 2022 年 11 月 8 日收到杭州焱迪生物科技有限公司关于贵公司“义乌市口腔医院 CBCT 和口腔综合治疗机采购标段二”的质疑函，现将调查结果及处理意见告知如下：

招标文件中第三章第 3.1.4 条“★可电动调整椅背、座椅的倾斜角度及高度，定位精准；两段式病人椅座垫，采用不同材质，脚部增加耐磨处理，根据病人身高需要可以延长拉伸（非折叠）。”

①贵公司关于该条款的描述：“可通过医生控制面板和脚踏电动调整椅背、座椅的倾斜角度及高度，定位精确；一体式病人椅座垫，采用同一材质，脚部具备耐磨防护装置”，所以贵公司投标产品并不具备非折叠式的两段式病人座椅垫这个功能。

②制造厂家赛福徕集团出具的情况说明函中也确认“STERN WEBER（赛特伟邦）”品牌系列各型号的牙科综合治疗台产品，均不具备非折叠式的两段式病人座椅垫这个设计。

处理意见：贵公司投标的义乌市口腔医院 CBCT 和口腔综合治疗机采购标段二的产品未能满足招标文件打★条款，作废标处理。

