

婺城区医疗卫生提升—蒋堂镇卫生院、竹马乡卫生院医疗设备—彩色超声诊断仪采购项目的更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：TY2025-HW133-ZFCG133

原公告的采购项目名称：婺城区医疗卫生提升—蒋堂镇卫生院、竹马乡卫生院医疗设备—彩色超声诊断仪采购项目

首次公告日期：2025 年 7 月 4 日

二、更正信息

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	原招标文件“第二章 招标需求”、“二、采购清单及主要技术性能要求”	2.1.3 .探头接口≥6 个，其中≥4 个可激活的探头接口（不包括笔式探头接口），均为无针触点式大接口；	2.1.3 可激活的探头接口≥4 个，均为无针触点式接口且可通用；
		★2.2.13 类造影血流成像技术：非多普勒成像原理，真实反应血管内血流状态、无取样框的限制；	★2.2.13 具备类造影血流成像技术（B-Flow）或向量血流成像技术（V-Flow）或血管增强技术（Clarify™VE）或精细血流成像技术（S-Flow）；
		2.2.14 超微细血流成像技术：显示超微细血流及低速血流信号，具备≥7 级背景模式选择；	2.2.14 超微细血流成像技术：显示超微细血流及低速血流信号；
		2.2.17 造影成像技术：1）支持凸阵、线阵、相控阵、面阵、腔内、凸阵容积、腔内容积等探头；2）支持造影剂二次注射，有 2 个独立造影计时器；	2.2.17 具备造影成像技术，支持造影剂二次注射、有 2 个独立造影计时器。

		▲2.2.19 影像互联功能：超声主机可与手机或平板电脑等移动终端相连接，由移动端所拍摄的图片可瞬时上传至超声设备，单幅显示或与超声、超声动态图像同屏对照显示；	▲2.2.19 影像互联功能：超声主机可与手机或平板电脑等移动终端相连接进行图像互传；
		▲2.2.20 原始数据储存，可对回放的常规图像进行≥30种参数调节；	★2.2.20 主机支持高帧率造影成像技术（腹部条件下最高帧率可到30帧/秒，浅表条件下可到50帧）或具备参量成像造影功能（使用不同颜色标记造影剂到达时间）或BioAcoustic生物声学造影成像技术或具备在机TIC造影曲线定量分析功能（支持12个及以上参数分析）。
		2.5.2 以下探头各一把，扫描范围如下： 腹部凸阵探头：超声频率1.0-6.0MHz； 腔内微凸探头：超声频率3.0-10.0MHz； 高频线阵探头：超声频率3.0-11.0MHz； 超高频线阵探头：超声频率5.0-14.0MHz； 心脏探头：超声频率1.0-5.0MHz；	▲2.5.2 以下探头各一把，性能要求如下： 腹部凸阵探头：超声频率≥（1.0-6.0）MHz； 腔内微凸探头：超声频率≥（3.0-10.0）MHz； 高频线阵探头：超声频率≥（3.0-11.0）MHz； 超高频线阵探头：超声频率≥（5.0-14.0）MHz； 心脏探头：超声频率≥（1.0-5.0）MHz；
		★2.5.3 扫描角度：心脏相控阵探头扫描角度≥120°；	★2.5.3 扫描角度：心脏相控阵探头扫描角度≥90°；
		▲2.5.4 具备MVI超微细血流技术或者MV-Flow微血流灌注技术或者microV微血管血流技术	▲2.5.4 具备超微细血流技术或者微血流灌注技术或者微血管血流技术等类似技术；
		▲2.5.5 阵元数：小器官面阵探头阵元数≥1000阵元	删除

2	提交投标文件截止时间和开标时间	2025 年 7 月 25 日 14:30 时（北京时间）	2025 年 8 月 4 日 14:30 时（北京时间）
---	-----------------	-------------------------------	------------------------------

更正日期：2025 年 7 月 18 日

三、其他补充事宜

除以上更正内容，原招标文件中的其他事项不变；招标文件中有与本更正公告不一致的，以更正后的公开招标文件详见附件“133 更正发售稿”为准。

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：金华市婺城区卫生健康局

地 址：金华市婺城区宾虹西路 2666 号

联系人：周先生 联系电话： 0579-82322181

质疑联系人：周先生 质疑联系电话：0579-82322181

2. 采购代理机构信息

名称：金华市天盈招标代理有限公司

地址：金华市婺城区城西街道建业东路 168 号

传真：0579-82460882

项目联系人（询问）：卢丽云

项目联系方式（询问）：0579-82681716

质疑联系人（询问）：夏瀚宇

质疑联系方式（询问）：0579-82162067

3. 同级政府采购监督管理部门

名称：金华市婺城区财政局政府采购监督管理办公室

地址：金华市宾虹路 2666 号

联系人：李老师

监督投诉电话：0579-82487292