

关于金华市中心医院新院区（金华市省级区域医疗中心、金华市公共卫生临床中心）项目医用气体系统采购项目的更正说明

金华市政府采购中心：

金华市中心医院新院区（金华市省级区域医疗中心、金华市公共卫生临床中心）项目医用气体系统采购项目，项目编号：

JHCG2025W-005，预算金额：1890 万元（最高限价 1890 万元），部分内容需要进行调整，具体如下：

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	第二章 招标需求 设备带	病房设备带及配套设施系统：包含病房通长设备带、嵌入式设备带、ICU专用设备带、电源插座，床头灯、灯开关等。	病房设备带及配套设施系统：包含病房通长设备带、ICU专用设备带、电源插座，床头灯、灯开关等。



2	第二章招标 需求 设备带	普通病房每床配置：1个氧气终端，1个吸引终端，2个2+3孔电源插座，1个T5-4W LED床头灯，1个灯开关，床头分机预留开孔。	普通病房每床配置：1个氧气终端，1个吸引终端，4个2+3孔电源插座，1个T5-4W LED床头灯，1个灯开关，床头分机预留开孔。
3	第二章招标 需求网络型 氧气流量计	流量计：每个区域应配置流量计，可观察改区域流量计的使用情况，流量计的准确度关乎医院用氧量的准确计算。流量计示值 $\geq 5\text{L/min}$ 以上时误差率 $\leq \pm 0.1\%$ ，提供校准或检定证书。	流量计：每个区域应配置流量计，可观察改区域流量计的使用情况，流量计的准确度关乎医院用氧量的准确计算。提供校准或检定证书。
4	第二章招标 需求工程量 清单设备带	豪华型铝合金设备带：1) 规格： $\geq 190*65$	豪华型铝合金设备带：1) 规格： $\geq 210*60$
5	第四章评标 定表办法	投标产品（核心产品）列入国家节能、环保产品等品目清单的，得0.5分；按规定享受国家其他政策支持（或扶持）的，得0.5分。凭相关依据得分；本项最多得1分。	投标产品列入国家节能、环保产品等品目清单的，得0.5分；按规定享受国家其他政策支持（或扶持）的，得0.5分。凭相关依据得分；本项最多得1分。
6	附件十一中 小企业声明 函	中小企业声明函（工程、服务）	中小企业声明函（货物）

为不影响潜在供应商编制投标文件，建议延期开标。

特此说明。

