

附件

允许采购进口产品专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 何明华	
	职称: 工程师	
	工作单位: 丽水市妇幼保健院	
项目信息	项目名称: 缙云县人民医院采购乳腺钼钯机项目	
专业人员论证意见	进口设备具有如下优势: (一) 平板探测器技术含量高, 图像组织密度丰富, 提供高质量图像的图同时, 患者接受的散射剂量更少, 检查时间短, 图像清晰, 更符合乳腺普查要求, 能发现早期肿瘤。 (二) 能更清楚更准确更早显示乳房内微钙化, 有助于帮助医生发现早期乳癌, (三) 进口设备具有较强的稳定性与可靠性, 在多年使用后, 进口设备的图像质量能保持稳定, 因设备老化而降低图像质量的可能性更低, 具有更高的运行效率。国产设备相对稳定性差。上述产品不属于国家法律法规政策明确规定限制进口产品, 建议允许采购进口产品。	
专业人员签字	何明华	日期: 2023年5月24日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

允许采购进口产品专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 马军	
	职称: 工程师	
	工作单位: 丽江市中心医院设备处	
项目信息	项目名称: 缙云县人民医院采购乳腺钼靶机项目	
专业人员论证意见	1. 进口乳腺钼靶机平板探测性能高, 图像质量高, 患者接受射线剂量少; 2. 清楚显示乳房内微钙化, 有助于早期乳腺癌筛查; 3. 进口设备的稳定性高, 可靠性强. 病人体位舒适度高, 运行效率高. 国产设备性能达不到进口设备性能, 故申请采购进口设备.	
专业人员签字	马军	日期: 2023 年 5 月 24 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

允许采购进口产品专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李永	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 丽水市中心医院	
项目信息	项目名称: 缙云县人民医院采购乳腺钼靶机项目	
专业人员论证意见	进口设备具有以下优势: (一) 平板探测器技术含量高, 图像组织密度丰富, 提供高质量图像的同时患者接收的散射线更少, 检查时间更短, 更符合乳腺普查要求, 能发现早期肿瘤. (二) 视野更清楚更早期显示乳房内微钙化, 有助于医生发现早期乳腺癌. (三) 进口设备具有较佳的稳定性、可靠性, 在使用过程中能够保证病人的舒适感, 具有较高的运行效率. 国产设备稳定性较差. 上述产品不属于国家法律法规政策明确规定限制进口产品, 建议允许采购进口设备.	
专业人员签字	李永	日期: 2023 年 5 月 24 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

允许采购进口产品专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>张翔宇</u>	
	职称: <u>工程师</u>	
	工作单位: <u>丽水市人民医院</u>	
项目信息	项目名称: <u>缙云县人民医院采购乳腺钼靶机项目</u>	
专业人员论证意见	进口设备具有以下优势: 一、平板探测器技术含量高,图像组织密度丰富,提供高剂量图像的同时患者接受的辐射剂量更少,检查时间更短,更符合乳腺普查要求,能发现早期肿瘤。 二、能更清楚更早显示乳房内微钙化,有助于帮助医生发现早期乳腺癌。 三、进口设备具有更强的稳定性与可靠性。在使用过程中能确保患者的舒适度,具有较高的运行效率。国产设备稳定性较差。 上述产品不属于国家药监局所要求明确限定采购进口产品,因此建议采购进口设备。	
专业人员签字	<u>张翔宇</u>	日期: <u>2023</u> 年 <u>5</u> 月 <u>24</u> 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

允许采购进口产品专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 田明	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 丽水市人民医院	
项目信息	项目名称: 缙云县人民医院采购乳腺钼靶机项目	
专业人员论证意见	进口设备具有以下优势: <一>平板探测器技术含量高, 图像组织密度丰富, 能够提供高质量图像同时减少患者接收的散射线, 检查时间更短; <二>能更清楚更早显示乳房内微钙化, 更早发现早期肿瘤; <三>进口设备具有较强的稳定性与可靠性, 提高患者使用过程中的舒适度。上述产品不属于国家法律法规明确规定限制进口产品, 故建议允许采购进口产品。	
专业人员签字	田明	日期: 2023 年 5 月 24 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。