

附件

允许采购进口产品专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 马军	
	职称: 工程师	
	工作单位: 丽水市中心医院设备处	
项目信息	项目名称: 缙云县人民医院采购病理科染色封片机项目	
专业人员论证意见	进口染色封片机对比国产染色封片机, 技术先进性、稳定性、可靠性、准确性及精密性等方面均具有明显优势。且能有效减少手工染色过程中的一些人为且人力无法控制因素导致的结果偏差, 提高病理科日常工作中的染色质量, 保证病理诊断的准确性, 效率上能大大提升工作效率。 国产设备性能无法达到进口设备性能, 故申请采购进口设备。	
专业人员签字	马军	日期: 2023 年 5 月 24 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

允许采购进口产品专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李林
	职称: 副主任医师
	工作单位: 丽水市中心医院
项目信息	项目名称: 缙云县人民医院采购病理科染色封片机项目
专业人员论证意见	本次采购的染色封片一体机主要用于处理组织学、病理学、细胞学样本等各级别的标本,对贴附于载玻片上的石蜡切片、冰冻切片及细胞学涂片,进行自动染色及自动盖片。对比国内外产品,进口设备在产品的技术先进性、稳定性、可靠性、准确性、精密性等方面有较明显的优势,流程上极大地简化了操作步骤和节省流程,能有效减少手工染色过程中一些人为的、难以控制的因素导致的误差偏差,提高病理科日常工作中染色的质量,最大限度确保病理诊断的准确性,从而极大减少误诊、漏诊的几率,有效避免医疗事故的发生,故建议能大大缩短染色及封片时间,提高工作效率。国产设备染色效果不稳定,封片故障率高,容易产生碎片,故建议允许进口产品。
专业人员签字	李林 日期: 2023 年 5 月 24 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

允许采购进口产品专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>张陈宇</u>
	职称: <u>工程师</u>
	工作单位: <u>丽水市人民医院</u>
项目信息	项目名称: <u>缙云县人民医院采购病理科染色封片机项目</u>
专业人员论证意见	本次采购的染色封片一体机主要用于处理组织学、病理学、细胞学样本,对贴附于载玻片上的石蜡切片、冰冻切片及细胞等结构进行自动染色及自动盖片。对比国内产品,进口设备在技术先进性、稳定性、可靠性及准确性等方面有较大的优势,流程上极大地简化了染色工作和后续流程,同时能有效减少手工染色过程中一些人为因素以及人力无法控制的因素导致的误差,提高病理科日常工作中染色的质量,最大限度地确保病理诊断的准确性。 国产设备染色效果不稳定,封片故障率高,容易产生碎片。故建议允许采购进口产品。
专业人员签字	<u>张陈宇</u> 日期: <u>2023</u> 年 <u>5</u> 月 <u>24</u> 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

允许采购进口产品专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 周 明	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 丽水市人民医院	
项目信息	项目名称: 缙云县人民医院采购病理科染色封片机项目	
专业人员论证意见	染色封片一体机主要用于处理组织学、病理学、细胞学样本等领域标本,对贴附于载玻片上的石蜡切片、冰冻切片及细胞等件进行自动染色及自动盖片。对比国内外产品,进口设备在产品技术先进性、稳定性、可靠性、准确性等方面有明显优势,流程上极大地简化了科室工作和管理流程;有效减少手工染色过程中一些人为的以及人力无法控制的因素导致的结果偏差,提高病理科日常工作染色的质量,最大限度确保病理诊断准确性,从而极大减少误诊、漏诊机率,有效避免医疗纠纷。另外国产设备染色效果不好,且切片故障率高,容易碎片。故建议允许进口产品。	
专业人员签字	周 明	日期: 2023 年 5 月 24 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

允许采购进口产品专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 何明华	
	职称: 工程师	
	工作单位: 丽江市妇幼保健院	
项目信息	项目名称: 丽江市妇幼保健院采购染色封片机项目.	
专业人员论证意见	染色封片机主要用于处理组织学、病理学、细胞学标本, 对贴附于载玻片上的石蜡切片、冰冻切片等标本进行自动染色及自动盖片。对比国内外产品, 进口设备技术先进, 稳定性、可靠性、精确性等方面更有优势。流程上极大简化科室工作和管理流程, 能有效减少手工染色过程的人为偏差, 提高病理科日常工作中染色质量, 最大限度确保病理诊断的准确性, 减少误诊、漏诊的几率, 有效避免医疗事故的发生。相对而言, 国产设备故障率高, 容易产生碎片。故建议允许采购进口产品。	
专业人员签字	何明华	日期: 2023年5月24日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。