


附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：杨长桂
	职称：副主任技师
	工作单位：宁波李惠利医院
项目信息	项目名称：丽水市中心医院医用内窥镜升级采购项目
	供应商名称：海王业威医疗科技（上海）有限公司
专业人员论证意见	该院于2009年购进、使用一台富士EPX-4400电子内窥镜系统，该设备使用多年，已出现镜子无法伸入，但由于内窥镜位置固定，可拆套该设备升级的内窥镜，继续使用，这样既可以节省医院的资金，又可充分发挥原设备的利用率，降低医疗费用。 因此该设备应续用单一来源采购，建议从富士内窥镜的原供货方处采购。
专业人员签字	 日期 2024 年 4 月 12 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：余华良	
	职称：高级工程师	
	工作单位：宁波市鄞州第二医院	
项目信息	项目名称：丽水市中心医院医用内窥镜升级采购项目	
	供应商名称：海王业威医疗科技（上海）有限公司	
专业人员论证意见	论证是在医院在原有内窥镜基础上进行系统升级，以节约医院运行成本、采购成本。经论证后认为日本富士内窥镜系统，必须由原厂进行升级，或原厂授权代理商进行升级。故为单一来源。同意进行单一来源采购。	
专业人员签字	余华良	日期 2021 年 10 月 12 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：王凌波	
	职称：技师	
	工作单位：宁波市鄞州人民医院	
项目信息	项目名称：丽水市中心医院医用内窥镜升级采购项目	
	供应商名称：海王业威医疗科技（上海）有限公司	
专业人员论证意见	医院内镜中心现有一套富士EPX-4400电子内窥镜系统，原有配套的EG-590MM电子胃镜和EC-590MM电子肠镜使用年限已久陆续出现故障，富士公司已经停产该型号内镜，只能提供内镜升级，由于内镜主机只能配套同品牌镜子，为保证所购产品与原有采购项目一致性和诊断的准确率，建议：从原供应商处单一来源采购。	
专业人员签字		日期2024年4月12日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。