

政府采购进口产品申请核准表

申报时间: 2019年2月11日

编号:

基 本 情 况	申请单位（采购单位）	浙江省血液中心		
	联系人	孙崢	联系电话	0571-57888132
	拟进口的产品名称	一次性加样尖	采购目录	其他医用耗材
	数 量	90000支	金 额	60万元
	采购产品所属项目名称	日常公用支出经费		
	所属目录（应在括号里注明具体产品品目）： ☐ 国家鼓励进口产品（ ） ☐ 国家限制进口产品（ ） ☐ 经全省统一论证的产品品目（ ） ☐ 其他（ ）			
申 请 单 位 意 见	申请理由： ☐ 1.中国境内无法获取或无法以合理的商业条件获取； ☐ 2.在中国境外使用而进行采购的； ☒ 3.其他（请在意见阐述中注明）			
	意见阐述： 目前使用的 STAR 16CH 全自动液体处理工作站（序列号 1586）、STAR 8CH 全自动液体处理工作站（序列号 2798）、STAR 8CH 全自动液体处理工作站（序列号 4991）、STAR 8CH 全自动液体处理工作站（序列号 7696）、STAR Let8CH 全自动液体处理工作站（序列号 4340）、E-STAR 8CH 全自动酶免分析系统（序列号 1656）共计五台加样仪器运行时需要适应于 STAR 加样器的一次性加样尖以保证加样准确性，从而保证检测结果的可靠性。国内无同类产品，特申请购买进口原厂产品。  经办人 单位负责人 年 月 日 单位盖章			

专家 论证 意见	论证时间	2019 年 2 月 1 日		论证意见			附 件	张
	意见概述: 目前使用的 STAR 16CH 全自动液体处理工作站 (序列号 1586)、STAR 8CH 全自动液体处理工作站 (序列号 2798)、STAR 8CH 全自动液体处理工作站 (序列号 4991)、STAR 8CH 全自动液体处理工作站 (序列号 7696)、STAR Let8CH 全自动液体处理工作站 (序列号 4340)、E-STAR 8CH 全自动酶免分析系统 (序列号 1656) 共计五台加样仪器运行时需要使用 STAR 加样器专用的一次性加样尖以保证加样准确性, 从而保证检测结果的可靠性, 故建议采购进口原厂产品。							
	专家信息							
	专家姓名	工作单位	专业	职称	手机	专家签名		
	周小莹	浙江省立同德医院	医疗仪器	高工	13575477356	周小莹		
	章忠敏	省医疗器械研究院	医学工程	教授	13958059590	章忠敏		
	屠世明	浙江电子产品检验所	医用电子 仪器	高工	13018946969	屠世明		
董明	浙江医院	医学工程	高工	13357102150	董明			
郭巧珍	杭州市拱墅区妇幼保健 计划生育服务中心	影像	主治医 师	13819196862	郭巧珍			
主管 部门 审查 意见	产品所属行业主管或单位行政主管部门意见: 							
财政 部门 审核 意见	受理时间		受理人		电话			
	经办人: 负责人: 年 月 日 单位盖章							