

政府采购进口产品申请核准表

申报时间：2023 年 3 月 13 日

编号:

基本情况	申请单位（采购单位）	浙江中医药大学		
	联系人	韩强	联系电话	15356159758
	拟进口的产品名称	电泳转印套装、二氧化碳培养箱、生物安全柜	采购目录	科研设备
	数 量	3 台、4 台、1 台	金 额	21.3 万元
	采购产品所属项目名称	营养学科采购多功能酶标仪等一批		
	所属目录（应在括号里注明具体产品品目）： ☐ 国家鼓励进口产品（ ） ☐ 国家限制进口产品（ ） ☒ 经全省统一论证的产品品目（ √ ） ☐ 其他（ ）			
申请单位意见	申请理由： ☐ 1.中国境内无法获取或无法以合理的商业条件获取； ☐ 2.在中国境外使用而进行采购的； ☒ 3.其他（请在意见阐述中注明） √			
	意见阐述： 进口电泳仪能同时容纳 4 块胶（7.5×8cm）；带湿转印模块；电源：电压 10-300V；电流 0-700 mA；最大功率 150W。国产电泳仪只能同时容纳 2 块胶，不能同时做湿转印，无法完全满足我们科研需求，故申请购买进口的电泳仪。 二氧化碳培养箱主要应用于为动物细胞培养提供必要的环境，目前国内该类产品在二氧化碳浓度，温度精度控制方面，不及进口的产品，无法满足科研要求的严谨性，为了达到复杂的科研需求，因此申请采购进口设备。			



扫描全能王 创建

生物安全柜是实验室常用的用于防止微生物等培养物的交叉污染,保护实验操作人员和实验环境的一种设备,目前国产的产品的排风系统和过滤器的质量和使用寿命无法与进口产品媲美,进口的产品噪声低、洁净度稳定,自动化程度高。为了提升的本学科的科研水平以及满足各种复杂科研需求,因此申请采购进口生物安全柜。

经办人

单位负责人

2023年3月13日

单位盖章



论证时间

论证意见

附件

张

意见概述(可另附纸):

专家

专家信息

论证

专家姓名

工作单位

专业

职称

手机

专家签名

意见

王峰

市一医院

心电图

主任医师

13606526096

王峰

朱英

市二医院

内科

工程师

13735889697

朱英

王立

郑州市妇幼保健院

妇产科

主任医师

13958076690

王立

陈强

郑州市儿童医院

生物

工程师

15858179875

陈强

王瑞

河南省人民医院

内科

高工

15958116901

王瑞

产品所属行业主管或单位行政主管部门意见:

主管

部门

审查

意见

经办人

单位负责人

年 月 日

单位盖章



扫描全能王 创建

财政 部门 审核 意见	受理时间		受理人		电话	
	经办人： 负责人： 年 月 日 单位盖章					

