


浙江省中医院

浙江省中医院关于岛津胃肠机球管 单一来源采购专家论证意见

医院情况说明	我院有岛津透视胃肠机 Sonialvision Versa 100 一台，患者众多，设备使用频繁。目前无法曝光，经工程师判断为球管故障。由于该设备技术性精密度高，所采购的球管须与原设备配套。为了保障设备正常运行、性能稳定、图像清晰，球管只能由原厂或者原厂指定代理商提供。特此申请单一来源的采购方式进行采购。
论证专家意见	建议采用单一来源采购方式采购
论证专家签字	
备注	

二〇二二年七月十一日