

政府采购进口产品申请核准表

申报时间: 2019.5

编号:

基 本 情 况	申请单位 (采购单位)	温州医科大学附属第二医院		
	联系人	施晓军	联系电话	0577-88002773
	拟进口的产品名称	有创压力监测模块	采购目录	A032032
	数 量	10 套	金 额	9.8 万元
	采购产品所属项目名称	医疗设备零部件		
	所属目录 (应在括号里注明具体产品品目): ☐ 国家鼓励进口产品 () ☐ 国家限制进口产品 () ☐ 经全省统一论证的产品品目 () ☒ 其他 ()			
申 请 单 位 意 见	申请理由: ☐ 1.中国境内无法获取或无法以合理的商业条件获取; ☐ 2.在中国境外使用而进行采购的; ☒ 3.其他 (请在意见阐述中注明) 意见阐述: 可用于科室现有的进口心电监护仪, 支持热插拔。只占用一个侧插槽。提供 PPV 脉搏压力变异监测, 加强液体管理的精确性, 测压范围: -40 至 360mmHg。支持 ABP、ART、Ao、CVP、ICP、LAP、压力 (非特异的压力标名) PAP、RAP、UAP、UVP、BAP、FAP、IC1、IC2、P1、P2、P3、P4 等 17 种有创压力标名及监测, 模块无风扇。 国内产品性能参数无法满足用户的所有需求, 希望购买进口产品。 经办人: 施晓军 单位负责人: 林坚 2019年5月17日 单位盖章			

专家 论证 意见	论证时间	2019 年 5 月 22 日	论证意见	建议允许采购进口产品	附 件	张
	意见概述（可另附纸）： 有创压力检测模块为配套进口心电监护仪使用，要求和原有心电监护仪同品牌，建议允许采购进口产品。					
	专家信息					
	专家姓名	工作单位	专业	职称	手机	专家签名
	祁建伟	浙江医院	医工	高级工程师	13357107113	祁建伟
	周菁楠	浙江省肿瘤医院	医工	高级工程师	15968823157	周菁楠
	田慧	浙江大学医学院附属妇产科医院	医工	工程师	13958027802	田慧
	闻建民	浙江中医药大学附属第二医院	医工	高级工程师	13516803506	闻建民
马成钢	浙江省立同德医院	医工	高级工程师	15990101218	马成钢	
主管 部门 审查 意见	产品所属行业主管或单位行政主管部门意见：					
	经办人：_____ 单位负责人：_____ 2019 年 5 月 28 日 单位盖章 					
财政 部门 审核 意见	受理时间		受理人		电话	
	经办人：_____ 负责人：_____ 2019 年 月 日 单位盖章					

说明：1.如属于国家法律法规政策明确鼓励进口的产品，以及经全省统一论证的产品或之前已经其他单位申报审核同意进口的产品，请提供相关政策文件或说明材料，可免于专家论证和主管部门审查；如属于国家法律法规政策明确限制进口的产品，请提供专家论证意见和主管部门审查意见。 2.论证专家人数不足 5 位，请在“申请单位意见栏”中说明理由。