

附件 5:

政府采购进口产品申请核准表

申报时间:

编号:

基 本 情 况	申请单位 (采购单位)	浙江省医疗器械检验研究院		
	联系人	胡燕燕	联系电话	0571-86002817
	拟进口的产品名称	激光光散射仪	采购目录	A02100309 激光仪器
	数 量	1	金 额	170 万
	采购产品所属项目名称	医疗器械检测评价与创新服务综合体		
申 请 单 位 意 见	所属目录 (应在括号里注明具体产品品目):			
	☐ 国家鼓励进口产品 ()			
	☐ 国家限制进口产品 ()			
	☐ 经全省统一论证的产品品目 ()			
	☒ 其他 (激光光散射仪)			
申 请 单 位 意 见	申请理由: ☒ 1. 中国境内无法获取或无法以合理的商业条件获取; ☐ 2. 在中国境外使用而进行采购的; ☐ 3. 其他 (请在意见阐述中注明)			
	意见阐述: 激光光散射仪主要用于各类高分子聚合物、天然及生物大分子的分离和绝对分子量和分布的测试研究。试验有以下要求: 1、激光检测器检测角度: $\geq 18^\circ$; 2、分子量检测上限不小于 $1 \times 10^9 \text{ g/mole}$ (Daltons); 3、分子尺寸测定上限不小于 500nm。经调研, 国内无同类设备, 故申请采购进口设备。			
经办人 <u>徐仁</u> 单位负责人 <u>郭</u> 2022 年 6 月 1 日 单位盖章				

专家 论证 意见	论证时间	2022.6.1	论证意见	建议采购进口设备	附件	张
	意见概述 (可另附纸):					
	本项目拟购的激光光散射仪, 要求的技术参数: 1. 激光检测器检测角度 $\geq 18^\circ$; 2. 分子量检测上限不小于 $1 \times 10^6 \text{ g/mole}$ (Daltons); 3. 分子尺寸测定的上限不小于 500 nm。 而国内尚无此类设备, 因此建议采购进口设备。					
	专家信息					
	专家姓名	工作单位	专业	职称	手机	专家签名
	陈林深	浙江大学	化学	研究员	13116742017	陈林深
	刘峰	浙江省计量院	物理	高工	13575777356	刘峰
	沈志华	浙江省计量院	物理	高工	13575777356	沈志华
	王峰	上海诺信(杭州)仪器有限公司	法律	律师	1385808538	王峰
	王要红	中国计量大学	法学	助理	13588231520	王要红
主管 部门 审查 意见	产品所属行业主管或单位行政主管部门意见: 医疗器械检测评价与创新服务综合体, 事业收入资金, 采购预算 170 万元。 经办人: 王峰 单位负责人: 王峰 2022 年 6 月 13 日 单位盖章					
财政	受理时间		受理人		电话	

部门 审核 意见	经办人： 负责人： 年 月 日 单位盖章
----------------	--

说明：1. 如属于国家法律法规政策明确鼓励进口的产品，以及经全省统一论证的产品或之前已经其他单位 申报审核同意进口的产品，请提供相关政策文件或说明材料，可免于专家论证和主管部门审查；如属于国家法律法规政策明确限制进口的产品，请提供专家论证意见和主管部门审查意见。

2. 论证专家人数不足 5 位，请在“申请单位意见栏”中说明理由。