

单一来源采购专家论证报告

一、基本情况	
申请单位	长兴县中医院
拟采购产品名称	DSA 维保
拟采购产品金额	189 万元
采购项目所属项目名称	DSA 维保
采购项目所属项目金额	189 万元
二、申请理由	
☒ 1. 只能从唯一供应商处采购;	
☐ 2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购;	
☐ 3. 必须保证原有采购项目的一致性或者服务配套的要求, 需要从原有供应商处添购, 且添购金额不超过原合同金额百分之十。	
原因阐述： 我院现有飞利浦 FD20DSA 1 台，该设备技术先进，结构复杂，维修维护技术第三方公司尚不能完全掌握，且维护所需的关键零部件均归飞利浦公司掌控，其它公司无法全部获取，一旦机器出现零部件故障，唯有飞利浦公司可以全面解决处理故障。另外，维保要求的系统或应用软件升级服务也只有飞利浦厂家能提供。菲苾普 DSA 在长兴县的原厂维保授权供应商为上海田泽医疗科技有限公司。综上所述，特申请单一来源采购 DSA 原厂维保。	
三、拟定供应商	
拟定供应商名称	上海田泽医疗科技有限公司
拟定供应商地址	上海市杨浦区国霞路 458 弄 15 号 802 室

四、专家论证意见

结合医院现有设备，该设备技术先进，结构复杂，维修维护技术第三方公司尚不能完全掌握，且维护所需的关键零部件均归飞利浦厂家掌控，其它公司无法全部获取，一旦机器出现零部件故障，唯有原厂家可以全面解决处理故障。另外，维保要求的系统或应用软件升级服务也只有原厂家能提供。非原厂维修在维修能力和及时提供配件的过程中存在着弊端和风险，如故障无法及时修复，势必给医院正常的诊疗工作带来一定的影响。鉴于上述情况，建议本项目采用单一来源方式采购。

姓名	工作单位	职称	联系电话	签名
李永	沧州市中心医院	主任医师	13857271239	李永
李永	沧州市中心医院		1387228733	李永
李永	沧州市中心医院	主任医师	13732396105	李永

附：1.采购内容及预算清单（总值 万元）

序号	项目名称	数量	预计单价（万元）	总金额（万元）
1	DSA 维保	1	189	189
	合计			