

政府采购进口产品申请核准表

申报时间： 年 月 日

编号：

基 本 情 况	申请单位（采购单位）	海宁市中心医院		
	联系人	吴海金	联系电话	0573-87639845
	拟进口的产品名称	彩色多普勒超声诊断 仪	采购目录	A02320500 医用超声波仪器及设备
	数 量	1 台	金 额	1500000.00 元
	采购产品所属项目名称	彩色多普勒超声诊断仪项目		
	所属目录（应在括号里注明具体产品品目）： ☐ 国家鼓励进口产品（ ） ☐ 国家限制进口产品（ ） ☐ 经全省统一论证的产品品目（ ） ☒ 其他（ 专家论证 ）			
申 请 单 位 意 见	申请理由： ☐ 1. 中国境内无法获取或无法以合理的商业条件获取； ☐ 2. 在中国境外使用而进行采购的； ☒ 3. 其他（请在意见阐述中注明）；			
	申请理由： 根据我院临床诊断和治疗需要，我单位拟采购一台彩色多普勒超声诊断仪。进口彩超在分辨率、穿透力和清晰度等性能方面与国产彩超相比具有明显优势，国产彩超存在分辨率低、故障率高、设备使用寿命短等缺点。国内产品无法满足医院临床需求，故申请采购进口产品。 单位负责人： 年 月 日 单位盖章			

专家	论证时间		论证意见		附件	张
论证意见	意见概述（可另附纸）：彩色多普勒超声诊断仪主要用于腹部、心脏、妇产科、外周血管、小器官等方面的临床超声诊断和科研，要求具有高级血流成像技术，具有组织成像、血流成像、复合图像等多种图像处理技术，具备剪切波弹性定量技术，可适用与超声造影、穿刺定位等功能。进口彩超图像清晰度高、功能齐全，具有组织成像、血流成像、复合图像等多种图像处理技术，可很好满足临床使用要求，并且产品稳定性好、故障率低、探头衰减率低。进口产品在功能的完整性、精确性、稳定性、安全性、适用性等方面，比国产设备更有优势，故建议允许进口产品参与竞争。					
	专家信息					
	专家姓名	工作单位	专业	职称	手机	专家签名
	赵斌	浙江省新华医院	超声医学	主任	1395899762	赵斌
	徐晓华	杭州市中医院	医学影像	主管技师	13600518578	徐晓华
	陈工友	宁波大港医院	超声医学	主任	13588706877	陈工友
	王清波	杭州市	医工	高工	13758247386	王清波
	汪亮	浙江星翰律师事务所	法律	律师	15958080692	汪亮
主管部门审查意见	产品所属行业主管或单位行政主管部门意见： 经办人： 单位负责人： 年 月 日 单位盖章					
财政部门审核意见	受理时间		受理人		电话	
	经办人： 负责人： 年 月 日 单位盖章					

说明：1. 如属于国家法律法规政策明确鼓励进口的产品，以及经全省统一论证的产品或之前已经其他单位申报审核同意进口的产品，需提供相关政策文件或说明材料，可免于专家论证和主管部门审查；如属于国家法律法规政策明确限制进口的产品，需提供专家论证意见和主管部门审查意见。

2. 论证专家人数不足5位，请在“申请单位意见栏”中说明理由。