

政府采购进口产品申请核准表

申报时间： 年 月 日

编号：

| | | | | |
|----------------------------|--|--------------------|--------|----------------------|
| 基 本 情 况 | 申请单位（采购单位） | 临海市第一人民医院医疗卫生服务共同体 | | |
| | 联系人 | 林华珍 | 联系电话 | 0576-85170039 |
| | 拟进口的产品名称 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 采购目录 | A02320500 医用超声波仪器及设备 |
| | 数 量 | 1 套 | 金 额 | 1700000.00 元 |
| | 采购产品所属项目名称 | 彩色多普勒超声诊断仪项目 | | |
| | 所属目录（应在括号里注明具体产品品目）： <input type="checkbox"/> 国家鼓励进口产品（ ） <input type="checkbox"/> 国家限制进口产品（ ） <input type="checkbox"/> 经全省统一论证的产品品目（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 其他（专家论证） | | | |
| 申 请 单 位 意 见 | 申请理由： <input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取或无法以合理的商业条件获取； <input type="checkbox"/> 2. 在中国境外使用而进行采购的； <input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他（请在意见阐述中注明）； | | | |
| | 申请理由： 应超声影像科发展要求，我院拟采购彩色超声诊断仪 1 套，主要用于腹部、心脏、妇产科等临床超声诊断。进口主流品牌超声机与国产产品相比技术更成熟，性能稳定，经多年临床使用证明具有图像分辨率高、故障率低等优点，国产产品整体性能和使用功能等与进口产品尚有一定差距，故申请采购进口产品。 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 经办人： 单位负责人： </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> 年 月 日 单位盖章 </div> | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|-------|-------------|-------------|------|
| 专家 | 论证时间 | | 论证意见 | | 附件 | 张 |
| 论证 意见 | 意见概述（可另附纸）：彩色多普勒超声波诊断仪主要用于腹部、心脏、妇产科、外周血管、小器官等方面的临床超声诊断和科研，要求具有高级血流成像技术，具有组织成像、血流成像、复合图像等多种图像处理技术，具备剪切波弹性定量技术，可适用与超声造影、穿刺定位等功能。进口设备图像清晰度高、功能较齐全、可很好满足超声科临床诊断要求。国产设备无法完全满足要求。且满足最低要求的品牌也寥寥无几，竞争性不足，故建议允许进口产品参与竞争。 | | | | | |
| | 专家信息 | | | | | |
| | 专家姓名 | 工作单位 | 专业 | 职称 | 手机 | 专家签名 |
| | 王自莹 | 浙江传续律师事务所 | 法律 | 律师 | 13867467823 | 王自莹 |
| | 袁斌 | 浙江省新华书店 | 医学设备 | 高工 | 13396599960 | 袁斌 |
| | 潘建梅 | 浙江大学 | 医学影像学 | 主任医师 | 13575737786 | 潘建梅 |
| 林松 | 浙江省医学科学院 | 医学设备 | 高工 | 13805720691 | 林松 | |
| 陈爱华 | 杭州市卫生局 | 医学 | 正高 | 13868032266 | 陈爱华 | |
| 主管 部门 审查 意见 | 产品所属行业主管或单位行政主管部门意见： 经办人： 单位负责人： 年 月 日 单位盖章 | | | | | |
| 财政 部门 审核 意见 | 受理时间 | | 受理人 | | 电话 | |
| 经办人： 负责人： 年 月 日 单位盖章 | | | | | | |

说明：1. 如属于国家法律法规政策明确鼓励进口的产品，以及经全省统一论证的产品或之前已经其他单位申报审核同意进口的产品，需提供相关政策文件或说明材料，可免于专家论证和主管部门审查；如属于国家法律法规政策明确限制进口的产品，需提供专家论证意见和主管部门审查意见。

2. 论证专家人数不足5位，请在“申请单位意见栏”中说明理由。