

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>沈明</u>
	职称: <u>江</u>
	工作单位: <u>浙医二院</u>
专业人员信息	姓名: <u>董成</u>
	职称: <u>高工</u>
	工作单位: <u>杭州市一医院</u>
专业人员信息	姓名: <u>储胜韵</u>
	职称: <u>高工</u>
	工作单位: <u>浙江省人民医院</u>
项目信息	项目名称: 联影 1.5T MRI 保修服务
	供应商名称: 上海联影医疗科技股份有限公司
专业人员论证意见	该设备为联影uMR560型, 设备故障的诊断、备件的维修、更换, 均需要维修工程师有充分的经验和操作指导。联影目前未对任何第三方维修公司提供联影产品配件供应, 维修培训, 也未对任何第三方维修公司开放标准操作文档。 联影原厂维保服务还包含了原厂的定期保养和不定期的软硬件原厂升级服务, 以保障设备可靠性和技术水平进一步提高, 目前无第三方公司可以提供该服务。建议采用单一来源采购方式从原厂购买该设备的保修服务。
专业人员签字	<u>沈明</u> <u>董成</u> <u>储胜韵</u> 日期: 2021年4月9日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。