

情况说明

杭州市萧山区中医院医共体总院全自动生化仪采购项目（项目编号：ZJHC(XS)-20250608）于 2025 年 6 月 30 日 9 时 30 分在杭州市萧山区新塘街道通货路 365 号杭州火车南站东广场产业园 1 栋 902 室开标室进行开标。于 2025 年 6 月 30 日在浙江政府采购网上发布该项目的中标(成交)结果公告。因本项目有投标供应商于 2025 年 7 月 3 日对该项目中标单位投标文件的内容提出质疑。组织原评审专家于 2025 年 7 月 7 日在杭州市萧山区新塘街道通货路 365 号杭州火车南站东广场产业园 1 栋 902 室进行协助质疑答复。

经原评审专家重新审核该单位投标文件及相关材料，杭州沃康医疗器械有限公司投标文件商务技术文件中的技术参数要求，不满足招标文件采购需求实质性要求▲4.3：单电解质模块检测速度 ≥ 800 测试/小时；电极可分别单独更换，电解质检测单元具备独立吸样针，为单独的分析模块。经原评审专家一致认为此次质疑成立，取消杭州沃康医疗器械有限公司的中标资格。因质疑成立改变了此次招标结果，建议重新组织招标。

华诚工程咨询集团有限公司

2025 年 7 月 8 日

