

广西鑫磐工程项目管理有限责任公司

# 公开招标文件

项目名称：凤山县人民医院全高清电子镜系统采购项目

项目编号：HCZC2022-G1-230118-GXXP

招 标 单 位：凤山县人民医院

招标代理机构：广西鑫磐工程项目管理有限责任公司

2022 年 11 月

# 目录

第一章 公开招标公告 .....	1
一、项目基本情况 .....	1
二、申请人的资格要求: .....	1
三、获取招标文件 .....	1
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 .....	2
五、公告期限 .....	2
第二章 招标项目采购需求 .....	4
采购项目合同验收书(格式) .....	15
第三章 投标人须知 .....	16
投标人须知前附表 .....	16
第四章 评标办法及评分标准 .....	30
一、评标原则 .....	30
二、评定方法 .....	30
三、评审要求 .....	33
四、中标候选人推荐原则 .....	33
第五章 合同主要条款格式 .....	34
合 同 附 件 .....	38
第六章 投标文件格式 .....	42
(一)、资格部分格式 .....	43
附件1(属中小企业的可以提供): .....	54
附件2(属残疾人福利性单位的可提供): .....	55
(三) 报价文件部分 (格式) .....	56
开标一览表 .....	60

# 第一章 公开招标公告

## 广西鑫磐工程项目管理有限责任公司关于凤山县人民医院全高清电子镜系统采购项目（HCZC2022-G1-230118-GXXP）公开招标公告

### 项目概况：

《凤山县人民医院全高清电子镜系统采购项目》招标项目的潜在投标人在政采云平台（<https://www.zcygov.cn/>）注册后下载招标文件等资料，并于2022年 月 日 点 分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：HCZC2022-G1-230118-GXXP（政府采购计划文号：FSZC2022-G1-00612）

项目名称：凤山县人民医院全高清电子镜系统采购项目

预算金额：人民币叁佰贰拾捌万元整（¥3280000.00）

最高投标限价：人民币叁佰贰拾捌万元整（¥3280000.00）；

采购需求：

序号	产品名称	数量	简要技规格、要求	备注
1	全高清电子镜系统	1套	包含电子肠胃镜（图像处理器、上消化道内窥镜放大镜、上消化道内窥镜治疗镜、下消化道内窥镜、高频电刀等）+电子支气管镜（图像处理器、检查镜、治疗镜、支气管镜清洗槽）等	

具体需求详见招标文件《项目采购需求》

合同履行期限：合同生效之日起 30日。

本项目不接受联合体投标。

### 二、投标人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3. 本项目的特定资格要求：具备行业主管部门颁发的有效医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证；
4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
5. 对在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

### 三、获取招标文件

时间：2022年 月 日发布公告之时起至投标文件递交截止时间前止。

地点：政府采购云平台（<http://www.zcygov.cn/>）。

方式：本项目为全流程电子化项目，在电子交易平台注册，并在系统上下载招标文件，逾期下载无效；电子投标文件制作需要基于“政采云”平台模块获取的招标文件制作，投标人需根据本项目编号进一步前往“政采云”平台获取招标文件。

备注：

（1）投标人获取招标文件时应当填写完整准确的单位名称；

（2）已获取招标文件的投标人不等于符合本项目的投标人资格条件；

（3）本项目为全流程电子化项目，各参与政府采购的潜在供应商应在政采云系统做好以下工作：①完成投标人注册（注册为正式供应商），②完成 CA 申领和绑定（CA 锁办理客服：400-881-7190/95763），③下载投标客户端，熟悉掌握全流程电子化系统；

（4）为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，供应商必须在招标文件获取截止时间前在政采云平台（<https://www.zcygov.cn>）下载招标文件，未在政采云平台（<https://www.zcygov.cn/>）注册的供应商应登录政采云进行注册为正式供应商，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间、开标时间：2022 年 月 日 点 分（北京时间）

电子投标文件递交方式：通过网络上传至政采云平台。

电子投标文件提交地点：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（<http://www.zcygov.cn>）实行在线电子响应，投标人应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制并采用数字证书 CA 锁加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请准确填写参加采购活动经办人联系方式。

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

#### 六、其他补充事宜

1、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2、投标保证金缴纳要求：根据河财采【2021】18号文，本项目不收取投标保证金。

3、网上查询地址：本次招标公告同时在中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）、广西壮族自治区政府采购网（[www.gxzf.gov.cn](http://www.gxzf.gov.cn)）、全国公共资源交易平台（广西·河池）<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/hcgzy/> 电子交易平台上发布。

4、在线投标响应（电子投标）说明

（1）本项目通过政采云平台实行在线投标响应（电子投标），供应商需要先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定编制并加密的投标文件，政采云平台将予以拒收。下载投标客户端即“广西壮族自治区全流程电子招标投标项目管理系统—供应商客户端”，下载地址：广西政府采购网（网址为“<http://zfcg.gxzf.gov.cn>”）

首页-[办事服务]-[下载专区]；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在“政府采购云平台（<https://www.zcygov.cn/>）服务中心-帮助文档-最新指南”下载；通过政采云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询 400-881-7190。

(2) 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交投标文件截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，申领通过 CA 认证的数字证书，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书。

(3) 供应商应当在投标文件递交截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至政采云平台。提交投标文件截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

(4) 供应商可在生成“电子加密投标文件”的同时准备一份电子备份投标文件。供应商投标时需使用制作投标文件的 CA 数字证书进行在线解密。通过“政府采购云平台”上传的“电子加密投标文件”无法在投标文件提交截止时间后三十分钟内按时解密的，经报同级监管部门备案后可通过“异常处理”方式启用电子备份投标文件，否则视为投标文件撤回。通过政采云平台上传递交的电子加密投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。供应商仅递交电子备份投标文件的，投标无效。本项目不接受供应商现场通过非网络传输的其它存储介质提交的电子备份投标文件。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

### 1. 采购人信息

名称：凤山县人民医院

地址：凤山县凤阳路

联系人：龙超专 联系电话：0778-6816485

### 2. 采购代理机构信息

名称：广西鑫磐工程项目管理有限责任公司

地址：河池市金城江区育才路一巷 2 号

联系人：梁才武 联系电话/传真：0778-2111666 邮箱：xphc2012@163.com

3. 项目联系人：龙超专 电话：0778-6816485

4. 交易服务单位：河池市公共资源交易中心 联系电话：0778-2302718

地址：河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼

招标采购单位：凤山县人民医院

招标代理机构：广西鑫磐工程项目管理有限责任公司

2022年 11 月 日

## 第二章 招标项目采购需求

### 货物需求一览表

说明：

1、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

序号	名称	数量	技术参数及性能（配置）要求
1	全高清电子镜系统	1套	<p>I.全高清电子镜系统</p> <p>一、设备适用范围：</p> <p>1、设备适用于消化道疾病的检查和治疗，能诊断、发现消化道疾病的病变，能显示病灶部位、边界和范围，内镜处理器具有拍摄和录制病变影像资料的功能，能保存原始高清影像，能为进一步完善后续筛查和制定诊疗方案提供依据。</p> <p>★2、提供型号必须为此品牌最高端产品。</p> <p>二、设备总体配置性能参数：</p> <p>1、设备为全高清内镜达到1080P；</p> <p>2、设备面板按钮为触控按键，且前面板能防止液体泼溅；</p> <p>★3、图像处理器主机具有内置工作站功能，能直接在床旁编辑和打印检查报告。</p> <p>三、图像处理器参数：</p> <p>1. 主机视频信号为光纤传输，速度更快，抗干扰更强；</p> <p>2. 测光模式调节功能：平均测光、峰值测光、全自动测光、测光级别范围 - 9~9级；</p> <p>3. 具有电子放大功能：1.4、1.6、1.8倍，三档可调；</p> <p>★4、图像处理器主机具有500G的内置存储容量，具备离线诊断功能，能够保存录制患者病变影像资料，能在病人离开后进一步对录像视频进行回放和诊断，为完善后续的诊断方案提供视频依据，同时避免一定的医疗风险。</p> <p>四、冷光源技术参数：</p> <p>★1. 主机为高亮度四波长LED光源，由绿光LED、蓝紫光LED、红光LED、蓝光LED组合，形成多光谱复合光源；</p> <p>2. 冷光源的连续使用寿命：≥20000小时；</p> <p>3. 支持白光和两种特殊光照明模式，共有三种照明模式；</p> <p>4. 长寿命静音气泵，最大气泵压力范围应为45KPa~65KPa，气泵的送气流量范围：</p>

		<p>2.0—5.5L/min，送气量等级：四级（OFF、L、M、H）；</p> <p>5. 具有透光模式，方便双镜联合手术的开展。</p> <p>五、专用台车技术参数：</p> <p>1. 配带有隔离电源的内镜专用台车，具有一键开关功能；具有更好的绝缘性、防水性和耐腐蚀性，安全方便可靠；</p> <p>2. 监视器承载臂可360° 旋转调节。</p> <p>六、专业医用显示器技术参数：</p> <p>1. 26英寸高清医用液晶显示器；</p> <p>2. 分辨率≥1920x1080；</p> <p>3. 信号输入：DVI/SDI//CVBS/Video/S-Video。</p> <p>七、电子上消化道内窥镜（放大镜）技术参数：</p> <p>1. 视野角：广角≥140° 、长焦≥90° ；</p> <p>★2. 具备光学图像放大功能；</p> <p>3. 景深：广角3-100mm，长焦：1.5-3mm；</p> <p>4. 钳道孔内径≥2.8mm；头端部外径≤10.8mm；插入部主软管外径≤10.5mm；</p> <p>5. 具备副送水功能，在检查和治疗时保持高清视野，便于早癌筛查和手术治疗的开展；</p> <p>6. 有效工作长度≥1050mm；镜体全长≥1400mm；弯曲角度：上≥210° 下≥90° ，左右≥100° ；</p> <p>7. 镜体操作部具有4个遥控按钮，可按医生操作习惯进行自我设定快捷键。</p> <p>八、电子上消化道内窥镜（治疗镜）技术参数：</p> <p>1. 导光部一键式拔插设计，全密封设计，无需防水帽，可直接浸泡消毒，避免误操作内镜进水损坏的风险；</p> <p>★2. 钳道孔内径≥3.2mm；方便手术时的吸引，方便治疗器械的进入；</p> <p>★3. 插入部外径≤9.9mm；头端部外径≤9.9mm；</p> <p>4. 景深：3—100mm；有效工作长度≥1050mm；弯曲角度：上≥210° ，下≥90° ，左≥100° ，右≥100° ；</p> <p>5. 具备副送水功能，在检查和治疗时保持高清视野，便于早癌筛查和手术治疗的开展；</p> <p>6. 镜体操作部具有4个遥控按钮，可按医生操作习惯进行自我设定快捷键。</p> <p>九、电子下消化道内窥镜技术参数：</p> <p>1. 视野角≥140° ；钳道孔内径≥3.8mm；；弯曲角度：上≥180° ，下≥180° ，左≥160° ，右≥160° ；</p> <p>★2. 头端部外径≤12mm；插入部外径≤12.5mm；</p> <p>3. 有效工作长度≥1350mm； 景深：3—100mm；</p>
--	--	--

4. 具备副送水功能，在检查和治疗时保持高清视野；便于早癌筛查和手术治疗的开展。

十、售后服务：

质保期3年，有备品备件库，并配有专职工程师，有完善的售后服务。

十一、配置清单

序号	产品名	数量	
1	<b>图像处理器</b>	1	
	键盘	1	
	白平衡帽及支架	1	
	信号线支架	1	
	图像处理信号线	1	
	保险丝	1	
	串口线	1	
	电源线	1	
	2	<b>冷光源</b>	1
		保险丝	2
水瓶		1	
电源线		1	
防滑垫圈		1	
3	<b>电子上消化道内窥镜（放大镜）</b>	1	
	一次性活检钳	1	
	测漏器	1	
	灌流管	1	
	管道塞	1	
	清洗刷（可重复使用）	1	
	按钮清洗刷（可重复使用）	1	
	头端帽	1	
	辅助送水管	1	
	辅助送水管（短）	1	
	钳道阀	1	
	注射器	1	
	4	<b>电子上消化道内窥镜（治疗镜）</b>	1
一次性活检钳		1	

			测漏器	1
			灌流管	1
			管道塞	1
			清洗刷（可重复使用）	1
			按钮清洗刷（可重复使用）	1
			头端帽	1
			辅助送水管	1
			辅助送水管（短）	1
			钳道阀	1
			注射器	1
		<b>5</b>	<b>电子下消化道内窥镜</b>	1
			一次性活检钳	1
			测漏器	1
			灌流管	1
			管道塞	1
			清洗刷（可重复使用）	1
			按钮清洗刷（可重复使用）	1
			头端帽	1
			辅助送水管	1
			辅助送水管（短）	1
			钳道阀	1
			注射器	1
		<b>6</b>	<b>26寸液晶监视器</b>	1
			DVI视频线	1
			电源线及适配器	1
		<b>7</b>	<b>台车</b>	1
		<b>8</b>	<b>其他</b>	1
			使用说明书	1
			合格证	1
			装箱清单	1
		<b>9</b>	<b>高清图文工作站</b>	1
		<b>10</b>	<b>内镜送水送气装置（含气泵）</b>	1
		II. 消化内镜技术参数		

- 1、全数字化设计，中文操作界面；
- 2、采用大屏幕液晶显示屏、具有集中显示功能，触模式操作界面；
- 3、能够和所有品牌的软镜通用。
- 4、内镜下最大功率可调范围：0—200瓦
- 5、设备具用多种智能调节技术；
- 6、电切电凝自动交替输出，切割时提供最佳的止血效果。
- 7、根据阻抗的变化自动调整功率输出，达到完美切凝效果。
- 8、四档效果调节，达到精细手术效果，切割宽度、切割时间间隔可根据术者习惯自由调节。
- 9、整机模块化设计，能进行硬件、软件升级，根据需求实现个性化配置；
- 10、具有功率峰值补偿技术（PPS）功能：提供初始切割和切割过程的智能补偿支持；
- 11、有NESSY中性电极安全系统，提供实时的负极板使用信息，能够对病人动态监测；
- 12、功率输出：内镜电切输出功率：200W；电凝最大输出功率：120W；频率：350KHZ；
- 13、电源：电源电压：110V-120V/220V-240V+/-10%；频率：50/60HZ；工作电流：最高8A/4A；待机功率：40W；最大输出时功率：500W/920VA；接地：提供；保险丝：T8A/4A。

### III. 高清电子支气管镜系统

#### 一、设备适用范围：

1、设备适用于消化道疾病的检查和治疗，能诊断、发现消化道疾病的病变，能显示病灶部位、边界和范围，内镜处理器具有拍摄和录制病变影像资料的功能，能保存原始高清影像，能为进一步完善后续筛查和制定诊疗方案提供依据。

#### 三、设备总体配置性能参数：

- 1、设备为全高清内镜达到1080P；
- 2、设备面板按钮为触控按键，且前面板能防止液体泼溅；
- ★3、图像处理器主机具有内置工作站功能，能直接在床旁编辑和打印检查报告。

#### 三、图像处理器参数：

1. 主机视频信号为光纤传输，速度更快，抗干扰更强；
2. 测光模式调节功能：平均测光、峰值测光、全自动测光、测光级别范围 - 9~9级；
3. 具有电子放大功能：1.4、1.6、1.8倍，三档可调；

★4、图像处理器主机具有500G的内置存储容量，具备离线诊断功能，能够保存录制患者病变影像资料，能在病人离开后进一步对录像视频进行回放和诊断，为完善后续

的诊断方案提供视频依据，同时避免一定的医疗风险。

#### 四、冷光源技术参数：

★1. 主机为高亮度双路LED光源，根据光学原理，使设备达到最好的亮度和清晰度，能更好的满足临床诊断和治疗；

2. 冷光源的连续使用寿命： $\geq 20000$ 小时；

3. 支持白光和两种特殊光照明模式，共有三种照明模式；

4. 长寿命静音气泵，最大气泵压力范围应为45KPa~65KPa，气泵的送气流量范围：

2.0—5.5L/min，送气量等级：四级（OFF、L、M、H）；

5. 具有透光模式。

#### 五、专用台车技术参数：

1. 配带有隔离电源的内镜专用台车，具有一键开关功能；具有更好的绝缘性、防水性和耐腐蚀性，安全方便可靠；

2. 监视器承载臂可 $360^\circ$ 旋转调节。

#### 六、专业医用显示器技术参数：

1. 26英寸高清医用液晶显示器；

4. 分辨率 $\geq 1920 \times 1080$ ；

5. 信号输入：DVI/SDI//CVBS/Video/S-Video。

#### 七、电子支气管镜（检查镜）技术参数：

1. 导光部一键式拔插设计，全密封设计，无需防水帽，可直接浸泡消毒，避免误操作内镜进水损坏的风险；

2. 钳道孔内径 $\geq 2.0\text{mm}$ ；插入部外径 $\leq 4.9\text{mm}$ ；头端部外径 $\leq 4.9\text{mm}$ ；

3. 视野角 $\geq 120^\circ$ ；景深：2-100mm；

4. 弯曲角度：向上 $180^\circ$ ；向下 $130^\circ$ ；有效工作长度 $\geq 600\text{mm}$ ；

5. 镜体操作部具有4个遥控按钮，可按医生操作习惯进行自我设定快捷键。

#### 八、电子支气管镜（治疗镜）技术参数：

1. 导光部一键式拔插设计，全密封设计，无需防水帽，可直接浸泡消毒，避免误操作内镜进水损坏的风险；

★2. 钳道孔内径 $\geq 2.8\text{mm}$ ；

3. 插入部外径 $\leq 5.9\text{mm}$ ；头端部外径 $\leq 5.9\text{mm}$ ；

4. 视野角 $\geq 120^\circ$ ；景深：2-100mm；弯曲角度：向上 $180^\circ$ ；向下 $130^\circ$ ；有效工作长度 $\geq 600\text{mm}$ ；

5. 镜体操作部具有4个遥控按钮，可按医生操作习惯进行自我设定快捷键。

#### 九、售后服务：

质保期3年，有备品备件库，并配有专职工程师，有完善的售后服务。

#### 十、配置清单：

序号	产品名	数量
1	<b>图像处理器</b>	1
	键盘	1
	白平衡帽及支架	1
	信号线支架	1
	图像处理信号线	1
	保险丝	1
	串口线	1
	电源线	1
2	<b>冷光源</b>	1
	保险丝	2
	水瓶	1
	电源线	1
	防滑垫圈	1
3	<b>电子支气管镜（检查镜）</b>	1
	镜体通气接头	1
	钳道盖	5
	EB灌流器	2
	按钮清洗刷	2
	清洗刷（细镜用）	2
	EB吸引阀	1
	注射器	1
4	<b>电子支气管镜（治疗镜）</b>	1
	镜体通气接头	1
	钳道盖	5
	EB灌流器	2
	按钮清洗刷	1
	清洗刷（细镜用）	1
	EB吸引阀	1
	注射器	1
5	<b>24寸液晶监视器</b>	1
	DVI视频线	1
	电源线及适配器	1

6	台车	1
7	其他	1
	使用说明书	1
	合格证	1
	装箱清单	1
8	高清图文工作站	1

#### IV内镜一体化清洗中心

##### 1、组合式内置平台池

(1) .使用进口高分子复合材料（PMMA）吸塑而成。

(2) .清洗消毒槽台面采用前高后低防防泛水设计。尺寸 $\geq 709*709\text{mm}$

##### 干燥操作台

##### 2、操作台尺寸 $\geq 1180\text{mm} \times 709\text{mm}$

3、清洗槽柜体/挂架、干燥台柜体/框架：SUS304不锈钢材质；尺寸厚度 $\geq 1.5\text{mm}$  高 $\geq 800\text{mm}$ ，柜门为整体烤漆面板，四周铝封边、铝拉手、分段式倾斜设计。

##### 4、专用折叠式水龙头

(1) .SUS304不锈钢材质；

(2) .取水可360度旋转式设计；

(3) .可承受高酸碱环境的使用；

(4) .有冷、热水接口。

★5、医用高压水枪、医用高压气枪：钛钢材质（供应商在响应文件中必须提供彩页关于钛钢材质的相关证明，须彩页印刷版并加盖公章）。

##### ★6、功能背板

(1) 、功能背板为一次性模具整体成型，PMMA高分子复合材料一次模具成型，其厚度为 $\geq 6\text{mm}$ ，倾斜式操作面板，造型结构可按功能作用分体组合。

(2) 、清洗槽一组背板，干燥台一组背板，台面高度距离地面 $\geq 880 \pm 5\text{mm}$ ，背板高度为 $\geq 650 \pm 5\text{mm}$ ，设备离地高度为 $\geq 1550 \pm 5\text{mm}$ 。（供应商在响应文件中必须提供设备的照片及关于尺寸的相关证明文件并加盖公章）

##### ★7、多功能自动灌流器

(1) 、 $\geq 5.5$ 寸液晶大屏显示，多套计时单位为毫秒级，电压：AC12V；集成式控制，一次性显示所有操作步骤：包含测漏、注液、注气、吸引、计时、消毒液报警、排液、消毒液回流、自身消毒和超声清洗十个功能界面。（供应商在响应文件中必须提供需提供液晶显示屏关于十个功能界面的照片佐证并加盖公章）。

(2) 、屏幕上可查阅设备的使用说明书、清洗步骤及相关注意事项（供应商在响应

		<p>文件中必须提供液晶显示屏关于以上功能的照片佐证并加盖公章)</p> <p>8、内镜清洗中心配置清单:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、组合式内置平台池 5个</li> <li>2、专用方槽盖 2只</li> <li>3、干燥操作台 1套</li> <li>4、清洗槽柜体/挂架 1套</li> <li>5、干燥台柜体/框架 1套</li> <li>6、专用折叠式水龙头 3只</li> <li>7、医用高压水枪 2套</li> <li>8、医用高压气枪 2套</li> <li>9、医用空气压缩机 1台</li> <li>10、一体化供气管道系统 1套</li> <li>11、专用给水管路 1套</li> <li>12、专用排水系统 1套</li> <li>13、气体处理系统 1台</li> <li>14、内镜烘干机 1台</li> <li>15、LED照明光源 7只</li> <li>16、功能背板 1组</li> <li>17、酶液消毒液灌注装置控制器 2台</li> <li>18、流动水气灌注装置控制器 3台</li> <li>19、多功能自动灌流器 5套</li> <li>20、中心电源控制系统 1套</li> <li>21、快接插头 7只</li> <li>22、Y型三通灌流装置 5只</li> <li>23、灌流专用硅胶管 20米</li> <li>24、活动手套盒 1只</li> <li>25、活动纱布盒 1只</li> <li>26、面板控制器 1只</li> <li>27、清洗流程牌 2只</li> </ol> <p>九、内镜储存柜1台</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、柜内的空气循环封闭消毒;</li> <li>2、材质为冷轧钢板喷塑而成,单门可悬挂4-6条</li> <li>3、紫外线为隐藏式消毒;</li> <li>4、内设循环风干燥,可对柜体进行除湿干燥;</li> <li>★5、≥5.5寸液晶大屏显示,实时显示时间及日期,实时控制柜体内温度及湿度,并</li> </ol>
--	--	---

		<p>可快速升温控制柜体内的湿度。屏幕上可设有密码功能，屏幕上可查阅设备的使用说明书及相关注意事项（供应商在响应文件中必须提供液晶显示屏温湿度控制、密码功能、查阅说明书及注意事项的照片佐证并加盖公章）。</p> <p>十、内镜纯水机1台</p> <p>1、内镜室纯水系统符合GB30689-2014对《内镜自动清洗消毒机卫生要求》用水标准。</p> <p>2、系统内置消毒系统，全程的水消毒体系确保了消毒质量，确保水质菌落数<math>\leq 10</math>，符合内镜最新清洗消毒规范。</p> <p>3、产水量<math>\geq 300L/H</math>（25℃）</p> <p>4、反渗透技术；</p> <p>5、反渗主机具备自动清洗保养功能；</p> <p>6、主机具有停水、无水安全保护系统；</p> <p>★7、<math>\geq 7</math>寸液晶触摸控制，在线检测水质电导、流量及压力等，屏幕上可设有密码功能，屏幕上可查阅设备的使用说明书及相关注意事项。（供应商在响应文件中必须提供液晶显示屏密码功能、查阅说明书及注意事项的照片佐证并加盖公章）；</p>
<h3>商务及其他要求</h3>		
<p>产品要求</p>	<p>1、产品设备质量符合国家标准或制造厂家质量标准，产品必须为全新的原装正品产品，质量合格。</p> <p>2、医疗器械产品，投标时必须提供国家强制规定的医疗器械资质证件（如产品注册证、生产许可证、备案证或者产品登记证等）</p> <p>3、本参数表中带“★”的技术参数及要求必须满足，否则投标无效；其它技术参数及要求有3项以上（含3项）不满足的，投标无效。</p>	
<p>售后服务要求</p>	<p>售后服务：产品实行“三包”，供应商提供免费质保服务期不少于1年。</p> <p>1、中标供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：</p> <p>1.1 提供24小时服务热线电话咨询，及时解答采购人在使用中遇到的问题，为采购人提出解决问题的建议。仪器故障要求12小时内响应，24小时提供解决方案。</p> <p>1.2 技术升级：在质保期内，如果中标供应商的产品或服务升级，中标供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标供应商应对采购人购买的产品或服务进行升级。</p> <p>1.3 质量保证期内供应商为采购人所提供的所有技术支持和服务费用以及上门维修、更换零部件费用均包含在响应报价中，采购人不再另行支付服务费用。</p> <p>2、供应商应免费提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟</p>	

	<p>练掌握全部功能，培训的相关费用包括在响应报价中，采购人不再另行支付。</p> <p>3、交货期：合同生效后 30 日内交货并完成安装调试，验收合格，交付使用。</p> <p>4、交货地点：河池市内采购人指定地点。</p> <p>5、投标人（制造商或销售商）需在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。</p> <p>6、为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期。</p>
产品验收	<p>1、中标供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标供应商负责调换、补齐或赔偿。</p> <p>2、中标供应商应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场免费安装调试。如果提供的投标产品属进口原装产品的，在交货时，必须附有该台设备进口的相关证件（海关报送单、检验检疫、注册证等），机身号码与进口的证件必须相符，并提供中文版操作手册。验收合格条件如下：</p> <p>2.1. 货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。</p> <p>2.2. 技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。</p> <p>2.3. 在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。</p> <p>2.4. 在规定时间内完成全部货物的安装调试，并经采购人确认。</p> <p>3、产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。</p> <p>4、中标供应商提供的货物或服务未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。</p> <p>5、采购人需要制造商对中标供应商交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标供应商与制造商协调。</p> <p>6、大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请具有相关资质的检测机构参加验收工作。</p> <p>7、其他验收要求未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采（2015）22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库（2016）205号]规定执行。</p>
其他要求	<p>1、付款条件：详见合同条款</p> <p>2、知识产权：采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。供应商在响应文件中提供承诺或证明材料。</p>

附件：

## 政府采购项目合同验收书（格式）

根据采购项目（采购合同编号：      ）的约定，我单位对（      项目名称）采购项目中标（或成交）供应商（      公司名称）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

验收方式：		<input type="checkbox"/> 自行验收 <input type="checkbox"/> 委托验收		
序号	名称	货物型号规格、标准及配置等 (或服务内容、标准)	数量	金额
合计				
合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元				
实际供货日期		合同交货验收日期		
验收具体内容	（应按采购合同、招标文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者中标供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件）			
验收小组意见	验收结论性意见：			
	有异议的意见和说明理由：			
	签字：			
验收小组成员签字：				
监督人员或其他相关人员签字：				
或受邀机构的意见（盖章）：				
中标或者中标供应商负责人签字或盖章：		采购人或受托机构的意见（盖章）：		
联系电话： 年 月 日		联系电话： 年 月 日		

## 第三章 投标人须知

### 投标人须知前附表

条款号	编列内容
1	项目名称：凤山县人民医院全高清电子镜系统采购项目 项目编号：HCZC2022-G1-230118-GXXP
2	投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；
3	<b>1. 投标人资格要求：</b> 详见招标公告。 2. 说明：同一供应商可同时参加多个分标的竞标，但同一供应商只能中标一个分标。本项目按分标号字母顺序评标，被推荐为前一个分标的第一成交候选人不得再参加后一个分标的评审。
4	<b>答疑与澄清：</b> 投标人发现招标文件有误或有不合理要求的，必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人、采购代理机构澄清。提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。招标代理机构将在与招标公告相同的媒体上以公告形式予以答复的方式告知所有招标文件的收受人，答疑内容是招标文件的组成部份；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在与招标公告相同的媒体上发布变更公告通知所有招标文件的收受人。因投标人未及时关注相关信息发布媒体上的公告，造成的损失由投标人自行负责。
5	投标有效期：自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。
6	投标保证金：无。根据河财采【2021】18号文，本项目不收取投标保证金
7	<b>投标文件递交和解密</b> 1. 电子投标文件递交：通过网络上传至政采云平台。本项目不接受供应商在开标会现场线下提交的任何形式的投标文件。 2. 供应商可在生成“电子加密投标文件”的同时准备一份电子备份投标文件。供应商投标时需使用制作投标文件的 CA 数字证书进行在线解密。通过“政府采购云平台”上传的“电子加密投标文件”无法在投标文件提交截止时间后三十分钟内按时解密的，经报同级监管部门备案后可通过“异常处理”方式启用电子备份投标文件，否则视为投标文件撤回。通过政采云平台上传的电子加密投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。供应商仅递交电子备份投标文件的，竞标无效。本项目不接受供应商现场通过非网络传输的其它存储介质提交的电子备份投标文件。

	注：▲本项目为全程电子化项目，供应商需提交电子投标文件，电子投标文件必须用数字证书 CA 锁加密后在投标文件提交截止时间前，通过网络上传至政采云平台。未通过“政采云平台”上传递交“电子加密投标文件”的，投标无效。
8	投标截止时间及地点：详见招标公告 开标时间及地点：详见招标公告
9	采购人或采购代理机构在对投标人资格审查时进行信用查询，查询结果与投标文件不一致时，以采购人或采购代理机构查询结果为准。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等。 查询起止时间：本项目投标截止时间前3年内。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 <b>信用信息使用规则：</b> 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。
10	评标方法：综合评分法。
11	签订合同时间：中标通知书发出后15日内。
12	本项目采购预算（最高采购限价）：人民币叁佰贰拾捌万元整（¥3280000.00）， <b>超过最高限价的报价为无效报价。</b>
13	中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后2个工作日内发布中标公告及中标通知书，中标公告发布于政府采购规定的媒体。
14	招标代理服务费用缴纳专用账户： 开户行：建行河池名都支行 户名：广西鑫磐工程项目管理有限责任公司河池分公司 账号：45001690904050701023
15	履约保证金：在签订合同前必须按中标金额的 <u>无</u> 提交履约保证金，否则不予以签订合同。履约保证金在合同履行完毕，经验收合格后5个工作日内无息退还。 供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保险、保函等非现金形式提交履约保证金。
16	解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位

# 一、总 则

## （一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1. “招标单位”系指组织本次招标的招标人及招标代理机构。
2. “投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。
3. “产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。
4. “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
5. “项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。
6. “书面形式”包括信函、传真、网络媒体等。
7. “▲”或“★”系指实质性要求条款。

## （三）招标方式

公开招标方式。

## （四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式后附）。

## （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与本次投标有关的全部费用。

## （六）本项目不接受联合体投标

## （七）转包与分包

1. 本项目不允许转包。
2. 本项目不可以分包。

## ▲（八）特别说明：

1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则投标文件将被视为无效。
2. 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
3. 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

4. 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

5. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处。

7. 报名截止时间前报名登记的供应商不足三家的，采购代理机构将可以按规定延迟截标和开标时间，并在与招标公告相同的采购信息发布媒体上发布变更公告。

8. 有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效。

8.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

8.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

8.3 不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

8.4 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

8.5 不同投标人的投标文件相互混装；

8.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9. 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

9.1 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

9.2 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

9.3 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

9.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

9.5 供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

9.6 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

9.7 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

10. 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

10.1 参加采购活动前 3 年内与投标人存在劳动关系；

10.2 参加采购活动前 3 年内担任投标人的董事、监事；

10.3 参加采购活动前 3 年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

10.4 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

10.5 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员

应当回避。

#### （九）质疑和投诉

1. 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。投标人对招标单位的质疑答复不满意或者招标单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监管部门投诉。具体计算时间如下：

- （1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；
- （2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- （3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2. 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。

## 二、招标文件

#### （一）招标文件的构成

1. 招标公告；
2. 招标需求；
3. 投标人须知；
4. 评标办法及标准；
5. 合同主要条款；
6. 投标文件格式。

#### （二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

#### （三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的或认为本招标文件中存在有倾向性、排他性的内容或条款的，投标人必须在前附表规定时间前的正常工作时间以传真或函件等书面形式（如有，请附上相关证明材料）通知招标代理机构。否则，由此产生的后果由投标人负责。

2. 招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在采购信息发布媒体上以发布公告的形式通知所有报名的潜在投标人。

3. 招标代理机构将以公告形式答复投标人要求澄清的问题（不包含问题的来源），除此以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。为确保项目的如期完成，招标代理机构将可能对投标人在公告有效期结束之日起七个工作日之后提出的澄清问题不予答复。

4. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、

修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

5. 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本招标代理机构以法定形式发布，招标人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

6. 招标人可以视招标具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间在招标公告发布的媒体上发布变更公告，以公告形式通知所有购买招标文件的投标人。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7. 投标人在每一次收到澄清答复或补充通知后应及时以书面形式通知招标代理机构，确认已收到该澄清答复或补充通知。否则，由此造成的一切后果由投标人承担。

8. 当招标文件与招标文件的澄清或者修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

### 三、投标文件的编制

**（一）投标文件的组成**（以下要求“必须提供”的，请按要求在投标文件中提供，否则作投标无效处理；其他如有请提供）

投标文件由资格文件、商务及技术文件、投标报价文件三部份组成

（1）投标人有效的“营业执照”副本（投标人为事业单位的不需要提供“营业执照”，但需提供“事业单位法人证书”）复印件，同时要加盖单位公章；**（必须提供）**

（2）投标人具备行业主管部门颁发的有效医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证**（必须提供）**；

（3）法定代表人(负责人)身份证明书原件（格式见附件）、法定代表人有效身份证正反面复印件**（必须提供）**；

（4）法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件（格式见第六章）**（委托时必须提供）**；

（5）投标人依法缴纳税收的相关材料**（截标前半年内任意 1 个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。新成立单位不足 1 个月的按照实际提供。格式自拟，必须提供）**；

（6）投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[截标前半年内任意 1 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳（或缓缴）社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳（或缓缴）社会保障资金。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；**（必须提供）**

（7）投标人财务状况报告（2021 年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年），或者截标时间前半年内至少一个月能反映财务状况的报表或者投标人自拟的截标时间前半年内至少一个月的财务情况说明。**（必须提供）**

(8) 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；（**必须提供**）  
[投标人按投标人须知及前附表的要求在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询相关供应商主体信用记录，同时须将查询结果截图加盖单位公章与上述书面声明一并提交，采购人或采购代理机构在资格审查时予以核查]；

(9) 招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

(10) 国家强制规定的产品生产、销售许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件等；（**如有规定, 则必须提供**）

(11) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。（**如有规定, 则必须提供**）

## 2. 商务和技术文件

### 2.1 商务文件

(1) 投标声明书（格式后附）；（**必须提供**）

(2) 商务响应表（格式后附）；（**必须提供**）

(3) 售后服务承诺（如承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠等，但投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务。格式自拟）；（**必须提供**）

(4) 类似案例成功的业绩；

(5) 投标人认为有必要提供的其他材料；

### 2.2 技术文件

(1) 产品配置清单（均不含报价）；

(2) 技术响应表（**必须提供**）；

(3) 项目实施方案（格式自拟）（内容可包括如对项目的理解、项目前期准备、项目实施计划、项目实施人员安排、技术服务、技术培训的内容和措施等）

(4) 投标人认为需要说明的其他技术文件和说明。

## 3. 报价文件：

(1) 投标函（**必须提供**，格式后附）；

(2) 投标报价表（**必须提供**，格式后附）；

(3) 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

(4) 开标一览表（**必须提供**，格式后附）。

### ▲特别说明：

(1) 以上电子投标文件所要求提供的复印件均须加盖投标人公章，否则不予认可。

(2) 电子投标文件中须加盖公章部分均应采用投标人 CA 电子签章，否则视为投标无效。

(3) 公开招标文件要求由法定代表人（负责人、自然人）或委托代理人签字的材料，必须由本人亲笔签字，无亲笔签字的视为投标无效。

## （二）投标文件的语言及计量

1. 投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未实质性响应招标文件。

### （三）投标报价

1. 投标人应在开标一览表和投标报价明细表上标明投标总价和单价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果因投标人原因引起的报价失误，其后果由投标人自负。

2. 投标报价是履行合同的最终价格，包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3. 投标人可就招标文件《招标项目需求》中某个分标（如有）内容作完整唯一报价，也可就《招标项目需求》中所有分标内容分别作完整唯一报价。投标文件每个分标只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。如果投标人所填报的内容与招标文件相比较有存在漏项的状况且在评标时被接受，则将被认为该遗漏项目已包含在投标价中，中标人在提供设备时应严格按招标文件要求的内容完整提供，不得要求招标人对其漏报的内容追加支付货款。

4. 投标应以人民币报价。

### （四）投标文件的有效期

1. 自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2. 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3. 投标人可拒绝接受延长投标有效期的要求而不会导致投标保证金（如有）被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4. 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

### （五）投标保证金：根据河财采【2021】18号文，本项目不收取投标保证金。

### （六）电子投标文件的编制、加密要求

1. 投标人应按本招标文件规定的格式、顺序和政采云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”的有关要求编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评审项可直接定位到该评审项内容；如电子投标文件因内容不完整、投标人未设置或设置关联点错误导致电子投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容，导致评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审，所引起的后果由投标人自行承担。

2. 公开招标文件中规定须由投标人在规定处盖章的，投标人应加盖 CA 电子签章。

3. 公开招标文件中规定须由法定代表人（负责人、自然人）或授权委托代理人签字的，若政采云电子投标客户端的 CA 证书无法实现法定代表人（负责人、自然人）或授权委托代理人线上亲笔签字，**投标人应在线下完成亲笔签字后以 PDF 格式上传。**

4. 电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人 CA 电子签章或者法定代表人（负责人、自然人）或授权委托代理人签字。电子投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

5. 电子投标文件所提供的相关材料的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。
6. 电子投标文件内容无法阅读、识别和判断的，视为未提供。
7. 电子投标文件的容量大小须符合政采云电子投标客户端规定。

8. 电子投标文件的加密要求：电子投标文件应按政采云电子投标客户端软件有关规定加密，否则政采云平台将拒收，由此造成的风险由投标人承担。

### **（七）投标文件的签署**

1. 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并尽量标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标文件须由投标人在规定位置盖公章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

3. 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章及法定代表人（或授权委托人）签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

### **（八）电子投标文件的提交、修改、撤回和解密**

1. 本项目实行“网上投标、电子评标”，投标人应于提交投标文件截止时间前在政采云平台上提交已经加密的电子投标文件。

2. 未按规定上传的电子投标文件将被政采云平台拒收，由此造成电子投标文件解密失败或被误投的风险由投标人自行承担。

3. 投标人在提交截止时间前完成电子投标文件提交的，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改、加密后重新传输提交。提交截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。提交截止时间后上传的文件，将被政采云平台拒收。

4. 电子投标文件成功提交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

5. 截标后，政采云电子交易平台自动提取所有投标人的电子投标文件，采购代理机构向各投标人发出解密通知，投标人须在采购代理机构开启解密投标文件后规定时间内对上传政采云平台的投标文件进行解密。

6. 非政采云技术原因或非采购代理机构操作原因造成的投标人超过解密时限未完成解密的，或投标文件无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。

### **（九）投标无效的情形**

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。限定时间内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1. 在资格、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- (1) 超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；
- (2) 资格证明文件不全的，或者不具备招标文件中规定的资格要求的；

- (3) 投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字,或未提供法定代表人身份证、法定代表人授权委托书、投标声明书的;
  - (4) 投标代表人未能出具有效身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的;
  - (5) 项目填写不齐全或者内容虚假的;
  - (6) 投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的(经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外)
  - (7) 投标有效期、交货时间、质保期、售后服务等商务条款不能满足招标文件要求的;
  - (8) 未实质性响应招标文件要求或者投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;
  - (9) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;
  - (10) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
2. 在技术评审时,如发现下列情形之一的,投标文件将被视为无效:
- (1) 未提供或未如实提供投标货物的技术参数,或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的;
  - (2) 明显不符合招标文件要求的技术规格、安全、质量标准;
  - (3) 允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达“投标人须知前附表”规定项(含)数以上的
  - (4) 投标技术方案不明确,存在一个或一个以上备选(替代)投标方案的;
  - (5) 与其他参加本次投标供应商的投标文件(技术文件)的文字表述内容差错相同二处以上的;
3. 在报价评审时,如发现下列情形之一的,投标文件将被视为无效:
- (1) 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的;
  - (2) 报价超出招标文件规定最高限价,或者超出采购预算金额的;
  - (3) 具有选择性投标报价的;
  - (4) 投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一报价的,或有漏项报价的或有选择的或有条件的报价的。

## 四、开 标

### (一) 开标准备:

采购代理机构按公开招标文件规定的时间、地点通过“政采平台”组织开标、开启解密电子投标文件,所有投标人均应当准时在线出席开标会。投标人因未在线参加开标而导致电子投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

### (二) 开标程序:

1. 开标会由采购代理机构主持;
2. 截标后,政采云电子交易平台自动提取所有投标人的电子投标文件,采购代理机构向各投标人发出解密通知,投标人须在采购代理机构开启解密标书后规定时间内对上传政采云平台的投标文件进行解密。非政采云技术原因或非采购代理机构操作原因造成的投标人超过解密时限未完成解密的,或投标文

件无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。

3. 电子投标文件解密结束，开启报价要求文件。投标人在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标人拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4. 公开报价；

5. 报价确认：采购代理机构开启签字时段，投标人应及时通过CA证书对报价记录表进行确认。未在规定时间内确认的，视同认可开标结果；

6. 开标会结束。

### （三）特别说明

1. 政采云平台如对电子化开评标程序有调整的，按调整后的程序操作。

2. 评审在严格保密的情况下进行，任何一方不得透露与评审有关的其他投标人的技术资料、价格和其他信息。

3. 电子评审过程中需要投标人在线确认的所有内容，投标人不予确认的应说明理由，超过规定时间未确认的，将被视为放弃确认或者无异议。

4. 可终止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致政采云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可终止电子交易活动：

(1) 政采云平台发生故障而无法登录访问的；

(2) 政采云平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

(3) 政采云平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

(4) 病毒影响导致不能进行正常操作的；

(5) 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

5. 出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 五、资格审查

1. 开标结束后，采购人、采购代理机构根据相关法律法规，依法对投标人的资格进行审查。

2. 资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求条件的投标人均通过资格审查。

3. 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过：

(1) 不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商的。

(2) 参加同一合同项下的政府采购活动的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

(3) 在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))等渠道

被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

(4) 不按照招标文件要求提供合格的资格证明材料的。

(5) 违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

4. 资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

## 六、评 标

### (一) 组建评标委员会

本项目评标委员会由依法组成的评审专家、招标单位代表共五人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

### (二) 评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

### (三) 评标程序

#### 1. 形式审查

招标人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的投标文件的完整性、合法性等进行审查。在评标期间，出现符合专业条件的、资格审查或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家时，应予废标，并依法重新招标。

#### 2. 实质审查与比较

(1) 评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

(2) 评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终书面进行答复。

投标人代表未在线出席或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

(3) 各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数（四舍五入，保留小数点后两位数），由指定专人进行计算复核。

(4) 评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

(5) 评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

### (四) 澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由授权代理人签字或投标人盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### (五) 错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1. 开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；
2. 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

#### （六）评标原则和评标办法

1. 评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2. 评标办法。本项目评标办法是 综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

3. 在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

#### （七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

### 七、评标结果

（一）招标代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交招标人确认，招标人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。招标人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，招标代理机构在政府采购规定的媒体上发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，招标代理机构向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）招标代理机构应当按照有关规定就招标人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）招标代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

### 八、合同

#### （一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

#### （二）履约保证金

（1）中标人须于签订合同前按投标人须知前附表规定的金额及递交方式将履约保证金（如有）直接缴入采购代理机构指定账户。

（2）签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

（3）中标人按合同约定交货验收合格后，提交政府采购项目合同验收报告（格式见附件1），填写履约保证金退付意见书（如有）并经采购人确认后，履约保证金以银行转账方式按履约保证金退付意见书上双方明确的金额退还（不计利息）。履约保证金也可以转为项目质保金。

(4) 在履约保证金退还日期前, 若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的, 请以书面形式通知采购代理机构, 否则由此产生的后果由中标人自负。

### (三) 签订合同

(1) 投标人接到中标通知书后15日内, 应按中标通知书规定的时间、地点与招标人签订合同。

(2) 如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同, 则按中标供应商违约处理, 招标代理机构将没收中标供应商投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

(3) 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行招标合同的, 招标人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选人签订招标合同, 以此类推。也可以重新招标。中标供应商放弃中标项目, 拒绝与采购人签订合同的, 其投标保证金将不予退还, 并上缴国库, 给采购人造成损失的, 还应当赔偿损失, 并作为不良行为记录在案。

### (四) 政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内, 将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告, 但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 九、其他事项

1. 中标服务费由中标人支付, 在签订合同前, 中标人应向招标代理机构一次付清中标服务费。本项目招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准收取。由中标人向招标代理机构支付。

代理服务收费标准:

费率 中标金额	货物招标	服务招标	工程招标
100万元以下	1.5%	1.5%	1.0%
100~500万元	1.1%	0.8%	0.7%
500~1000万元	0.8%	0.45%	0.55%
1000~5000万元	0.5%	0.25%	0.35%
5000万元~1亿元	0.25%	0.1%	0.2%
1~5亿元	0.05%	0.05%	0.05%
5~10亿元	0.035%	0.035%	0.035%
10~50亿元	0.008%	0.008%	0.008%

注: 招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

招标代理服务费缴纳专用账户:

开户行: 中国建设银行股份有限公司河池名都支行

户名: 广西鑫馨工程项目管理有限责任公司河池分公司

账号: 45001690904050701023

# 第四章 评标办法及评分标准

## 评标办法及评分标准

### 一、评标原则

(一) 评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购单位代表共五人单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二) 评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标文件按百分制打分。

(三) 评标方式：以封闭方式进行。

### 二、评定方法

(一) 对进入详评的，采用百分制综合评分法。

(二) 计分办法(按四舍五入取至百分位)

#### 1、价格分.....30分

(1) 按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）和桂财采〔2022〕31号文的规定，投标产品为中、小企业提供，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标产品全部为中小企业生产且使用该中小企业商号或注册商标，对其投标价格给予20%的扣除；并随中标结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。投标人提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合印发了《关于印发中小企业划型标准规定的通知》本项目对应的中小企业划分标准所属行业为工业类。

(2) 按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

(3) 按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，否则不予价格扣除；并随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

(4) 政策性扣除计算方法。投标人被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所投标全部产品为小型和微型企业产品(服务)的，该投标人的投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即

评标报价=投标报价×(1-20%)；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×(1-6%)。

(5) 评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。未享受优惠政策的投标人的投标报价即为评标价。

(6) 以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。

计算公式：

$$\text{某投标人价格分} = \frac{\text{投标人有效最低评标价 (金额)}}{\text{某投标人投标报价 (金额)}} \times 30 \text{分}$$

注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在在线评标现场合理的时间内提供书面说明，书面说明必须加盖单位公章或者由授权代表人签字，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 2、技术分.....40分

(1) 产品技术性能参数及配置要求全部满足招标文件要求，无负偏离的得满分30分。由评标委员会在根据各投标人提供的产品性能参数描述、偏离情况说明等有关产品说明进行打分，非主要参数及要求每有1项被评标委员会判定为不满足要求（或负偏离）的扣15分。

(2) 性能参数分（满分10分）

由评标委员会在根据各投标人提供的产品性能参数描述、偏离情况说明等有关产品说明进行打分，其中性能参数优于招标文件要求（或者正偏离）并被评标委员会接受的，每有1项加2.5分，满分10分。

注：(1) 投标人技术参数及功能有正偏离的，须在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家的技术参数说明或投标产品生产厂家的彩页证明作为佐证，否则评标委员会不予评定为正偏离。

(2) 如技术偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

(3) 《货物需求一览表》带“★”的作为主要参数及功能要求，投标产品必须满足，否则投标无效；投标产品其它不带“★”的作为非主要参数及要求，有超过3项（含3项）不满足（或负偏离）的，投标无效。

## 3、项目实施方案分.....15分

未提供方案项目实施方案不可行，脱离项目实际的，得0分。

一档（3分）：项目实施方案简单；对本项目系统总体要求的理解肤浅，保证项目实施的技术力量和人力资源安排基本满足要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施一般的。

二档（6分）：项目实施方案较详细，对本项目系统总体要求的理解一般，方案对项目需求有分析，有针对本项目配备的实施团队，组织措施及安排基本合理、基本能达到采购人的目的。

**三档（9分）：**项目实施方案详细，对本项目系统总体要求的理解到位；方案对项目需求的分析较好、能提供设备安装调试方案；保证项目实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求，有项目进度计划、保证措施，表述基本清晰、完整，措施具体有效。

**四档（12分）：**项目实施方案详实，对本项目系统总体要求的理解较好，方案对项目需求的分析深刻，能清楚的表明对本项目的了解程度；保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，技术服务、技术培训的服务内容和措施完善，建议的安装、调试、验收方法或方案同比更完善有效、切实可行，表述较清晰、完整、合理、措施先进。

**五档（15分）：**项目实施方案清晰、完善、详尽，对本项目系统总体要求的理解深刻，方案对项目需求的分析透彻，能充分表明对本项目的了解程度，且方案重点内容突出。针对本项目配备优秀的、经验丰富的实施团队；有细化的项目进度计划，技术服务、技术培训的服务内容和措施科学合理、可行性高；项目组织安排合理详细，建议的安装、调试、验收方法或方案同比更完善有效、更优化；方案可行性强，能很好的实现采购人的预期效果。

#### **4、售后服务分.....9分**

一档（3分）：售后服务方案或服务承诺等一般，基本满足招标文件要求。没有完全针对项目内容及售后服务要求具体表述或表述不清晰、内容不全面；依据其具体的承诺到达故障现场时间、故障解决方案、定期维护（注明时间）承诺，应急保障措施等差异，在档次内打分，每有一项内容相对不足扣减1分。

二档（3.1~6分）：售后服务方案或服务承诺完全满足招标文件要求，方案表述基本清晰、具体。依据其承诺的到达故障现场时间、故障解决方案、应急保障措施、定期维护（注明时间）、保修期外备品备件、专用耗材等方面的优惠等差异，有优于招标文件要求并对采购人有实质性的帮助，在档次内每有一项承诺内容优于招标文件要求的加1分。

三档（6.1~9分）：售后服务方案或服务承诺等优秀，优于招标文件要求。方案表述基本清晰、具体，质量保障等方案、措施到位。依据其承诺的到达故障现场时间、故障解决方案、应急保障措施、定期维护（注明时间）、保修期外备品备件、专用耗材等方面的优惠等方面有优于二档，且优于招标文件要求并对采购人有实质性的帮助，在档次内每有一项承诺内容优于招标文件要求的加1分。遇到无法及时解决的故障，承诺免费提供同型号备用机的加1分，承诺的质保期超过招标文件要求半年及以上的加1分。

#### **5、履约能力分.....4分**

投标供应商有已完成的同类产品的销售业绩（提供中标或者成交通知书、合同复印件，要求至少含有本项目某个相同类型的投标产品，同时提供采购人联系电话以便核对），每提供一个业绩得2分，满分4分。材料不全或证明材料不按要求提供的不得分。

#### **6、政策功能分.....2分**

（1）投标人提供的产品列入财政部、生态环境部制定和公布《环境标志产品政府采购品目清单》（以处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件计分），每有一项得1分，满分1分；

（2）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（政府强制采购节能产品除外）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注投标产品在清单所属的品目），并加盖公章]，每有一项得1分，满分1分。

(三)总得分=1+2+3+4+5+6。

### **三、评审要求**

评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

### **四、中标候选人推荐原则**

评标委员会将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按产品技术指标优劣顺序排列，所有指标相同时由评标委员会集体讨论确定排序，如意见不一致时，以记名方式投票确定）并推荐中标候选供应商；评标委员会可推荐前三名为中标候选供应商，得分最高者为第一中标候选人。招标采购单位应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。其余依此类推。中标候选人放弃中标的，招标单位也可以选择重新招标确定中标供应商。

# 第五章 合同主要条款格式

## 广西壮族自治区政府采购合同 (试行) 文本

合同编号: \_\_\_\_\_

采购单位(甲方): \_\_\_\_\_

供应商(乙方): \_\_\_\_\_

采购计划号: \_\_\_\_\_

项目名称和编号: \_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定,按照招投标文件(招标文件)规定条款和中标(成交)供应商承诺,甲乙双方签订本合同。

### 第一条 合同标的

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
1								
2								
3								
人民币合计金额(大写)						(小写)		

#### 1、供货一览表

2、合同合计金额包括货物价款,备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的,从其规定。

### 第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品,且在正常安装、使用和保养条件下,其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

### 第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意,乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供,也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。



## **第十一条、质量保证及售后服务**

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 24 小时内到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为   年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

## **第十二条、调试和验收**

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

## **第十三条、货物包装、发运及运输**

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

## **第十四条 违约责任**

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付合同总金额的3%违约金，但违约金累计不得超过合同总金额的5%，超过10天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付合同总金额的3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过合同总金额的5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

#### **第十五条、不可抗力事件处理**

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

#### **第十六条 合同争议解决**

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

#### **第十七条、诉讼**

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

#### **第十八条、合同生效及其它**

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议报主管部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

### 第十九条、合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

### 第二十条、签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3、投标承诺书；

4、中标或成交通知书。

**第二十一条** 本合同一式\_\_\_\_份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各\_\_\_\_份（可根据需要另增加）。

自签订之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本在规定媒体公示并报同级财政部门备案。

甲方名称及公章：	凤山县人民医院	乙方名称及公章：	
法定代表人：		法定代表人：	
委托代理人：		委托代理人：	
地址：	凤山县凤阳路	地址：	
联系电话：	0778-6816485	联系电话：	
		开户银行：	
		银行帐号：	
合同签订时间：			
合同签订地点：凤山县人民医院			

1、供应商营业执照和资质证书复印件	
2、售后服务承诺书	
3、报价明细表	
4、技术响应偏离表：	
5、商务响应表	
6、中标通知书	
7、其他具体事项	
甲方（章）       年 月 日	乙方（章）       年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

合同附件：《凤山县人民医院购销廉洁公约》

## 凤山县人民医院购销廉洁公约

甲方（医疗机构）：凤山县人民医院

乙方（供应商）：

为贯彻落实国家卫生计生委、国家中医药管理局关于印发《加强医疗卫生行风建设“九不准”》及《关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》的通知精神，根据《凤山县人民医院建立健全防控医药购销领域商业贿赂长效机制的工作方案》要求，为进一步规范医药购销行为，维护正常的医疗秩序和医药产品经营秩序，经双方协商，协议如下：

一、甲乙双方必须自觉遵守国家和地方的有关法律法规，严格执行上级关于纠正医药购销和医疗服务中不正之风和治理商业贿赂的有关文件规定，严格执行药品、重症医学科医疗设备、医用耗材、医用试剂、信息系统及软件、后勤物资、基建工程招标采购管理制度。

二、甲乙双方应共同遵守商业道德，严格履行购销合同，不利用非法手段谋取不正当利益，公平公正地处理往来业务。

三、甲方须履行的责任：

（一）不得以任何方式向乙方索取回扣，或者索要、收受乙方产品发票价外的赞助，不得要求乙方代支任何费用开支。

（二）医护人员不得替乙方代表非法统计销售药品、医用耗材、医用试剂的使用数量，甲方对出现数量异常变动的药品、医用耗材、医用试剂，查实后将停止采购。

（三）医护人员及行政后勤人员不得利用工作便利以暗示或其他任何形式向乙方索要回扣、提成、有价证券、现金、购物卡等。

如违反以上条款，情节较轻的，按医院医德医风等相关规定进行处理；情节较重构成违纪的，由纪检监察部门处理；情节严重涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。

四、乙方须履行的责任：

（一）乙方必须自觉遵守甲方有关药品、重症医学科医疗设备、医用耗材、医用试剂、信息系统及软件、后勤物资、基建工程的各项管理规定，按程序和流程办理相关业务。

（二）不得派代表到甲方，以科研费、开发费、宣传费、推销费等名义推销药品、重症医学科医疗设备、医用耗材、医用试剂、信息系统及软件、后勤物资等产品。

（三）不得以提成和赠送现金、有价证券、信用卡、购物卡，提供宴请、娱乐，资助国内或境外学术活动等手段影响甲方医生使用医药产品的选择权。

（四）不得派代表到甲方临床医技科室进行新药申请、开方提成促销，或以不正当交易手段诱导临床医生使

用乙方所供的药品、重症医学科医疗设备、医用耗材、医用试剂等。

(五) 不得向医院领导、行政职能科室、临床医技负责人和其他医护人员及行政后勤人员发放回扣和赠送现金、有价证券、信用卡、购物卡，提供宴请、娱乐等属于商业贿赂的不正当行为，

(六) 严格执行合同条款，不以次充好，不降低产品质量，做到诚信经营。

五、乙方如违反第四条“乙方须履行的责任”所列条款，一经发现，甲方有权终止购销合同，并将乙方列入不良行为记录，计入黑名单；同时禁止乙方在甲方进行经销活动2年以上。对甲方造成经济损失的乙方须承担赔偿责任，涉嫌违法的，移交司法机关处理。

六、如甲方工作人员暗示或索要回扣等不正当要求，乙方应予拒绝，并有责任如实向甲方纪检监察部门反映情况。

七、本公约一式\_\_份，甲乙双方各执一份，本公约作为购销合同的附件，随购销合同签订之日起生效。

甲方（盖章）： 凤山县人民医院

乙方（盖章）：

法人签章：

法人签章：

代理人（签字）：

代理人（签字）：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 第六章 投标文件格式

# 投标文件格式

(以下只列明有统一格式要求的内容，格式自拟的部分按投标人须知要求编写)

## 一、资格部分格式

资格部分封面格式：

# 投标文件（资格部分）

项目名称：

招标编号：

分标号：

投标人名称：（盖章）

法定代表人或委托代理人签字：

年 月 日

## 资格文件目录

(投标人根据招标文件要求自行编制)

法定代表人身份证明书格式：

## 法定代表人身份证明书

投 标 人： \_\_\_\_\_

单位性质： \_\_\_\_\_

地 址： \_\_\_\_\_

成立时间： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限： \_\_\_\_\_

姓 名： \_\_\_\_\_性 别： \_\_\_\_\_

年 龄： \_\_\_\_\_职 务： \_\_\_\_\_

身份证号码： \_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件： 法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人： \_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

法定代表人(负责人)授权委托书格式:

## 法定代表人(负责人)授权委托书

致: XX 招标公司

我\_\_\_\_\_ (姓名) 系\_\_\_\_\_ (投标人名称) 的法定代表人(负责人), 现授权委托本单位在职职工(姓名) 以我方的名义参加\_\_\_\_\_ 项目的投标活动, 并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前, 本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权, 特此委托。

被授权人签名: \_\_\_\_\_ 法定代表人(负责人)签名: \_\_\_\_\_

所在部门职务: \_\_\_\_\_ 职务: \_\_\_\_\_

被授权人身份证号码: \_\_\_\_\_

投标人: \_\_\_\_\_ (盖单位章)

年 月 日

附“委托代理人身份证复印件”(正反两面)

信用声明函（格式）：

## 信用声明函（格式）

致：\_\_\_\_\_（采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_（招标编号：\_\_\_\_\_）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标服务成果和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 经查询，在规定的查询时间内，“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方最近3年内未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
2. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1. 投标人应当通过“信用中国”（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）和“中国政府采购网”网站（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目招标公告发布之日起至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2. 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

法定代表人或委托代理人签字：\_\_\_\_\_

投标人（盖章）：\_\_\_\_\_

年 月 日

附：查询结果截图加盖单位公章

二、商务及技术部分格式：

商务及技术部分封面格式：

## 商务及技术部分

项目名称：

招标编号：

分标号：

投标人名称：

法定代表人或委托代理人签字：

年 月 日

### 商务和技术文件目录

（投标人可根据招标文件要求自行编制）

商务文件：

投标声明书格式：

## 投 标 声 明 书

致：\_\_\_\_\_（招标采购单位名称）：

\_\_\_\_\_（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址\_\_\_\_\_。

我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的\_\_\_\_\_项目（招标编号：\_\_\_\_\_）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

5. 我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：\_\_\_\_\_

投标人（盖公章）：\_\_\_\_\_

年 月 日

被通报或者被处罚的违法行为，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

商务响应表格式：

商务响应表

分标号：

项目	招标文件要求	投标人的承诺或说明是	响应/偏离说明
交货时间及地点			
质保期			
付款方式			
售后服务要求			
其他要求			
...			

注：投标人应对照招标文件中商务部分要求的内容逐条响应，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。与招标文件中商务部分要求相同的为无偏离，高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字： \_\_\_\_\_

投标人盖章： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

投标人的类似成功案例的业绩证明文件格式：

投标人同类项目实施情况一览表

采购单位 名称	设备或 项目名 称	采购 数量	单价	合同 金额 (万 元)	附件页码			采购单位联 系人及 联系电话
					网页 截图	中标通 知书	合同	

注：附业绩相关证明文件

法定代表人(负责人)签字： \_\_\_\_\_

投标人公章： \_\_\_\_\_

年 月 日

## 技术文件：

### 产品配置（或服务）清单（格式）：

分标号：

序号	产品（或服务）名称	品牌	规格型号	单位及数量	产地	制造商	性能、指标、配置

法定代表人或授权代表签名： \_\_\_\_\_

投标人盖公章： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

### 技术响应表格式（必须提供）：

分标号：

序号	采购标的	招标要求	投标文件响应	偏离说明

注：

1、投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标产品技术参数指标与招标要求相同的为无偏离，投标产品技术参数高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

2、本表中的序号按《需求一览表》中的序号顺序填写。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字： \_\_\_\_\_

投标人盖章： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

售后服务承诺及服务方案：  
(自行编写)

1) 项目实施人员一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

姓名	职务	专业技术资格	证书编号	参加本单位 工作时间	劳动合同编号

法定代表人（负责人）或委托代理人签字： \_\_\_\_\_

投标人盖章： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

附件1（属中小企业的可以提供）：

## 中小企业声明函（货物、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承接商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

日期：

注：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件2（属残疾人福利性单位的可提供）：

### 残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

### 三、报价文件部分（格式）

报价部分封面格式：

# 报 价 部 分

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

法定代表人或委托代理人签字：

年 月 日

## 报价文件目录

(投标人可根据招标文件要求自行编制)

## (1) 投标函格式:

### 投 标 函

致: XX(招标代理公司)

根据贵方为\_\_\_\_\_项目的招标公告(招标编号: \_\_\_\_\_), 签字代表\_\_\_\_\_ (全名) 经正式授权并代表投标人\_\_\_\_\_ (投标人名称) 提交投标文件(内含: 资格文件、商务和技术文件、报价文件)。

据此函, 签字代表宣布同意如下:

1. 投标人已详细审查全部“招标文件”, 包括修改文件(如有的话)以及全部参考资料和有关附件, 已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通, 完全理解并接受招标文件的各项规定和要求, 对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自开标日起\_\_\_\_\_日(自然日)。

4. 如中标, 本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效, 本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄:

地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_ 电话: \_\_\_\_\_

传真: \_\_\_\_\_ 投标人代表姓名: \_\_\_\_\_ 职务: \_\_\_\_\_

投标人名称(公章): \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_ 银行账号: \_\_\_\_\_

法定代表人(负责人)或委托代理人签字: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



## 开标一览表格式

### 开标一览表

采购项目名称：

采购招标编号：

分标号：

金额单位：人民币（元）

序号	货物（或服务）名称	品牌或生产厂家	规格型号	单位及数量	单价	金额 =单位及数量 ×单价
1						
2						
3						
...						
投标总价：人民币（¥）						
交货期：_____。						
投标报价包含货物（服务）、随配附件、配置系统、备品备件、工具、运抵指定交货地点、安装、安装所需材料、调试的各种费用、人员培训费（至少培训三人）和售后服务、税金、质保期运行维护费及其他所有成本费用的总和。						

注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.按《需求一览表》中的序号顺序分别详细填写内容和报价。

3.开标一览表中的“设备名称”、“数量”、“单价”、“投标报价”列必须填写；设备类项目“品牌或生产厂家”和“规格型号”列必须填写（定制产品和服务除外）。

4.以上报价应与“投标报价表”中的“投标总价”相一致。

5.联合体投标时，开标一览表中投标人名称必须注明联合体并加盖联合体各方公章，同时须提供联合投标协议书。

6.项目中如有多个分标的，每一分标的开标一览表必须分别按格式要求填写并签字、盖章。

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日