

采购需求

说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2. 小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4. 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5. 根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W），单元式空气调节机（制冷量>14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章或自然人加盖手指指印），否则相应投标无效。

6. 本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做投标无效处理。

7. 供应商必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

一、项目要求及技术需求			
项号	货物名称	数量及单位	功能目标及技术指标
1	超声经颅多普勒血流分析仪（便携式）	1 台	<p>一、设备用途说明及要求：</p> <p>1. 支持颅内血管常规检测、血栓分析及长程监护等功能</p> <p>二、主机配置</p> <p>1. 便携一体主机内置大于或等于 15 寸触摸屏显示器，保留 COM 接口，支持外接显示器</p> <p>2. 双通道八深度监测，单通道检查支持同步显示八个深度的频谱多普勒，并且可以任意选择频谱放大并保存等。左右两个通道的血流速度量程可以单独调节。</p> <p>3. 数据库 Access 2003 或 2006 数据库。</p> <p>4. M 波速度分布检测功能：血管内动态变化模拟显示，直观观测血管内变化情况。</p> <p>5. Windows 操作系统，中文操作界面（微软正版授权）。</p> <p>6. 遥控键盘具备 30 个以上的操作键，提供 4 个以上自定义功能键。</p> <p>7. 精准包络：自动计算的包络线位置及所有血流参数值与增益调节无关，不受增益大小及背景噪声大小的影响。</p> <p>8. 1.6MHz PW 探头最大测速量测在 50mm 深度时可达到 680cm/s 以上。</p> <p>9. 检测参数：Vs、Vd、Vm、PI、RI、S/D、HR、SBI、HITS、TI。</p> <p>10. 具有 DMENA(平均血流偏差值)指数。</p> <p>11. 具有 lindegaard(血管痉挛)指数。</p> <p>12. 具有 LP 标示法，可以从频谱图上直观判断是否使用了降噪功能。</p> <p>13. 支持 WORD、PDF、XLS、JPG 等报告格式。</p> <p>14. 栓子监测系统：</p> <p>a、具备栓子频谱图、声谱图、统计直方图等；</p> <p>b、可进行时间差测量，并可手动添加栓子事件；</p> <p>c、TCD 报告同时显示栓子图、声谱图、直方图；</p> <p>d、可以自动识别固栓、气栓和伪差（附相应气栓、固栓图）</p>

		<p>15. 发泡实验：具备自动计时、自动计数、自动去除伪差等功能。</p> <p>16. 发泡实验软件：专家语音实时指导医生，护士，患者协调与统一的按照标准化执行操作检查等，并对分流量进行自动化分级，实现智能化诊断；</p> <p>17. 长程监护系统：</p> <p>a、全程多参数记录曲线</p> <p>b、六种参数进行趋势监护（详细注明参数）</p> <p>c、事件标识、自动报警功能</p> <p>d、监护数据 AVI、WAV 输出功能</p> <p>e、TCD 报告显示监护曲线和监护图谱</p> <p>f、七日血管痉挛图（附图）</p> <p>18. 可支持 DICOM3.0 网络接口，用于连接医院网络</p> <p>三、探头配置</p> <p>1. 1.6MHz（PW）一个，（原装进口探头）</p> <p>2. 4MHz（CW）一个；（原装进口探头）</p> <p>3. 专用 1.6M 监护探头一对</p> <p>4. SPANCE 式监护头架一个；</p> <p>四、其它</p> <p>1. 移动式专用台车 一台</p> <p>2. 报告打印系统 一台</p>
--	--	---

二、涉及项目的其他要求	
为落实政府采购政策需满足的要求	具体见本招标文件第三章“投标人须知”及第四章“评标办法及评分标准”。
规范标准	采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等	见本表“功能目标及技术指标”。
采购标的需满足的服务标准、期限、效率等	见本表“商务要求表”。
采购标的需满足的信息	采购标的属于应当采购经国家认证的信息安全产品，中标供应商应在供货时提

安全产品要求	供相关有效认证证书复印件，否则有权不予验收。
采购标的验收标准	<p>1. 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和投标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。</p> <p>2. 中标供应商须确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。</p> <p>3. 供货时中标供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。</p> <p>4. 采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由中标供应商承担。</p> <p>5. 中标供应商必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。</p> <p>6. 验收产生的所有费用皆有中标供应商承担。</p>
▲三、商务最低要求表（投标人商务条款偏离表与其他书面承诺同一内容不相符的，以低计算）	
质保期	<p>1. 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于1年（若厂家质保期超过1年的，按厂家规定全免费包修）。保质期内，设备发生一般故障时，中标供应商应负责免费修理、更换零配件；如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，中标供应商应负责免费更换相同品牌、型号的新设备。设备维修或更换后其保质期相应顺延。所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修。对因采购方人员的不正当使用所造成的设备损坏不归供货方负责保修，但中标供应商也要积极帮助采购人修理设备，并保证提供优惠价格的配件和服务。</p> <p>2. 质保期外：整套设备终生维修保养，以优惠的价格提供设备维修服务及各种备件的供应。</p>
配套（售后）服务最低要求	<p>1. 中标供应商须提供的超声经颅多普勒血流分析仪（便携式），必须是全新、完整、未使用过的原装产品。</p> <p>2. 中标供应商负责设备的包装、运输、装卸、就位、安装、调试、保险及通过相关部门的检测验收，并承担相关的一切费用。</p> <p>3. 中标供应商须提供完整的设备资质证件、中文操作手册、产品合格证及使用说明书等。</p> <p>4. 质量保证：中标供应商应保证98%的开机率。如果保修期内停机时间超过</p>

	<p>2%,则超出天数按1:2加倍延长保修期限;超出10%(停机故障日/法定工作日×100%≥10%)供货方应无条件为用户更换相同品牌,型号的新的设备。并承担因换货产生的相关费用和所造成采购人的直接经济损失。</p> <p>5. 中标供应商要在国内有维修中心及零配件保税库,提供15年以上的零配件供应。在保质期满后,中标供应商应保证以不高于设备出产地的一般价格供给采购人。</p> <p>6. 故障响应时间:中标供应商在广西区内配有专业维修工程师,直接提供维修保养服务。当接到设备报修通知后在2个小时内响应,24小时内派工程师到设备现场及时维修。</p> <p>7. 技术培训:中标供应商负责现场培训采购人的操作人员及维修人员。培训时间不少于1周,并确保操作者熟练掌握设备的操作规程和各种性能的运用,并能排除简单故障。</p> <p>8. 设备保修期内,中标供应商负责对设备进行免费定期维护保养,每年至少四次,保修期外也应提供定期维护保养服务。</p> <p>9. 国内有400免费电话维修系统,提供400免费电话号码。提供相关设备的维修工程师姓名及电话号码。</p>
交货时间及地点	<p>1. 交货时间:自签订合同之日起60个日历日内交付使用。</p> <p>2. 交货地点:采购人指定地点。</p>
签订合同日期	自中标通知书发出之日起30日内。
付款条件	签订合同后预付合同总金额的30%货款,设备验收合格并正常使用3个月内,采购人向中标供应商支付至合同总金额的90%货款,同时中标供应商开具全额发票给采购人。合同总金额的10%货款留待设备正常工作满一年后,采购人在10个工作日内向中标供应商支付(不付利息)。
备品备件及耗材等要求	<p>投标产品如包括必备的易损易耗备品备件和专用工具,投标提供备品备件及易损件清单及价格。</p> <p>常年备有设备配件,能及时处理、更换损坏的零部件。</p>
四、投标人的资信要求表	
政策性加分条件	符合节能环保等国家政策要求。
产品质量管理、企业信用要求	<p>1. 投标人无任何违法、违规、质量安全事故、履约不良等行为反映或记录;</p> <p>2. 投标人无自身原因违约或不恰当履行合同引起的终止、纠纷、争议、仲裁、和诉讼记录;</p>

	<p>3. 投标人无被责令停业或暂停、取消投标资格，无经济方面犯罪或严重违法记录；</p> <p>4. 投标人无被国家工商或质量监督部门年检或抽检不合格或复查未通过问题。</p> <p>5. 投标人或投标产品无信用不良而处于禁止或取消投标、采购情形。</p>
能力或业绩及其他要求	详见本招标文件第四章“评标办法及评标标准”。
五、采购人对项目的特殊要求及说明	
特别说明	<p>投标人需对投标产品参数进行了解以保证项目顺利实施，凡因供应商虚假应标，造成无法按采购人单位采购要求供货的将被拒绝验收，引起的一切后果，均由投标人承担全部赔付责任。</p>