

钦州市政府采购中心

钦政采函〔2022〕29 号

关于钦州市疾病预防控制中心实验室环境净化消毒及实验辅助设备采购 (QZZC2022-J1-00020-CGZX) 的质疑答复函

质疑人：江西丰济顺医疗科技有限公司

地址：江西省吉安市吉安县工业园区朝阳路（吉安日鑫科技有限公司
办公楼三楼 309 室 J 区）

法定代表人：张金玉

授权代表人：徐娜娜

电话：15078882349

江西丰济顺医疗科技有限公司：

我中心于 2022 年 9 月 5 日上午收到贵公司提交钦州市疾病预防控制中心实验室环境净化消毒及实验辅助设备采购(QZZC2022-J1-00020-CGZX)的质疑函。

质疑事项一：贵公司提出哈尔滨中标科技有限公司关于山东博科消毒设备有限公司制造的医用紫外线消毒机（型号：BK-Y-800）技术参数与采购文件要求严重不符的问题。

答复如下：经复核，哈尔滨中标科技有限公司提供的医用紫外线消毒机（型号：BK-Y-800）在商务技术响应表和最终报价表完全响应

采购文件要求的技术参数，不存在参数严重不符的问题，所以该质疑事项不成立。

质疑事项二：贵公司提出哈尔滨中标科技有限公司关于山东佳境医疗科技有限公司制造的高端移动式空气净化消毒机（型号：JJ-KDS-Y-1500P）未在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案的问题。

答复如下：经复核，根据《国家卫生健康委办公厅关于全国消毒产品网上备案信息服务平台上线的通知》（（国卫办监督函〔2018〕864号）的规定，第一类和第二类消毒产品应在全国信息服务平台（网址：<https://credit.jdzx.net.cn/xdcp/loginPage.do>）进行备案，但未在指定备案平台上查询到该型号（JJ-KDS-Y-1500P）的备案信息，所以该质疑事项成立。

质疑事项三：贵公司提出关于哈尔滨中标科技有限公司无“医疗器械经营许可证”和提供深圳市汇松科技发展有限公司制造的全自动酶标洗版机（型号：PW-960）技术参数（注液量）不符合采购文件要求的问题。

答复如下：经复核，采购需求中只有序号4洗板机为一类医疗器械，根据《医疗器械经营监督管理办法》第四条“经营第一类医疗器械不需许可和备案，经营第二类医疗器械实行备案管理，经营第三类医疗器械实行许可管理。”的规定，一类医疗器械的销售无须《医疗器械经营许可证》。所以哈尔滨中标科技有限公司未在响应文件中提供经营许可证资料，并无不妥。同时哈尔滨中标科技有限公司提供的全自动酶标洗版机（型号：PW-960）在商务技术响应表和最终报价表完全响应采购文件要求的技术参数，不存在参数严重不符的问题，所以该质疑事项不成立。

质疑事项四：贵公司提出哈尔滨中标科技有限公司关于山东佳境医疗科技有限公司制造的过氧化氢消毒器（型号：JJ-AS-HP02）技术参数（H2O2溶液浓度）不符合采购文件技术参数要求的问题。

答复如下：经复核，哈尔滨中标科技有限公司提供的过氧化氢消毒器（型号：JJ-AS-HP02）在商务技术响应表和最终报价表完全响应

采购文件要求的技术参数，不存在参数严重不符的问题，所以该质疑事项不成立。

质疑事项五：贵公司提出关于广州枫之桥展览装饰工程有限公司无“医疗器械经营许可证”的问题。

答复如下：经核对，采购需求中只有序号4洗板机为一类医疗器械，根据《医疗器械经营监督管理办法》第四条“经营第一类医疗器械不需许可和备案，经营第二类医疗器械实行备案管理，经营第三类医疗器械实行许可管理。”的规定，一类医疗器械的销售无须《医疗器械经营许可证》。所以广州枫之桥展览装饰工程有限公司未在响应文件中提供经营许可证资料，并无不妥，所以该质疑事项不成立。

综上所述，质疑人的质疑事项部分成立，取消哈尔滨中标科技有限公司的成交资格。根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）第十六条（二）的规定，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商。

贵公司如对本次答复不满意，根据《中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，有向财政部门投诉的权利。

感谢贵公司对本项目采购活动的监督与支持！

附：政府采购供应商质疑答复书回执

钦州市政府采购中心

2022年9月14日

抄送：钦州市财政局

钦州市政府采购中心

2022年9月14日印

附件：

政府采购供应商质疑答复书回执

质疑的项目名称及编号	收到时间	是否满意	质疑供应商名称	签章确认及时间