

# 广西博行弈工程项目管理有限公司乳房病灶旋切式活检系统、中药熏蒸机等医疗设备采购项目（项目编号：GGZC2023-C1-50010-GXBX）更正公告（一）

各潜在供应商：

## 一、项目基本情况

1. 原公告的采购项目编号：GGZC2023-C1-50010-GXBX
2. 原公告的采购项目名称：乳房病灶旋切式活检系统、中药熏蒸机等医疗设备采购项目
3. 首次公告日期：2023年2月16日

## 二、更正信息

1. 更正事项：招标公告      采购文件
2. 更正内容：

(1) 原招标公告及公开招标采购文件第一章采购需求“DA-8型多功能艾灸仪、干眼治疗仪2台”**现更正为**“多功能艾灸仪、干眼治疗仪1套”。

(2) 原公开招标采购文件第三章采购需求的采购需求一览表中数量、单位和增加17项熏蒸仪更正如下表：

序号	货物名称	技术参数	数量	单位	备注
1	供氧系统氧气吸入器	.....	1	台	
2	多功能艾灸仪	.....	2	台	
3	内镜用送水装置	.....	1	套	
4	定量超声骨密度测量仪	.....	1	台	
5	红外中低频治疗仪	.....	1	台	
6	生物信息反馈灸疗仪	.....	1	台	
7	乳房病灶旋切式活检系统	.....	1	台	
8	干眼治疗仪	一、超声雾化器 1、温度设置范围：30~45℃； 2、温度控制范围：30~45℃（可调节）；	1	套	

	<p>3、温度异常报警显示功能；</p> <p>4、设备出雾口检测温度，保证出雾温度与实际显示温度相同。</p> <p>5、有超高温报警及保护功能，双温度探头监测温度，实时监控温度的高低，有效避免烫伤情况发生。</p> <p>6、智能蓝牙无线温度检测功能。</p> <p>7、蓝牙通信，智能触屏，微感应设计，液晶触屏面板。</p> <p>8、主机超声工作频率：2.4MHz±10%</p> <p>9、雾粒中位直径：4 μ m，直径小于 5 μ m 的雾粒百分比大于 65%。</p> <p>10、最大雾化率：≥1ml/min。</p> <p>11、整机噪声：≤50dB（距离主机 1m）。</p> <p>12、具有定时功能</p> <p>13、具有调节风量、雾量旋钮调试功能。</p> <p>14、低水位停机功能，水槽内水位正常时面板水位灯变亮，水槽内水位过低时，面板水位灯熄灭，并停止雾化，重新加水至水槽水位线后将正常雾化。</p> <p>15、有氧气预留口，可搭配制氧机输出氧气治疗。</p> <p>16、氧气流量：0.5-3L/min，出口标称压力为零时的氧浓度（在初始开机 15Min 内，达到规定的浓度水平）：氧流量 0.5~3L/Min 时，氧浓度为 93%±3%</p> <p>17、断电报警：当制氧机断电时，发出警报</p> <p>18、低氧浓度报警：当浓度&lt;82%时，发出报警。</p> <p>二、熏蒸仪</p> <p>1、熏蒸温度：30℃~45℃；</p> <p>2、熏蒸温度误差：±1℃；</p> <p>3、安全保护功能</p> <p>有超高温报警及保护功能，熏蒸仪具有两路独立温度传感器保护装置。实时监控温度的高低，有效避免烫伤情况发生.上限蒸汽温度报警：超过 45℃时，有提示音；</p> <p>4、具有定时功能,熏蒸时间 5min—30min；</p> <p>5、治疗结束提示音：当熏蒸时间结束，熏蒸仪应停止加热，并有提示信息；</p>			
--	---	--	--	--

		<p>6、防干烧功能 熏蒸仪具有防干烧功能，当药液位过低时，停止加热；白色指示灯熄灭；</p> <p>7、单一故障保护 熏蒸仪超过设定温度时，第一路保护装置应启动，停止加热，当温度降低到设定值以下，才可以恢复加热；如果第一路保护装置失效，超过50℃时，第二路保护装置立即启动，停止加热；</p> <p>8、水位功能：具有水位监测防干烧功能；</p> <p>9、治疗温度控制方式：微电脑计算控制，温度智能模式，输出温度自动校正达到恒温状态；</p> <p>报警、保护功能：时间、温度、断电、漏电等全自动智能保护处理；</p> <p>蒸汽发生装置：智能防干烧温度检测一体化装置；</p> <p>煮中药功能：具有预煮中药功能；</p> <p>电源：~220V，50Hz；</p> <p>一次性使用波纹管（免清洗、解决控感难题）；</p> <p>熏蒸量 1-1.5 ml/min，热量集中，熏蒸时间长；</p> <p>16、1 微米以下蒸汽颗粒占比 99%；</p> <p>17、氧气流量：0.5-3L/min，出口标称压力为零时的氧浓度（在初始开机 15Min 内，达到规定的浓度水平）：氧流量 0.5~3L/Min 时，氧浓度为 93%±3%</p> <p>18、氧浓度报警：当浓度&lt;82%时，发出报警。</p>			
9	近视治疗仪	.....	1	台	
10	激光坐浴机	.....	1	台	
11	脉动真空压力蒸汽灭菌器	.....	1	台	
12	绝缘检测仪	.....	1	台	
13	手持式气体检测报警仪	.....	1	台	

14	超声清洗机	.....	1	台	
15	医用煮沸消毒器	.....	1	台	
16	中药熏蒸机	.....	2	台	

3. 更正日期：2023 年 2 月 22 日

### 三、其他补充事宜

本次更正公告同时在 <http://www.ccgp.gov.cn>（中国政府采购网）、<http://zfcg.gxzf.gov.cn>（广西壮族自治区政府采购网）、<http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn>（贵港市政府采购网）、<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/ggggzy/>【全国公共资源交易平台（广西·贵港）】发布。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

#### 1. 采购人信息

名 称：桂平市中医医院

地 址：桂平市城西街 112 号

联系电话：0775-3398260

#### 2. 采购代理机构信息

名 称：广西博行弈工程项目管理有限公司

地 址：贵港市港北区金港大道万豪丽城 2 栋 3 单元 3405

联系电话：0775-4218878

#### 3. 项目联系方式

项目联系人：吴工

电话：0775-4218878

其他内容不变。

特此公告。

广西博行弈工程项目管理有限公司

2023 年 2 月 22 日