

质疑函

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：江西捷森商贸有限公司

地址：江西省宜春市宜丰县工信大道 53 号 2 栋办公室 A 区 107

邮编：33612807

联系人：朱胜男

联系电话：18258621091

授权代表：黄家喜

联系电话：18648810290

地址：南宁市金凯路 11 号荣港二期仓储 1 号楼 13 楼

邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：桂平市人民医院医共体医疗设备更新改造项目（大湾、麻垌、木根）

质疑项目的编号：GGZC2022-C1-50226-GXBS

招标人名称：江西捷森商贸有限公司

质疑事项：第 15 条设备

☞ 招标文件

招标文件获取日期：2022 年 12 月 19 日

☞ 采购过程

□ 中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：★3.1.11 声速校正技术，可根据人体组织真实情况，实时匹配至最佳成像声速，并显示 ≥ 10 个具体声速数值

事实依据：该条款是美国 GE 公司的 Logiq Fortis 和华彩 Versana 两个系列型号的参数。为指向美国 GE 品牌的技术参数。

且目前声速校正技术具有 10 个声速值的品牌只要美国 GE 一家。行业中不足 3 家满足该条款。具有唯一性，为排他性条款。要求更改或者删除。

法律依据：根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定和要求。望贵单位本着公平、公正、公开的原则，对本公司提出的质疑给予明确的答复。

质疑事项 2：★3.1.16 灰阶血流成像：非多普勒原理，非造影技术，无需造影剂直接显示红细胞运动，具有不受流速和角度限制、无血流外溢现象、无取样框、不会降低帧频等优点，可选择去除组织背景、仅显示血流模式

事实依据：灰阶血流成像是 GE 的 B-flow 技术。GE 的 B-flow 技术是 GE 的专利技术。专利技术是唯一性的。因此该条参数，直接指向了美国 GE 品牌旗下的型号。为唯一性的排他技术参数。要求更改或者删除。

法律依据：根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定和要求。望贵单位本着公平、公正、公开的原则，对本公司提出的质疑给予明确的答复。

质疑事项 3: ★3.1.17.1 内置快捷操作指导模块: 通过文字、图片、视频等形式指导用户快速掌握机器操作, 可随时调阅

事实依据: 该条参数, 也是美国 GE 品牌下 Logiq Fortis 和华彩 Versana 两个型号的技术参数, 可以在广西政府采购网中 (<http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/ZcyAnnouncement/ZcyAnnouncement2/ZcyAnnouncement4005/3PQjp5RfId06hG+Elb4+Vw==.html>) GE 的 logiq Fortis 中标信息中查到。

法律依据: 根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定和要求。望贵单位本着公平、公正、公开的原则, 对本公司提出的质疑给予明确的答复。

质疑事项 4: 3.1.17.2 系统内置操作切面实时指导工具: 可在屏幕上分屏显示各脏器标准扫描切面超声图与扫描手法图片、flash 动画图并配以文字说明, 可实时指导操作者找到标准切面并进行正确测量:

事实依据: 该条参数, 也是美国 GE 品牌下 Logiq Fortis 和华彩 Versana 两个型号的技术参数, 可以在 (广西政府采购网 <http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/ZcyAnnouncement/ZcyAnnouncement2/ZcyAnnouncement4005/3PQjp5RfId06hG+Elb4+Vw==.html>) 查下到 GE 的 logiq Fortis 中标信息的标书中。要求更改或者删除。

法律依据: 根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定和要求。望贵单位本着公平、公正、公开的原则, 对本公司提出的质疑给予明确的答复。

质疑事项 5: ★3.1.17.3 可在屏幕上显示自定义按键个数 ≥ 7 个, 且同时显示自定义按键的功能名称

事实依据: 该条参数, 是美国 GE 品牌下 Logiq Fortis 和华彩 Versana 两个型号的技术参数, 7 个自定义按键也不代表的技术的先进性, 完全是排他性的条款, 并具有唯一性。要求更改或者删除该条参数, 满足招投标法律法规要求。

法律依据: 根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定和要求。望贵单位本着公平、公正、公开的原则, 对本公司提出的质疑给予明确的答复。

质疑事项 6: ★3.2.1.3 频率自动调节功能: 在彩色和其他多普勒模式下, 随着取样位置深度的变化自动调节频率

事实依据: 这条参数, 完全是美国 GE 品牌华彩 Versana 和 Logiq Fortis 两个型号的技术参数, 行业中满足该参数的品牌不足 3 家。同时该参数, 不代表技术的先进性, 因为现在的探头本来就是宽带变频探头。该条参数既具有美国 GE 的指向性, 又具有排他性。要求更改或者删除。

法律依据: 根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定和要求。望贵单位本着公平、公正、公开的原则, 对本公司提出的质疑给予明确的答复。

质疑事项 7: 3.2.2.4.1 TGC 调节 ≥ 10 段

事实依据: 这条参数, 目前 TGC 除美国 GE 品牌中的 GE 的华彩 Versana 和 Logiq Fortis 两个彩超型号外, 均无其他品牌 TGC 设置有 10 段, 最多设置为 8 段, 并且 8 段的调节已经完全满足图像深度增益补偿的调节。该参数具有明确的指向性和排他性。要求更改或者删除该条参数。

法律依据: 根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定和要求。望贵单位本着公平、公正、公开的原则, 对本公司提出的质疑给予明确的答复。

质疑事项 8: ★3.2.3.4 多普勒取样容积距离体表的深度可在屏幕上实时显示

事实依据: 这条参数, 目前只有美国 GE 品牌这么设置, 并且也是在 GE 的华彩 Versana 和 Logiq Fortis 两个彩超型号这么设置。其他品牌页均无没有这个设置。同时多普勒图形的调节, 也不会关注这个取样深度的能否显示。该条参数具有明确的指向性美国 GE 偏偏和排他性。要求更改或者删除该条参数。

法律依据: 根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定和要求。望贵单位本着公平、公正、公开的原则, 对本公司提出的质疑给予明确的答复。

四、与质疑事项相关的质疑请求:

请求: 要求更改或者删除质疑对应参数。

签字(签章):

公章: 江西捷森商贸有限公司

日期: 2022 年 12 月 19 日



说明:

1. 供应商提出质疑时, 应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的, 质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容, 并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑函的质疑事项应具体、明确, 并有必要的事实依据和法律依据。
4. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5. 质疑供应商为法人或者其他组织的, 质疑函应由法定代表人、主要负责人, 或者其授权代表签字或者盖章, 并加盖公章

法定代表人（负责人）授权委托书

致：（桂平市人民医院）：

我（朱胜男）系（江西婕淼商贸有限公司）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工（黄家喜）以我方的名义参加项目编号：GGZC2022-C1-50226-GXBS，项目名称：桂平市人民医院医共体医疗设备更新改造项目（大湾、麻垌、木根）项目的竞标活动，并代表我方在磋商和合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：黄家喜

法定代表人/负责人（签字或签章）：

朱胜男

所在部门职务：销售经理 职务：销售经理

被授权人身份证号码：450111198612112711

磋商响应供应商公章：江西婕淼商贸有限公司

2022年12月19日



SINGQMINZ
姓名 黄家喜
SINGQIBED MINZCUZ
性别 男 民族 汉
SENG NIENZ NYIED HAUB
出生 1986 年 12 月 11 日
DIEGYOUQ
住址 南宁市江南区江西镇杨美
村振兴街78号
GUNGHMNZ
SINHFWN HAUMAJ
公民身份号码 450111198612112711




中华人民共和国
居民身份证

CIEMFAT GIHGVANH
签发机关 南宁市公安局江南分局
MIZYAUQ GEIZHANH
有效期限 2016.06.02-2036.06.02

