

广西诚友工程管理有限公司

竞争性谈判采购文件



项目名称：采购实验室仪器设备一批

项目编号：YLZC2020-J1-000848-GXCY

采购单位：玉林市疾病预防控制中心

采购代理机构：广西诚友工程管理有限公司

2020年12月

目 录

竞标公告.....	2
第一章 竞标人须知及前附表.....	4
竞标人须知前附表.....	5
一 总 则.....	7
1. 项目概述.....	7
2. 竞标人资格:.....	7
3. 竞标费用.....	7
二 竞争性谈判采购文件（简称谈判采购文件）.....	7
4. 谈判采购文件的构成.....	7
5. 谈判采购文件的澄清和修改.....	8
三 竞标文件的编制格式.....	8
6. 竞标文件编写的注意事项.....	8
7. 竞标文件的构成.....	8
8. 竞标文件的语言及计量单位.....	8
9. 竞标函格式.....	9
10. 竞标报价.....	9
11. 竞标货币.....	9
12. 证明竞标人合格和资格的文件.....	9
13. 竞标的有效期.....	9
14. 竞标文件书写及签名、盖章要求.....	10
15. 竞标保证金.....	10
四 竞标文件的递交.....	10
16. 竞标文件的密封与标记.....	10
17. 竞标截止时间.....	10
18. 竞标文件的撤回.....	10
五 截标、谈判与评标.....	10
19.1 截标.....	11
19.2 谈判.....	11
20. 评标.....	12
21. 无效竞标及废标.....	12
六 签订合同.....	12
22. 成交结果及公告:.....	12
23. 成交通知.....	13
24. 合同授予标准.....	13
25. 签订合同.....	13
七 其他事项.....	13
26. 履约保证金.....	13
27. 成交服务费.....	13
28. 解释权.....	13
29. 有关事宜.....	13
第二章 货物需求一览表.....	14
第三章 合同条款及前附表.....	20
第四章 合同书格式.....	25
第五章 竞标文件格式.....	28
第六章 评标办法.....	41

广西诚友工程管理有限公司

采购实验室仪器设备一批(YLZC2020-J1-000848-GXCY)

竞标公告

项目概况

采购实验室仪器设备一批项目的潜在供应商应在政采云平台(<https://www.zcygov.cn/>)获取采购文件,并于2020年12月22日北京时间9时30分前提交响应文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号: YLZC2020-J1-000848-GXCY; 采购计划文号: YLZC2020-W1-11847-001 至 004
2. 项目名称: 采购实验室仪器设备一批
3. 采购方式: 竞争性谈判 竞争性磋商 询价
4. 预算金额(人民币): 叁拾肆万捌仟伍佰元整(¥348,500.00)
5. 最高限价: 与预算金额一致
6. 采购需求: 全自动滴定仪1套, 智能厌氧/微需养系统1套, 2-8度医用冷藏冰箱(双开双门)2台, 双门试剂冷藏冰箱3台, 具体内容详见竞争性谈判采购文件。
7. 合同履行期限: 合同签订之日起5天内。
8. 本项目不接受联合体竞标。

二、申请人的资格要求

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求: 无;
3. 本项目的特定资格要求: 国内注册(指按国家有关规定要求注册的)生产或经营本次采购货物, 具有法人资格的供应商;
 4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外, 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 不得再参加该采购项目的其他采购活动;
 5. 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录, 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商, 不得参与政府采购活动;
 6. 根据《中华人民共和国招标投标法》等相关法规规定, 在近三年有骗取中标(成交)或已中标(成交)而无正当理由拒绝签订采购合同或拒绝履行合同的违约行为的竞标人将被拒绝。

三、获取采购文件

1. 时间: 2020年12月16日自公告发布之时起至2020年12月21日(工作日)。
2. 方式: 供应商须登录政采云平台(<https://www.zcygov.cn/>)在线办理并自行下载竞争性谈判采购文件; 如在操作过程中遇到问题或需技术支持, 请致电政采云客服热线: 400-881-7190。

四、竞标文件提交

1. 截止时间：2020年12月22日北京时间9时30分
2. 地点：广西诚友工程管理有限公司（广西玉林市城区教育东路东南侧、公务员小区西南侧 B3 栋 5 号、6 号、7 号）

注：竞标文件必须以密封形式于截止时间前在竞标文件提交地点提交，逾期不受理。参加竞标的法定代表人或委托代理人必须持证件（法定代表人凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证）依时到达指定地点等候当面谈判。

五、开启

1. 时间：竞标文件提交截止时间后
2. 地点：广西诚友工程管理有限公司（广西玉林市城区教育东路东南侧、公务员小区西南侧 B3 栋 5 号、6 号、7 号）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1. 网上公告媒体查询：广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西玉林市人民政府门户网站（www.yulin.gov.cn）。
2. 本项目需要落实的政府采购政策：（1）政府采购促进中小企业发展。（2）政府采购促进残疾人就业政策。（3）政府采购支持监狱企业发展。（4）政府采购支持采用本国产品的政策。（5）强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：玉林市疾病预防控制中心

地址：玉林市二环北路170号

联系人：王良

联系方式：0775-2823276

2. 采购代理机构信息

名称：广西诚友工程管理有限公司

地址：广西玉林市城区教育东路东南侧、公务员小区西南侧 B3 栋 5 号、6 号、7 号

联系人：吴燕凤

联系方式：0775-2687698

3. 监督机构：玉林市财政局

电话：0775-2697961

广西诚友工程管理有限公司

2020年12月16日

第一章 竞标人须知及前附表

竞标人须知前附表

项号	条款号	内 容
1	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7	项目名称： <u>采购实验室仪器设备一批</u> 项目编号： <u>YLZC2020-J1-000848-GXCY</u> 采购人名称： <u>玉林市疾病预防控制中心</u> 采购内容： <u>全自动滴定仪 1 套，智能厌氧/微需养系统 1 套，2-8 度医用冷藏冰箱（双开双门） 2 台，双门试剂冷藏冰箱 3 台</u> 交货期： <u>合同签订之日起 5 天内</u> 资金来源： <u>财政资金</u> 政府采购预算价为： <u>人民币叁拾肆万捌仟伍佰元整（¥348,500.00）</u>
2	2.1	竞标人资格：（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；（2）国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次采购货物，具备法人资格供应商；（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；（5）根据《中华人民共和国招标投标法》等相关法规规定，在近三年有骗取中标(成交)或已中标(成交)而无正当理由拒绝签订采购合同或拒绝履行合同的违约行为的竞标人将被拒绝；（6）本项目不接受联合体竞标。
3	10.1	竞标报价：竞标人须就《货物需求一览表》中的所有货物和服务内容作完整唯一报价，且有效竞标报价不得高于政府采购预算价，否则，其竞标将被拒绝。本项目有效竞标报价范围：竞标报价≤政府采购预算价。
4	13.1	竞标有效期：竞标截止日期后 60 天。
5	14.4	竞标文件份数：正本壹套，副本叁套。
6	15.1	竞标保证金： <u>不需要缴纳</u> 。
7	17	竞标文件递交截止时间和截标时间： <u>2020 年 12 月 22 日北京时间 9 时 30 分</u> （此为竞标截止时间） 地址：广西诚友工程管理有限公司（广西玉林市城区教育东路东南侧、公务员小区西南侧 B3 栋 5 号、6 号、7 号）

8	19.2	<p>谈判时间：2020年12月22日北京时间9时30分截标后（具体时间由采购代理机构另行通知）</p> <p>谈判地点：广西诚友工程管理有限公司（广西玉林市城区教育东路东南侧、公务员小区西南侧B3栋5号、6号、7号）</p>
9	20.1	<p>评标办法：最低评标价法</p>
10	27.1	<p>签订合同前，成交人向采购代理机构一次付清成交服务费，其金额为成交总金额的1.5%。否则，采购代理机构将视之为违约，取消该成交决定。</p>
11		<p>1、本竞争性谈判采购文件中描述竞标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用竞标人法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，竞标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。</p> <p>2、本竞争性谈判采购文件中描述竞标人的“签字”是指竞标人的法定代表人或被授权人亲自在竞争性谈判采购文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。</p>

竞 标 人 须 知

一 总 则

1. 项目概述

- 1.1 项目名称：采购实验室仪器设备一批
- 1.2 项目编号：YLZC2020-J1-000848-GXCY
- 1.3 采购人名称：玉林市疾病预防控制中心
- 1.4 采购内容：全自动滴定仪 1 套，智能厌氧/微需养系统 1 套，2-8 度医用冷藏冰箱（双开双门）2 台，双门试剂冷藏冰箱 3 台
- 1.5 交货期：合同签订之日起 5 天内
- 1.6 资金来源：财政资金
- 1.7 政府采购预算价：叁拾肆万捌仟伍佰元整（¥348,500.00）

2. 竞标人资格：

2.1 (1) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；(2) 国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次采购货物，具备法人资格供应商；(3) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；(4) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；(5) 根据《中华人民共和国招标投标法》等相关法规规定，在近三年有骗取中标(成交)或已中标(成交)而无正当理由拒绝签订采购合同或拒绝履行合同的违约行为的竞标人将被拒绝；(6) 本项目不接受联合体竞标。

2.2 符合竞标人资格的竞标人应承担竞标及履约中应承担的全部责任与义务。

2.3 只有在规定时间内获取了竞争性谈判采购文件的供应商，采购代理机构才接收其竞标文件。

3. 竞标费用

3.1 竞标人应自行承担所有与本次竞标有关的全部费用。

二 竞争性谈判采购文件（简称谈判采购文件）

4. 谈判采购文件的构成

4.1 采购文件包括：

- (1) 竞标公告；
- (2) 竞标人须知及前附表；
- (3) 货物需求一览表；
- (4) 合同条款；
- (5) 合同书格式；
- (6) 竞标文件格式；

(7)评标办法。

5. 谈判采购文件的澄清和修改

5.1 任何要求澄清谈判采购文件的竞标人，均应在竞标截止日期的 3 天前以传真、电报等书面形式通知采购代理机构，同时认定其他澄清方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复。

5.2 在竞标截止日期 3 天前，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答竞标人提出的澄清问题时对谈判采购文件进行澄清或修改。该澄清或修改的内容为竞标文件的组成部分。

5.3 谈判采购文件的澄清或修改将以书面形式通知所有获取谈判采购文件的竞标人，并对其具有约束力，并在竞标公告信息发布媒体上发布更改公告。请竞标人接到电话通知后到采购代理机构处领取以上澄清答复（或补充通知），或在网上查询，不用传真方式发出，如在电话通知后 24 小时内不上门领取的，则视为已在网上查询收到。该澄清或修改的内容为谈判采购文件的组成部分。竞标人在每次收到澄清答复或补充通知后应立即以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清答复或补充通知。否则，由此造成的一切后果由供应商承担。

5.4 采购代理机构可视具体情况，在竞标截止日期的 3 天前公布延长竞标截止时间，并将此澄清或修改通知所有获取谈判采购文件的竞标人，并在竞标公告信息发布媒体上发布更改公告。

三 竞标文件的编制格式

6. 竞标文件编写的注意事项

6.1 竞标人应认真阅读竞争性谈判采购文件，按照竞争性谈判采购文件的要求编制竞标文件。如果没有按照竞争性谈判采购文件要求提交竞标文件，没有对竞争性谈判采购文件提出的实质性要求和条件作出响应，该竞标将被拒绝。

6.2 对竞争性谈判采购文件提出的实质性要求和条件作出响应是指竞标人必须对竞争性谈判采购文件中竞标项目的价格、技术参数及性能配置、数量、售后服务及其它要求内容作出响应。

7. 竞标文件的构成

7.1 竞标人编写的竞标文件应包括下列内容（**竞标人应按下列顺序自编目录及页码装订成册，否则文件失散引起的后果自负**）：

一、商务部分

- (1) 竞标函；
- (2) 竞标报价表；
- (3) 竞标人资格证明文件；
- (4) 证明竞标货物合格的证明文件；
- (5) 售后服务承诺书。

二、技术部分

- (1) 技术规格响应表；
- (2) 技术文件。

三、其他

8. 竞标文件的语言及计量单位

8.1 竞标人的竞标文件以及竞标人与采购代理机构的所有来往的函电统一使用中文（另有规定的除外）。

8.2 竞标文件中使用的计量单位除谈判采购文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

9. 竞标函格式

9.1 竞标人应完整地填写谈判采购文件中的竞标函格式和竞标报价表，详细标明所提供的货物及部件名称、技术参数、配置、数量及产品所执行的标准及价格。

10. 竞标报价

10.1 **竞标人须就《货物需求一览表》中的所有货物和服务内容作完整唯一报价，且有效竞标报价不得高于政府采购预算价，否则，其竞标将被拒绝。本项目有效竞标报价范围：竞标报价 \leq 政府采购预算价。**

10.2 竞标人应在竞标报价表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。小写与大写不符的，以大写为准。如果因竞标人原因引起的报价失误，同时又被谈判时所接受，其后果由竞标人自负。

10.3 竞标报价指货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点的各种费用和售后服务、税金、安装、调试、验收及其他所有成本费用的总和。

11. 竞标货币

11.1 竞标应以人民币报价。

12. 证明竞标人合格和资格的文件

12.1 证明竞标人合格和资格的文件包括 [其中(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)项所要求提交的资格文件必须在竞标文件中提交，否则将被当作资格审查不合格而不能进入下一步详评]：

(1) 竞标人有效的“法人营业执照”副本内页复印件（加盖单位公章，**必须提供，否则竞标无效**）；

(2) 法定代表人身份证复印件（加盖单位公章，**必须提供，否则竞标无效**）；

(3) 法人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（**委托代理时必须提供，否则竞标无效**）；

(4) 竞标人 2019 年度财务报表复印件（2020 年新成立的企业，只需提交企业成立日之后次月起至响应文件递交截止前一个月的财务报表复印件）（加盖单位公章，**必须提供，否则竞标无效**）；

(5) 竞标文件递交截止之日前半年内竞标人任意三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件（格式自拟）；无缴费记录的，应提供由竞标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件（格式自拟）（加盖单位公章，**必须提供，否则竞标无效**）；

(6) 竞标文件递交截止之日前半年内竞标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明材料复印件；新成立不足三个月的竞标人按实际提供。（加盖单位公章，**必须提供，否则竞标无效**）；

(7) 竞标人 2018 年以来获得的省级及以上有关部门颁发的与生产经营相关的各种荣（信）誉奖项证书（若有请提供）；

(8) 竞标人认为必要提供的声明及文件资料。（如竞标人属于小型或微型企业的，须提供《中小企业声明函》）

12.2 证明货物的合格性和符合谈判采购文件规定的相关文件

12.2.1 按照本须知第 7 条规定，竞标人还应提交根据本项目要求提供证明货物和手续合格性的文件及资料。它们可以是：

(1) 产品销售授权书或代理证书（复印件或原件详见货物需求一览表）；

(2) 其它相关资料。

13. 竞标的有效期

13.1 竞标文件从竞标截止日期后 60 天内有效。

13.2 在特殊情况下，采购代理机构可酌情延长竞标有效期。竞标人可同意或不同意延长竞标文件的有

效期，同意延长竞标文件的有效期的竞标人不能要求对原竞标文件（经竞标人与谈判小组谈判后确定的内容作为原竞标文件的组成部分）作任何改变，并同意在延长的竞标有效期内遵循本竞标文件，在延长的竞标有效期满之前继续具有约束力。

14. 竞标文件书写及签名、盖章要求

14.1 竞标文件正本须用不褪色的墨水工整书写或打印，修改处应由法定代表人或委托代理人签名和盖公章，否则其竞标无效。

14.2 字迹潦草、表达不清或未按要求填写的竞标文件可能将被认定为无效的竞标。

14.3 竞标文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签章处逐一签名和盖公章，否则其竞标无效。

14.4 竞标文件的份数：正本壹份，副本叁份，共肆份。并在每份文件右上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

15. 竞标保证金

15.1 竞标保证金，不需要缴纳。

四 竞标文件的递交

16. 竞标文件的密封与标记

16.1 竞标人应将竞标文件正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“正本”或“副本”，以及项目名称、项目编号、竞标人名称等内容。

16.2 竞标人应将正、副本竞标文件（正本壹份、副本叁份）一并装入竞标文件袋中加以密封，并在每一封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人或其委托代理人签字均可）。

16.3 竞标文件的密封以竞标文件袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处有密封签章为合格。

16.4 竞标人可自行制作文件袋，但所制作的各文件袋上都应写明：

(1) 采购代理机构:广西诚友工程管理有限公司

(2) 项目名称:_____

(3) 项目编号:_____

(4) 竞标单位:_____

(5) 注明“截标时才能启封”

16.5 竞标人在递交竞标文件时，未按本须知要求密封、标记的，广西诚友工程管理有限公司有权拒收。

17. 竞标截止时间

17.1 竞标文件的递交不得迟于本须知前附表第7项规定的截止时间。

17.2 竞标人必须在规定时间内将竞标文件送到本须知前附表第7项规定地点，超过竞标截止时间送达的竞标文件为无效竞标文件，采购代理机构将拒收。

18. 竞标文件的撤回

18.1 竞标人可以在递交竞标文件以后，在规定的竞标截止时间之前，以书面形式向采购代理机构递交撤回或修改其竞标文件的通知。在竞标截止时间以后，不能撤回或更改竞标文件。

五 截标、谈判与评标

19. 截标与谈判

19.1 截标

19.1.1 截标会议由采购代理机构组织并主持。

19.1.2 采购代理机构将于前附表规定的时间和地点举行截标会议。参加截标的竞标人法定代表人或授权委托代理人应签名报到，以证明其出席截标会议，并携带有效证明材料（法定代表人凭身份证；委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证）前往，接受身份验证。竞标人的法定代表人或授权委托代理人未按时签到的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果，证明材料不齐的竞标文件不予启封。

19.1.3 截标

(1)采购代理机构主持人宣布截标会议开始；

(2)介绍参加截标会议人员名单、竞标人家数及名单；

(3)宣读截标会相关事项；

(4)由竞标人或者其推选的代表检查竞标文件的密封情况，也可以由采购人或采购代理机构委托的公证机构检查并公证，并签字确认；

(5)宣布谈判与评标期间的有关事项；

(6)截标会议结束。

19.2 谈判

19.2.1 谈判时间及地点：竞标人须知前附表第8项规定的时间为与竞标人谈判时间，具体时间由采购代理机构另行通知。地点：广西诚友工程管理有限公司（广西玉林市城区教育东路东南侧、公务员小区西南侧B3栋5号、6号、7号）。

19.2.2 谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上（含三人）的单数组成，专家评委在专家库中随机抽取。

19.2.3 采购代理机构将在竞标人须知前附表第8项规定的时间和地点组织谈判小组与各竞标人分别进行谈判。竞标人的法定代表人或其授权委托人必须持证件（法定代表人持身份证或授权委托人持授权委托书及本人身份证）依时到达现场等候参加谈判，并自觉接受核验上述证件。

19.2.4 竞标人可由1~3人组成参谈组，谈判中竞标人成员之间意见不一致时，以竞标人的法定代表人（或其委托代理人）的书面意见为准。

19.2.5 谈判的内容包括技术性条件、商务性条件、价格以及谈判小组认为需要谈判的内容。当竞争性谈判采购文件有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的竞标人。其中涉及价格的内容不得要求竞标人在谈判时作口头报价，而应以书面密封形式报价。

19.2.6 谈判内容应作记录，并由竞标人及谈判小组成员签字确认。

19.2.7 谈判时，谈判小组应要求竞标人在约定的时间、地点以书面密封形式递交谈判时要求其就商务和技术条件作出的包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的应答文件，应答文件必须由竞标人的法定代表人或委托代理人签名或盖公章，应答文件构成竞标文件的一部分。

19.2.8 谈判小组对各竞标人递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与竞标人进行谈判，谈判程序和要求按本须知第19条规定执行，直至谈判小组认为没有必要再进行谈判，谈判方可结束（最少进行一轮谈判，最多进行三轮，每轮谈判后必须重新报价，且以最终报价为准）。对最后一轮谈判，谈判小组应明确告知竞标人，并要求所有竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

19.2.9 成交候选供应商作最后报价，密封递交谈判小组。谈判小组按报价从低到高排序，推荐成交候选供

应商顺序，形成谈判报告。

19.2.10 最终谈判结束后，谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

19.2.11 谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标人的技术资料、价格和其他信息。

20. 评标

20.1 本采购项目采用的评标方法为**最低评标价法**，详见采购文件第六章的评标办法。

20.2 评标工作将采取封闭方式进行，谈判小组成员和有关工作人员不得透露对竞标文件的评审、比较和成交候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

20.3 竞标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

20.4 经谈判后竞标人竞标报价仍超出采购预算控制价则竞标无效。如果经谈判后全部竞标人的竞标报价均超出采购预算控制价，采购人不能支付的，由采购单位重新组织采购。

21. 无效竞标及废标

21.1 竞标文件如有下列情况之一，将会在评标中按照无效竞标处理：

- (1) 超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；
- (2) 字迹潦草、表达不清，未按要求填写的；
- (3) 未按谈判采购文件规定要求密封、签署、盖章的；
- (4) 资格证明文件不全的，或者不符合谈判采购文件标明的资格要求的；
- (5) 谈判后采购项目完成期限仍不能满足采购人规定期限的；
- (6) 谈判后采购项目明显不符合技术标准要求的；
- (7) 谈判后采购项目货物包装方式、检验标准和方法等不符合采购人要求的；
- (8) 超政府采购预算价的竞标报价；
- (9) 竞标文件和谈判应答文件附有采购人不能接受的条件；
- (10) 不符合法律、法规和谈判采购文件中规定的其他实质性要求的。

21.2 在竞标中，出现下列情形之一的，应予废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对竞争性谈判采购文件作实质响应的供应商不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 竞标人的报价经谈判后均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

21.3 废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

六 签订合同

22. 成交结果及公告：

22.1 采购代理机构在谈判工作完成后二个工作日内将谈判报告送采购人，采购人确认后，成交结果将在竞标公告信息发布媒体上发布。

22.2 竞标人如对成交公告有异议，可以在成交公告发布之日起七个工作日内以书面形式向代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到竞标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

22.3 质疑竞标人必须首先经过质疑程序，质疑材料必须符合《政府采购质疑和投诉办法》（第 94 号）的规定，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级人民政府财政部门投诉。

22.4 如竞标人不按政府采购相关规定质疑或投诉的，视为无效质疑或无效投诉，不予受理。

23. 成交通知

23.1 在发布成交公告的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

23.2 采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还竞标文件。

24. 合同授予标准

24.1 合同将授予被确定为实质上响应采购人需求，具备履行合同能力，采购结果报告中推荐的排名第一的成交候选供应商为成交供应商。

25. 签订合同

25.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出后，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

25.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排名第二的成交候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织采购。

七 其他事项

26. 履约保证金

26.1 履约保证金：无。

27. 成交服务费

27.1 签订合同前，成交人向采购代理机构一次付清成交服务费，其金额为成交总金额的 1.5%。否则，采购代理机构将视之为违约，取消该成交决定。

28. 解释权

27.1 本谈判采购文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

29. 有关事宜

28.1 所有与本谈判采购文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

(1) 采购代理机构：广西诚友工程管理有限公司

通讯地址：广西玉林市城区教育东路东南侧、公务员小区西南侧 B3 栋 5 号、6 号、7 号

电 话：0775-2687698

项目联系人：吴燕凤

(2) 缴纳成交服务费帐户

开户名称：广西诚友工程管理有限公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司玉林分行

银行账号：800131256900015

(3) 监督管理机构：玉林市财政局

电话：0775-2697961

第二章 货物需求一览表

货物需求一览表

说明:

1、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本一览表中参考品牌型号及技术参数不明确或有误的，或竞标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写竞标报价表和技术规格偏离表。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，竞标人应在竞标报价表中将其标配参数详细列明，否则该竞标无效。

序号	货物名称	设备技术参数及(性能)配置要求	数量	备注
1	全自动滴定仪	全自动滴定仪 1 台 MV 测量范围：-2000.0MV~+2000.0MV；MV 测量：分辨率 0.1MV，精度 0.1MV；pH 测量范围：-20.000PH~+20.000PH；pH 测量：分辨率 0.001PH，精度 0.003PH 16 位自动进样器（配件）1 台：适用 T960 Basic 1、设备用途： 用于检测食品、粮油、药品、谷物、农业、水产品、乳制品、化工、土壤、水质、植物、肥料、动物饲料、烟草、环境监测等样品中酸价、过氧化值、脂肪酸、氯离子、COD、酸度等指标。 2、工作条件： 2.1 电源：220 VAC ±10% 50Hz； 2.2 温度：操作环境 10-35℃，标准温度为 20℃±5℃； 2.3 实验室内的相对湿度一般应保持在 50-70%。 2.4 实验室的噪音、防震、防尘、防腐蚀、防磁与屏蔽等方面的环境条件应符合在室内开展的检定项目之检定规程和计量标准器具及计量检测仪器设备对环境条件的要求，室内采光应利于检定工作和计量检测工作的进行。 3、功能参数： 3.1：MV 测量范围：-2000.0MV~+2000.0MV。 3.2：MV 测量：分辨率 0.1MV，精度 0.1MV 3.3：pH 测量范围：-20.000PH~+20.000PH 3.4：pH 测量：分辨率 0.001PH，精度 0.003PH 3.5：温度测温范围：0~100℃ 3.6：温度测量精度：±0.1℃ 3.7：通讯方式：2 个 USB、232 串口、以太网，具有网络 CAN 总线通讯功能 ★3.8：2 通道滴定模块 3.9：可同时工作加液模块数量：2 3.10：滴定管规格：10ml，可选配 5ml, 25ml ★3.11：滴定管的分辨率：1/48,000 3.12：滴定管补液时间：16 秒（100%充液速度） ★3.13：电脑反控仪器，具有操作软件 3.14：电极接口类型：mv/pH 测量电极接口，参比电极接口，PT1000 温度电极接 3.16：内置式加液单元	1 套	

		<p>3.17: 可进行多重自检功能, 具备 PH 电极校准功能</p> <p>3.18: 可储存应用方案, 并实现一键调用;</p> <p>3.19: 电脑存储数据及方法, 可以随时回看数据</p> <p>★3.20: 符合 FDA、GLP、GMP、AOAC 规范, 具备审计追踪及三级以上分级管理系统, 具备防篡改功能及电子签名</p> <p>3.21: 具备 PH 非水复合电极、复合银电极、复合氧化还原电极, 具备防扩散滴定头</p> <p>3.22: 可进行酸碱滴定、沉淀滴定、非水滴定、氧化还原滴定、络合滴定</p> <p>配置清单:</p> <p>T960Basic 全自动电位滴定仪主机 1 套</p> <p>T9601 10ml 滴定管系统 1 套, 配下搅拌系统, 含磁力搅拌器, 转子 1 台</p> <p>PH 非水复合电极 (进口)</p> <p>复合氧化还原电极 (进口)</p> <p>复合银电极 (进口)</p>		
2	双门试剂冷藏冰箱	<p>1、功能描述: 可用于保存血浆、生物材料、疫苗、试剂等, 适用于科研所、血站等系统。</p> <p>2、电源: 220V/50Hz</p> <p>3、样式: 立式</p> <p>4、有效容积≥356L</p> <p>5、温度控制: 微电脑控制, 温度数字显示, 箱内温度-10℃~-25℃可调, 超温报警, 断电记忆功能;</p> <p>6、安全系统: 多种故障报警 (高低温报警, 传感器故障报警, 开门报警, 断电报警, 环温超高报警、电池电量低报警); 两种报警方式 (声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警)。</p> <p>7、显示: LED 显示, 可显示箱内温度、可设定高低温报警和箱内温度。</p> <p>8、玻璃外门, 上下双门。</p>	3 台	
3	2-8 度医用冷藏冰箱 (双开双门)	<p>1、立式对开门玻璃门设计, 箱内有效容积≥650L</p> <p>2、箱内温度控制范围: 2℃~8℃</p> <p>3、数字显示箱内温度, 微电脑控制, 显示精度 0.1, 带电源指示灯, 可显示箱内上部、下部温度以及平均温度。</p> <p>4、可实现超温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警, 带远程报警接口。</p> <p>5、配有 12V 4AH 电池, 断电后可声光报警 48 小时。</p> <p>6、双感温包设计, 模拟存储物品的表面温度, 而非感温探头处空气温度。</p> <p>7、高精度 5 路传感器设计, 可分别显示箱内上部温度、下部温度以及平均值; 主传感器故障后副传感器替代主传感器控制制冷系统运行; 并且可选择检测温度或者仿生温度。</p> <p>8、国产名牌压缩机, 环保无氟制冷剂。</p> <p>9、蒸发风机采用 2 个 ADDA 轴流风机、冷凝风机采用 1 个 EBM 罩极风机, 保证部件质量和整机可靠性。</p> <p>10、双层玻璃门体, 采用电极式电加热设计, 满足 32℃, 85%湿度无凝露。</p>	2 台	

		<p>11、门体可实现 90° 自动关门，防止用户忘记关门。</p> <p>12、带有 4 个可移动脚轮和 2 个可锁定的平衡底脚，方便产品移动和固定使用。</p> <p>13、所投产品的制造厂家通过 ISO9001、ISO13485 认证，具有医疗器械生产许可证。</p> <p>14、冷凝水自动蒸发功能，无需人工倒水；</p> <p>15、12V 直流 LED 冷光源设计，降低能耗；</p> <p>16、门体带锁设计，且是一把钥匙一把锁结构，保证存储物品的安全；</p> <p>17、产品配有测试孔，方便用户对箱内温度进行监测；</p> <p>18、配置 12 个带价目条的搁架，可以根据实际使用情况调整搁架间距，保证箱内空间利用率；</p> <p>19、产品具有医疗器械注册证，并能提供相应的国家级检测中心出具的检测报告；</p> <p>20、产品内胆采用钢板喷涂设计；</p> <p>21、可选配电子温度记录仪记录箱内数据（取数间隔 6 分钟，容量 10 年）；</p> <p>22、产品具有 TUV 出具的性能检测报告。</p>		
4	智能厌氧/微需养系统	<p>★1、基本要求：采用目前公认产生厌氧/微需氧条件最有效的“Flushing & Gassing”气体替换方法，来制造微生物培养所需的气体环境，包括厌氧.微需氧和 特殊氧气比例环境，用于对各种微生物进行厌氧、微需氧培养；使用弯曲菌专用双体培养罐配合弯曲菌培养检测试剂盒（双孔滤膜法），实现对弯曲菌的优化培养和检测。</p> <p>★2、达到的效果：能精确制造厌氧（氧浓度为 0%）.微需氧（氧浓度为 6%）和 特殊氧气比例的厌氧环境；弯曲菌培养软件组件可提供弯曲菌增强驱动培养最适气体环境，支持一键生成。</p> <p>3、技术参数要求：</p> <p>★3.1 功能：厌氧微需氧智能培养系统可配套多功能厌氧培养罐，每只厌氧罐均可支持多种厌氧培养应用，包括厌氧.微需氧和特殊氧气.特殊二氧化碳比例环境；弯曲菌培养软件组件可提供弯曲菌增强驱动培养最适气体环境。</p> <p>3.2 适用检测项目：用于国家食品污染物和有害因素风险监测要求的空肠弯曲菌，溶血性链球菌，双歧杆菌，乳酸菌和志贺氏菌检测；还可用于饮用天然矿泉水中的产气荚膜梭菌等需要厌氧.微需氧及特殊氧气浓度培养菌的分离培养。</p> <p>3.3 操作方式：</p> <p>3.3.1 采用彩色触摸操作屏≥4.3 吋，内置软件支持用户菜单式选择培养项目；</p> <p>★3.3.2 菜单包括弯曲菌培养.厌氧培养.二氧化碳培养及“特殊氧气比例的厌氧环境生成”；</p> <p>3.3.3 菜单式选择，一键启动，自动生成。</p> <p>3.4 控制器（主机）要求：</p> <p>3.4.1 含真空泵.培养罐接口和气瓶接口及编程控制组件；编程控制组件：所有的程序参数，如真空压力，反应气体压力，抽气注气循环次数都可通过控制器编程控制；编程后整个微需氧/厌氧条件生成过程自动运行，一键启动，中间无需人为干预。</p>	1 套	

- ★3.5 软件组件要求：“弯曲菌培养”软件组件，编程后整个“弯曲菌培养”气体条件生成过程自动运行，一键启动，中间无需人为干预；生成“弯曲菌增强驱动培养”气体条件最快≤2分钟。
- 3.5 达到培养条件时间：
 - ★3.5.1 “弯曲菌增强驱动培养”气体条件最快≤2分钟。
 - 3.5.2 “厌氧”条件最快≤4分钟；
- 3.6 气体消耗量：微需氧≤2L/12弯曲菌双孔板；厌氧≤7L/12平皿。
- 3.7 多功能培养罐：系列多功能智能厌氧罐配套了多种支架，适用于弯曲菌培养专用双孔板、培养皿、均质袋、微生物鉴定板条及三角瓶（志贺氏菌增菌用）等微生物实验载体。罐体透明，并可耐受清洁消毒；每只培养罐均可支持多种培养应用，包括厌氧、微需氧等。
- ★3.8 可链接双体培养罐：铰链式锁扣，多点加压，一扣即合；双向反受力贴合。
- ★3.9 质控及质量检测：
 - 3.9.1 质控程序可对罐体连接、输入气体压力、罐体泄漏、罐盖密闭性及厌氧催化剂活性等进行质控检测。
- ★3.10 微需氧培养试剂：配套弯曲菌双孔滤膜法试剂。

智能厌氧微需氧微生物培养系统配置表

编号	产品描述	数量
★1	系统主机：内置式无油精密真空泵、厌氧罐连接器，培养罐快速插拔连接管、气体连接管各一根； 系统控制组件及质控软件：高精密度压力传感器，CPU控制电路；质控软件功能包括双重罐体泄漏测试，气体输入气压测试，催化剂活性测试； 氧浓度设定（1%~15%）； 弯曲菌培养软件组件：编程后整个“弯曲菌培养”气体条件生成过程自动运行，一键启动，中间无需人为干预；生成“弯曲菌增强驱动培养”气体条件最快≤2分钟。	1台
2	培养罐(DW105)	2个
3	不锈钢培养皿夹具1叠6皿（φ9-10cm）	2个
★4	弯曲菌增强驱动法双孔板专用培养罐(DW225C)	1个
5	不锈钢培养皿夹具2叠12皿（φ9-10cm）或2叠4块双孔板	1个
6	产气荚膜梭菌专用双罐培养罐(DW225)	1个
7	不锈钢培养皿夹具2叠12皿（φ9-10cm）	1个
8	进口催化剂（6包/袋）	1袋
9	催化剂专用烘箱	1台
10	10L标准厌氧混合气	1瓶
11	罐体清洁消毒剂	1罐

		备注：标准气体、钢瓶、AB减压阀由成交供应商免费提供，且在交付验收合格前免费提供一次标准气体（标准混合气配方为：10%CO2、10%H2、80%N2）		
<p>售后服务及要求：</p> <p>1、售后服务要求：（1）按国家规定实行“三包”，产品质量执行行业标准；（2）免费送货上门，免费安装调试；（3）接收到用户设备故障维修要求通知后，2小时内做出响应，24小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过12小时，重大故障处理时限不超过24小时修复。（4）培训：设备安装调试完成后，成交人应立即提供免费技术培训，保证设备使用人员掌握设备操作的各种知识和技巧以及能排除简单的故障。（5）所有货物必须保证提供全新的合格产品，产品质量符合国家相关标准及安全规范，否则，采购方有权拒收货物。</p> <p>2、质保期：按厂家规定执行。</p> <p>3、交货期：合同签订之日起5天内。</p> <p>4、交货地点：采购单位指定地点。</p> <p>5、标注“★”的采购要求均为实质性要求，竞标时只能满足或优于该要求，否则，竞标无效。</p> <p>6、竞标人须提供产品制造商授权委托书复印件。</p> <p>7、成交供货时，采购人进行检验核实及对比是否是本次所采购的所需之产品，如出现所提供产品不符合采购要求或无法提供，均视为虚假应标处理。</p>				

第三章 合同条款及前附表

合同条款前附表

序号	条款号	内 容
	10.2	<p>付款应按下列条件进行：</p> <p>签订合同后，由甲方办理相关手续后，在 7 个工作日内支付合同总金额的 30%给乙方；待全部货物交货验收合格，甲方办理相关手续后，在 7 个工作日内一次性付清余下合同总金额的 70%。</p>

合同条款

一 说明

1.1 合同条款是指买方（以下简称甲方）和成交供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并做为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

1.2 制订《合同条款》的依据是：《中华人民共和国合同法》。

二 货物条款

2.1 甲、乙双方应将谈判采购文件、竞标文件及谈判小组确认的货物名称、规格、技术要求、质量标准、数量、交货日期和售后服务内容等作为本条款的基础。

三 技术资料

3.1 乙方应在交货时按谈判采购文件规定向甲方提供所采购货物等有关技术文件资料。

四 专利权

4.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用。

五 包装要求

5.1 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。

5.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、随配附件和工具。

六 质量保证

6.1 乙方应按谈判采购文件及竞标文件的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

6.2 所采购的货物国家有强制性标准的，竞标货物必须符合国家有强制性标准。

6.3 乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见货物需求一览表要求）。在保证期内货物本身发生的质量问题，乙方应在谈判采购文件规定的时间、方式给予处理，谈判采购文件没有规定但国家有明确规定的按国家规定执行。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：乙方须在 20 天内更换，并由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

6.4 如在使用过程中发生质量问题，卖方应在接到买方故障通知后即时响应，48 小时内解决问题。

6.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。

6.6 在质保期满后，乙方应继续提供有偿优质服务，如设备出现故障乙方及时进行保养。

七 验收

7.1 乙方交货前应对产品作全面检查和对验收文件进行整理列出清单，验收文件清单应随货物交甲方。货物到采购单位后，由采购单位先进行数量验收。

7.2 甲方对乙方所交货物依照谈判采购文件上的技术规格要求有关标准进行验收，验收合格的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。

7.3 对需国家相关部门验收合格后方能投入正常使用的产品，乙方应协助甲方完成相关的工作。

7.4 甲方应在货到指定地点安装调试合格之日起 5 个工作日 内验收完毕，并作出验收结果报告。验收时乙方必须到现场。

7.5 验收费用：验收所发生的费用由乙方负责。

八 货物发运及运输

8.1 乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。

8.2 货物在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

8.3 货物在发运手续办理完毕后 48 小时内或货到甲方前 48 小时通知甲方，以准备接货。

九 交货期及交货方式

9.1 交货期：按《货物需求一览表》规定时间。

9.2 交货方式：现场交货。

9.3 交货地点：按《货物需求一览表》规定地点。

十 付款

10.1 本合同以人民币付款。

10.2 付款方式：甲方将按“合同条款前附表”规定的付款计划安排付款。

十一 违约责任

11.1 逾期交货或无正当理由拒收的，违约方每天按合同额的 1% 支付违约金。

11.2 逾期超过 10 天仍不能交货的，甲方可解除双方的供货合同，乙方应按合同总金额的 10% 向甲方支付违约金，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

11.3 货物（验收合格）在三个月内故障率达到 15% 以上的，视为乙方违约，乙方应按故障货物总价值的 20% 向甲方支付违约金，并且甲方有权退货或要求贬值处理，由此造成的一切损失全部由乙方负责。货物在一年内故障率达 10% 以上 20% 以下的，视为乙方违约，除负责免费修理和更换零部件外，甲方将扣除合同额 4% 的货款作为乙方向甲方支付的赔偿金；货物在一年内故障率达 20% 以上的，除负责免费修理和更换零部件外，甲方将扣除合同额 5% 的货款作为乙方向甲方支付的赔偿金。

11.4 其它未尽事宜，双方签订合同时按合同法议定。

十二 不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期限内，甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关权威机关证明以后，经双方协商允许延期履行、部分履行、或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十三 合同纠纷解决

13.1 双方在履行合同中发生的一切纠纷，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，向合同履行地仲裁机构申请仲裁或向法院起诉。

十四 合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

14.2 合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为主合同不可分割的一部分。

第四章 合同书格式

合同书格式

需方（甲方）：_____ 合同编号：

供方（乙方）：_____ 签订地点：

签订日期： 年 月 日

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- (1) 合同基本条款
- (2) 竞标人提交的竞标函、竞标报价表和售后服务承诺等全部竞标文件
- (3) 货物需求一览表、谈判记录、应答文件及最终报价表
- (4) 成交通知书
- (5) 甲、乙双方商定的补充协议

二、合同范围和条件：本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、货物采购和服务内容：本合同所涉及的乙方应提供的货物和服务内容详见《货物需求一览表》中所列内容和“合同基本条款”。

四、合同金额：合同的总金额为人民币（大写）：_____（¥_____）。

五、交货期：本合同货物的交货时间在合同的基本条款中有明确规定。

六、交货数量：货物名称及数量详见采购文件《货物需求一览表》。

七、质量标准：按竞标文件中技术规格响应表中之有关数据。

八、供方对质量负责的条件及期限：（1）所供设备必须是原装生产产品，符合国家质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书。（2）合格率达到 100%。（3）供需双方签署验收证书后，产品才视为接受，并开始计算质保期，质保期为_____个月，在质保期内，供方按生产厂家的保修规定进行保修，并按竞标文件说明的保修条件进行维修。

九、包装标准、包装物的供应与回收：产品包装须适合长途运输及合理的多次搬动。产品的包装物，由供方负责供应。可以多次使用的包装物，应按有关主管部门制订的包装物回收办法执行。产品的包装费用，由供方负担。

十、随机的必备品、配件、工具、数量及供应办法：按供方竞标文件承诺执行。

十一、合理损耗标准及计算方法：按国家有关规定执行。

十二、货物所有权自交货验收合格之日起转移，但需方未履行支付价款义务的，货物属于供方所有。

十三、交（提）货方式、地点：（1）交货方式：供方送货。（2）交货地点：需方指定地点。

十四、运输方式及到达站（港）和费用负担：（1）运输方式：火车或汽车。（2）费用负担：供方负责。

十五、检验标准与方法：到货验收：数量、外包装。如发现外包装破损和设备外观损坏，由供方调换；设备质量：安装后开机验收。

十六、成套设备的安装、调试与培训：由供方承担。

十七、付款方式：按“合同基本条款前附表”规定。

十八、售后服务：按供方竞标文件承诺的售后服务执行。

十九、本合同解除的条件：按合同基本条款第 12 条执行。

二十、违约责任：按合同基本条款第 11 条执行。

二十一、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第（一）种方式解决：

（一）提交合同履行地仲裁机构仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

二十二、本合同正本一式六份，甲乙双方各执二份，采购代理机构及同级财政政府采购监督管理部门各一份，自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。

二十三、其他约定事项：合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为本合同不可分割的一部分。

需方	供方
需方（章）：	供方（章）：
地址：	地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：
传真：	传真：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：

注：本合同条款仅作参考，竞标人在与采购人在签订合同时有权提出修改意见，经双方协商同意作为主合同可分割的一部分。

第五章 竞标文件格式

一、商务部分

1. 竞标封面格式

正（副）本

竞标单位名称

竞 标 文 件

项目名称： _____

项目编号： _____

竞标人（公章）： _____

地 址： _____

法定代表人或委托代理人签字： _____

联系电话： _____

（至 ____年__月__日北京时间__时__分以前不得开封）

2. 竞标函格式

致：广西诚友工程管理有限公司

根据贵方_____项目谈判采购文件，项目编号_____，正式授权下述签字人_____（姓名和职务）代表竞标人_____（竞标单位名称），提交竞标文件正本壹份，副本叁份。

- 一、竞标报价表；
- 二、竞标人资格证明文件；
- 三、竞标货物合格的证明文件；
- 四、售后服务承诺书；
- 五、技术规格响应表；
- 六、其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

(1)按谈判采购文件货物需求一览表和竞标报价表，竞标总报价（大写）_____元人民币（¥_____），交货期：_____。

(2)我们根据谈判采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

(3)我们已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

(4)我们同意在竞标人须知规定的截标日期起遵循本竞标文件，并在竞标人须知第 14 条规定的竞标有效期满之前均具有约束力，并有可能成交。

(5)如果在竞标截止时间后的竞标有效期内撤回竞标或者有其他违约行为，我们的竞标保证金可被贵方全部没收。

(6)我们同意提供按照贵方可能要求的与本竞标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何竞标。

与本竞标有关的正式通讯地址为：

地址：_____ 邮政编码：_____

电话、电报、传真或电传：_____

开户名称：_____

开户银行：_____

帐号：_____

法定代表人或委托代理人签名：_____

竞标人盖公章：_____

日期：_____

3. 竞标报价表格式

项号	货物名称	设备技术参数及 (性能)配置要求	数量 ①	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
...						
N						
总报价 (人民币大写): _____ (¥ _____ 元)。						
交货期: _____。						
注: 1、竞标报价指货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点的各种费用和售后服务、税金、安装、调试、验收、及其他所有成本费用的总和。						

竞标人盖公章: _____

法定代表人或委托代理人签字: _____

日期: _____

4. 竞标人资格证明文件格式

（竞标人按竞标须知第 12 条要求提供）

5. 法人授权委托书格式

兹授权_____同志为我方参加_____项目竞标 (项目编号:_____) 竞标代理人, 其代理权限为: _____

代理期限从 年 月 日至 年 月 日止

委托单位: _____ (公章) 法定代表人: _____ (签字)

签发日期: 年 月 日

附: 1、代理人工作单位: _____ 职务: _____
 身份证号码: _____ 性别: _____ 年龄: _____

2、委托人企业法人营业执照号码: _____
 地址: _____ 经济性质: _____
 注册资金: _____ 经营方式: _____
 经营范围: _____

说明:

- 1、法人授权委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效的时间。
- 2、委托书内容填写要明确, 文字要工整清楚, 涂改无效。
- 3、委托书不得转借、转让, 不得买卖。

代理人根据授权范围, 以委托单位的名义签订合同, 并将此委托书提交给对方作为合同附件。

6. 竞标货物合格的证明文件格式

（竞标人按竞标须知第 12.2 条款要求提供）

7. 售后服务承诺书格式

（由竞标人按《货物需求一览表》售后服务及要求自行填写）

二、技术部分

1、 技术规格响应表

项号	货物名称	采购技术要求	竞标技术规格	偏离

注:

- 1、 竞标技术规格由竞标人按照竞标文件货物需求一览表对应的技术参数及性能逐条对应进行填写。
- 2、 此表竞标技术规格与竞标报价表和产品检验报告证书的技术指标不符的，以产品检验报告证书的技术指标为准。
- 3、 竞标技术规格与采购技术要求相同的为无偏离，竞标技术规格高于采购技术要求的为正偏离，低于采购技术要求的为负偏离。

竞标人盖公章： _____

法定代表人或委托代理人签字： _____

日期： _____

2、技术文件

三、其他

第六章 评标办法

评标办法

一、评标原则

（一）谈判小组构成：本项目的谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上（含三人）的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：以本竞争性谈判采购文件、竞标文件、谈判应答文件为评定依据。

（三）评标方法：采用最低评标价法。

二、评定方法及成交标准

（一）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和自治区优化营商环境百日攻坚行动的部署，谈判供应商认定为小型和微型企业的（以竞标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对竞标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最终竞标报价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体竞标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体竞标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=最终竞标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=最终竞标报价。

竞争性谈判的主要产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

竞争性谈判的主要产品提供企业按《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定被认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（二）竞标产品符合采购需求、质量和服务相等时，谈判小组将按评标报价由低到高顺序排列，并推荐最低评标报价的竞标人为成交候选供应商。当评标报价相同时，按竞标报价由低到高顺序排列；当评标报价、竞标报价相同时，按技术指标优劣排列；当评标报价、竞标报价、技术指标相同时，按竞标人信誉优劣排序；当评标报价、竞标报价、技术指标、竞标人信誉相同时，由谈判小组集体讨论确定排序（意见不统一时，以记名投票方式确定排名，并按由低到高的原则推荐成交候选供应商）。采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。排名第一的成交候选供应商放弃成交，因不可抗力提出不能履行合同，或者竞标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商，排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选供应商为成交供应商，其余以此类推。

（三）谈判小组认为，某竞标人的有效报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，谈判小组可以取消该竞标人的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

附件：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

附件：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件:

政府采购项目合同验收报告 (格式)

根据政府采购合同 (采购合同编号: _____) 的约定, 我单位对 (项目名称) 政府采购项目中标 (或成交) 供应商 _____ (公司名称) 提供的货物 (或服务) 进行了验收, 验收情况如下:

验收方式		<input type="checkbox"/> 自行验收	<input type="checkbox"/> 联合验收	
序号	名 称	货物型号规格、标准及配置 (或服务内容、标准)	数量	金额
合 计				
合计大写金额: 人民币 _____ 元				
实际供货日期		合同交货验收日期		
验收具体内容		(应按采购合同、采购文件、竞标竞标文件及验收方案等进行验收; 并核对中标或成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)		
验收小组意见		验收结论性意见:		
		有异议的意见和说明理由:		
验收小组成员签字:				
参与验收其他或监督人员签字:				
中标 (或成交) 供应商签字或盖章:		采购单位的意见 (盖章):		
联系电话:		联系电话:		
年 月 日		年 月 日		

备注: 本报告单一式三份 (采购单位 1 份、成交供应商 1 份、采购代理机构 1 份)。