



广西元强建设的项目管理有限公司

公开招标采购文件

项目名称：来宾市兴宾区妇幼保健院冷刀等离子双重宫腹腔镜
手术系统项目采购

项目编号：LBXBZC2021-G1-00012-GXYQ

采购单位：来宾市兴宾区妇幼保健院

采购代理机构：广西元强建设的项目管理有限公司

监督管理部门：来宾市兴宾区财政局政府采购监督管理办公室

2021 年 05 月

目 录

第一章 公开招标公告.....	1
第二章 招标项目采购需求.....	3
第三章 投标人须知.....	18
第四章 评标办法及评分标准.....	32
第五章 合同主要条款格式.....	35
第六章 投标文件格式.....	43

第一章 公开招标公告

来宾市兴宾区妇幼保健院冷刀等离子双重宫腹腔镜手术系统项目采购 (LBXBZC2021-G1-00012-GXYQ) 公开招标公告

项目概况

来宾市兴宾区妇幼保健院冷刀等离子双重宫腹腔镜手术系统项目采购招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（广西·来宾）（<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/lbggzy/>）获取采购文件，并于 2021 年 月 日 时 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：LBXBZC2021-G1-00012-GXYQ

项目名称：来宾市兴宾区妇幼保健院冷刀等离子双重宫腹腔镜手术系统项目采购

预算金额：2250000.00 元

最高限价：2250000.00 元

采购需求：冷刀等离子双重宫腹腔镜手术系统采购，具体内容详见招标文件。

交付使用期：自签订合同之日起 60 天内安装调试完毕，验收合格并交付使用。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；具有中华人民共和国国内独立法人资格，在人员、设备、资金等方面达到本项目的招标要求。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：投标人须具有有效的医疗器械生产企业许可证或医疗器械经营企业许可证或第二类医疗器械经营备案凭证。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

5、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：2021 年 月 日至投标截止时间止，每天上午 8:00 至 12:00，下午 15:00 至 18:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：由潜在投标人的账号及密码或企业 CA 锁登录全国公共资源交易平台（广西·来宾）（<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/lbggzy/>）自行下载招标文件电子版。

方式：由潜在投标人的专职投标员凭本人的身份证证号及密码或企业 CA 锁登录全国公共资源交易平台（广西·来宾）（<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/lbggzy/>）免费下载招标文件。

售价：招标文件每套售价 250 元(不再收取其他任何费用)，采购代理机构在投标人递交投标文件现场收取费用及开具凭证（请各投标人尽量合理安排时间，招标代理工作人员以购买招标文件凭证接收投标文件）。

注：1. 依据国家税务总局 2017 年第 16 号《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》的规定，索取发票的，投标人应当提供纳税人识别号或统一社会信用代码；

2. 已获取招标文件的投标人不等于符合本项目的投标人资格。

3. 为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取招标文件后登录政采云（<https://www.zcygov.cn/>）进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2021 年 月 日 时 分（北京时间），逾期送达将予以拒收；

地点：来宾市公共资源交易中心开标厅（广西来宾市红水河大道 331 号政务服务中心 3 楼，具体开标室详见当天电子显示屏）

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采〔2015〕24 号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）、强制采购、优先采购节能产品、环境标志产品、《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（桂政办发〔2015〕78 号）等政府采购相关政策。

2、逾期送达或未按规定密封的投标文件将被拒绝；没有购买招标文件的供应商的投标文件将被拒绝。投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人应参加开标会并签到。投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人未参加开标的，视同认可开标结果。

3、网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、全国公共资源交易平台（广西·来宾）（<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/lbggzy/>）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名 称：来宾市兴宾区妇幼保健院

地 址：来宾市兴宾区北二路 35 号

联系方式：李工 电 话：18877296069

2、采购代理机构信息

名 称：广西元强建设项目管理有限公司

地 址：来宾市红水河大道 87-89 号

联系方式：0772-4228388

3、项目联系方式

项目联系人：陈廷

电 话：0772-4228388/15577037271

4、监督管理部门：来宾市兴宾区财政局政府采购监督管理办公室

电 话：0772-4218580

采购代理机构：广西元强建设项目管理有限公司

2021 年 月 日

第二章 招标项目采购需求

说明：

- 1、投标人的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术参数及性能（配置）要求。
- 2、本需求中的“技术参数及性能（配置）要求”不明确或有误的，投标人请以详细、正确的技术参数性能（配置）同时填写投标报价表和技术规格响应表。
- 3、凡在“招标项目采购需求”中表述为“品牌”或“标配”或“标准配置”或表述为区间的参数及条款，投标人须在投标文件中以具体明确的参数响应，否则投标无效。
- 4、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W），单元式空气调节机（制冷量>14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备[视频监控设备（监视器）]，便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目。若采购货物含有此类产品时，供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品。供应商须在投标文件中提供此类产品有效的节能产品认证证书复印件，否则投标无效。
- 5、货物需求一览表中，“▲”项为实质性必须满足项，实质性必须满足项如任意一项负偏离的则按废标处理。
- 6、本项目政府采购预算控制价及最高限价为详见招标公告，超出采购预算金额，采购人不能支付的将被视为无效投标处理。

一、技术要求表				
序号	货物名称	单位	数量	技术参数及性能（配置）要求
1	冷刀双重等离子腹腔镜系统	套	1	（一）总体要求： 用于宫腔疾病的治疗，包括子宫肌瘤（0/1/2型）、息肉、粘连、纵膈、畸形、丝线残留、胎盘残留以及宫腔内异物取出。 2、既可采用机械能量操作（不带电操作），又可采用电能量操作；既可使用单极电流，也可使用双极电流；可以使用生理盐水作为膨宫液，也可以使用糖水作为膨宫液。 （二）技术参数 ▲1、平行视野宫腔镜一条，镜子视角 12° 或 30°，器械通道最小宽度 6mm，插入部分最大宽度 8.4mm，蓝宝石镜面，可高温高压消毒。 ▲2、连续灌流外鞘、闭孔器 一套。 ▲3、可配合宫腔镜通道使用的直径≥3mm 手术器械，≥3mm 手术器械至少包括双开弯剪及微型单开直剪、带齿抓钳、无

				创抓钳以及弯分离器钳，器械可 360 度旋转。 ▲4、可配合平行视野宫腔镜通道使用的单极电钩及电凝棒共三支（可选不同形状）。 ▲5、可配合平行视野宫腔镜通道使用的双极电钩三支（可选不同形状）。 双极宫腔电切镜直径 4mm、12° 或 30°，可高温高压消毒。 7、连续对流镜鞘一只。 8、双极电切工作手件一套 9、双极电切环、针状电极、滚球电极、汽化电极各一支。 10、相配套等离子电切导线一条，双极导线一条以及单极导线一条。 11、金属电切环消毒管（可高温高压）一根。 12、消毒篮（可高温高压）两个
2	电外科能量系统-双极水下电切	套	1	（一）用途：适用于内窥镜手术和开放手术中组织切割、凝血。双极水下电切和电凝功能满足膀胱肿瘤切除、前列腺切除、前列腺汽化和宫腔电切的手术。 （二）技术性能要求 ▲1. 触控屏操作，不少于 5 块触控屏，强化玻璃面板，清晰直观、简单方便。 2. 具备智能能量控制系统，采用火花调节技术，实时监测组织阻抗变化，将切割和凝血完美结合，更快的切跟速度，更低的热损伤。 3. 独立输出端口≥4 个，两个单极输出口和两个双极输出口可同时连接四个器械，器械连接和启动具有声光提示。 4. EASY（电极应用系统）：检测患者与电极之间的接触质量，监测电流密度、电极有效使用面积、患者皮肤导电能力。 ▲5. 婴儿安全手术模式，使用婴儿专用中性电极时自动限制输出模式和功率及负极板接触质量，保证婴儿手术的安全性。 6. COMFORT 智能器械管理，使用 RFID 技术，完成器械识别、智能设置功能和参数、器械信息检测、不合理的参数修改。 7. Plig' nCut 智能连接管理，检测附件与主机的连接、连接不正确时不允许启动等。 ▲8. 专科程序选择，方便功能设定；程序存储功能可存储不少于 350 组程序。 9. 具有升级功能不断完成功能的扩展，本机能够升级血管闭合等。 10. 具有光纤插口、以太网、USB、音频输入、CAN/UART 通信接口。可通过以太网接口可进行远程故障检测、维护等。 （三）功能要求 ▲1. 双极水下电切：全自动功率调整，至少 3 种效果，可以匹配各品牌双极电切镜。

				2. 双极水下电凝：≥350W 3. 双极电切-标准电切：功率≥200W； 4. 双极剪刀电切：功率≥120W 5. 双极电凝：功率≥120W，具有标准、自动启动、强力、精细等模式。 6. 双极剪刀电凝：功率≥120W 7. 双极腹腔镜电凝：功率≥120W 8. 单极标准电切：功率≥350W，≥9 种混切效果； 9. 单极精细电切：功率≥50W，≥9 种混切效果； 10. 单极无血电切：功率≥200W，≥9 种混切效果； 11. 单极水下电切：功率≥250W，≥5 种混切效果； 12. 单极氩气电切：功率≥300W，≥9 种混切效果 13. 单极腹腔镜电切：功率≥200W，≥9 种混切效果； 14. 单极 Metroloop 电切：功率≥200W，≥3 种效果 15. 单极柔和电凝：功率≥120W，≥3 种效果 ▲16. 单极强力切割模式电凝：功率≥250W，≥4 种效果 17. 单极水下电凝：功率≥120W 18. 单极同步电凝：功率≥120W，≥3 种效果 19. 单极腹腔镜电凝：功率≥120W 20. 单极心脏/乳腺手术电凝：功率≥60W 21. 单极胸腔手术电凝：功率≥100W
3	医用内窥镜摄像系统	套	1	1. 输出像素：1920 x 1080 逐行扫描，3CMOS 设计。 ▲2. 水平极限清晰度>1400 线 3. 最低照度：< 3 lx（勒克斯） 4. 快门速度：自动：1/50s to 1/50000s 5. 快门关闭状态：1/50s 6. 白平衡：自动模式/手动模式 7. 信噪比：>50dB 8. 摄像头防水级别：IPX7 9. 色彩还原能力：≥四级 10. 视频输出：DVI，S-VIDEO，COMPOSITE VIDEO。 11. 5 种工作模式，可兼容各种硬镜、软镜，在纤维镜工作中具备特有的降低摩尔纹功能。 图像亮度增强：3 级可调，使阴影部位亮度更高。 通过锐度调整，呈现更清晰的细节。 ▲14. 主机自带黑平衡功能：ABB（自动黑平衡），有效清除屏幕亮点。 ▲15. 提供最大至 2.5 倍数数码变焦和图像冻结功能拥有翻转、镜像、旋转功能。 16. 摄像头具有遥控功能，所有功能均可用摄像头的按键实现，可由手术者自由控制。

				▲17. 颜色增强功能:通过改变图像颜色，让操作者能看到组织更深部位的图像，使病变组织和正常组织出现边界，更早发现病灶。 18. 主机可增加 USB 接口，插 U 盘、移动硬盘即可实现 1080p 高清图片捕捉、以及每秒 50 帧的全高清动态录像的功能。 19. 产品符合 YY0505-2012《医用电气设备第 1-2 部分：安全通用要求并列标准电磁兼容要求和试验》规定的要求，可与其他设备共同使用。 20. 摄像头电缆使用耐腐蚀，耐高温，超柔软硅胶材料，便于消毒灭菌。
4	医用冷光源	套	1	1. 电源电压：~220, 50HZ 2. 色温：≥5500K 3. 光照度：≥3000000LX 4. 显色指数：≥92 5. 光照均匀度：<0.5
5	气腹机	套	1	安全分类 I 类 BF 型 电源~220V 50Hz 额定功率 40VA 三级减压，安全性能高 压力设定范围 0.67kPa~3.30kPa（5mmHg~25mmHg） 进气方式可连接钢瓶或中央供气 大流量供应，流量设定范围 10L/min; 20L/min; 30L/min 三档。 微电脑控制，漏气自动快速补气。 实时监测腔内压力，并通过面板显示。 供气压力不足有声光报警功能 过压有声光报警并自动泄压功能 配件可与其他进口品牌匹配 管路可高温高压或低温等离子消毒 运行方式连续加载/间歇运行 噪声≤50dB（A） 整机保修时间二年 外形尺寸 330*330*120mm 重量 6.5kg 优点： 安全，多重保护，确保手术安全。 稳定，故障率极低。 便宜，性价比高。
6	腹腔镜手术器械	批	1	1. 腹腔内窥镜 10/30° 工作长度 320mm，插入直径 Φ10mm±0.1mm 粗糙度≤0.8um

			视场角$\geq 70^\circ$，视向角 30° 角分辨力 3.4C/（°） 有效景深范围 3-100mm 视场质量：高清晰：4 号分辨率板可视 18-21 组。圆整、无（坏点、划痕、麻点、附着物）、无（重影、鬼影、闪烁、可见杂质、气泡）。 颜色分辨能力和色还原性：显色指数≥ 93 耐腐蚀性能 b 级，耐酸、耐碱。 内镜自带多种光纤转接头。种类≥ 3 种 2. 穿刺器磁性片阀带保护$\Phi 5.5$ 硬度为 330HV0.2~420HV0.2 有光亮应不大于 $0.4\mu\text{m}$ 无光亮应不大于 $0.8\mu\text{m}$ 抛光不到的部位应不大于 $6.3\mu\text{m}$ 功能及用途：穿刺器主要由穿刺针、穿刺套管、水阀、闭孔板和密封帽组成。其主要作用是在气腹下的微创手术中，给其他的手术器械（如内窥镜、手术钳、冲洗管等）形成通道，实施手术。穿刺针针头锋利，在 100N 力作用下应能顺利进入腹腔，其刃边无白口、缺口和毛刺等缺陷。穿刺器表面可处理成有光亮或无光亮，穿刺器表面平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼就能识别的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂。 3. 穿刺器磁性片阀带保护$\Phi 10.5$ 硬度为 330HV0.2~420HV0.2 有光亮应不大于 $0.4\mu\text{m}$ 无光亮应不大于 $0.8\mu\text{m}$ 抛光不到的部位应不大于 $6.3\mu\text{m}$ 功能及用途： 穿刺器主要由穿刺针、穿刺套管、水阀、闭孔板和密封帽组成。其主要作用是在气腹下的微创手术中，给其他的手术器械（如内窥镜、手术钳、冲洗管等）形成通道，实施手术。穿刺针针头锋利，在 100N 力作用下能顺利进入腹腔，其刃边无白口、缺口和毛刺等缺陷。穿刺器表面可处理成有光亮或无光亮，穿刺器表面平整光滑、无毛刺和锋棱、无肉眼就能识别的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物，以及无磨削剂、抛光剂和防腐剂。 4. 钛夹钳 硬度：头部 400HV0.2~600HV0.2 粗糙度：头部 $R_a \leq 0.8\mu\text{m}$ 尺寸：D(直径)$\Phi 10 \pm 0.2$， L(工作长度)330mm； 灭菌方式：压力蒸气灭菌，过氧化氢低温等离子体灭菌
--	--	--	---

			夹持力：$\geq 15\text{N}$ 钳头开闭灵活，无卡滞。钳头两片相互吻合，无错口，无偏摆，钳齿清晰。转动部分 360° 旋转自如。外表光滑、无毛刺、裂纹、能顺利通过穿刺器。钳头有良好的弹性，当夹持 2mm 紫铜棒时，钳子各部位不产生变形和断裂现象。 5. 双极电凝钳（有分离功能） 硬度：钳头 HRC40~HRC45， 粗糙度：头部 $Ra \leq 0.8\mu\text{m}$ 尺寸：D(直径) $\Phi 5 \pm 0.3$ L(工作长度) $330\text{mm} \pm 3\text{mm}$ 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 患者漏电流（正常工作温度）（ac, dc）：$< 0.001\text{mA}$， 患者漏电流（潮湿预处理后）（ac, dc）：$< 0.05\text{mA}$， 功能及用途：外观光滑、平直、无锋利、毛刺、裂纹，能顺利通过相应的穿刺器或转换器，配合性能良好。转柄 360° 旋转自如，无卡滞现象，钳芯拆卸、组装方便，钳头二片相互吻合，无错口、偏摆现象，钳齿清晰完整，无缺齿、烂齿、毛齿等缺陷。开闭灵活，无卡滞现象，各联接部位牢固可靠，焊缝平整，无脱焊堆焊现象。 6. 弯剪 硬度：头部 300HV0.2~600HV0.2 粗糙度：头部 $Ra \leq 0.8\mu\text{m}$ 尺寸：D(直径) $\Phi 5 \pm 0.2$ L(工作长度) $330\text{mm} \pm 3\text{mm}$ 患者漏电流（正常工作温度）（ac, dc）：$< 0.001\text{mA}$ 患者漏电流（潮湿预处理后）（ac, dc）：$< 0.05\text{mA}$ 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 剪刀刃口锋利，能剪切 8 层 21 支纱布。头部开闭灵活，无卡滞。钳头两片相互吻合，无错口，无偏摆，钳齿清晰。转动部分 360° 旋转自如。外表光滑、无毛刺、裂纹、能顺利通过穿刺器。 7. 直分离钳 硬度：头部 300HV0.2~600HV0.2 粗糙度：头部 $Ra \leq 0.8\mu\text{m}$ 尺寸：D(直径) $\Phi 5 \pm 0.2$ L(工作长度) $330\text{mm} \pm 3\text{mm}$ 患者漏电流（正常工作温度）（ac, dc）：$< 0.001\text{mA}$ 患者漏电流（潮湿预处理后）（ac, dc）：$< 0.05\text{mA}$ 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 夹持力：$\geq 15\text{N}$。 功能及用途：钳头开闭灵活，无卡滞。钳头两片相互吻合，
--	--	--	--

			无错口，无偏摆，钳齿清晰。转动部分 360° 旋转自如。外表光滑、无毛刺、裂纹、能顺利通过穿刺器。钳头有良好的弹性，当夹持 2mm 紫铜棒时，钳子各部位不产生变形和断裂现象。 8. 弯分离钳 硬度：头部 300HV0.2~600HV0.2 粗糙度：头部 $Ra \leq 0.8\mu m$ 尺寸：D(直径) $\Phi 5 \pm 0.2$ L(工作长度) 330mm $\pm 3mm$ 患者漏电流（正常工作温度）(ac, dc) : $< 0.001mA$ 患者漏电流（潮湿预处理后）(ac, dc) : $< 0.05mA$ 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 夹持力：$\geq 15N$。 功能及用途：钳头开闭灵活，无卡滞。钳头两片相互吻合，无错口，无偏摆，钳齿清晰。转动部分 360° 旋转自如。外表光滑、无毛刺、裂纹、能顺利通过穿刺器。钳头有良好的弹性，当夹持 2mm 紫铜棒时，钳子各部位不产生变形和断裂现象。 9. 胆囊抓钳 硬度：头部 300HV0.2~600HV0.2 粗糙度：头部 $Ra \leq 0.8\mu m$ 尺寸：D(直径) $\Phi 5 \pm 0.2$ L(工作长度) 330mm $\pm 3mm$ 患者漏电流（正常工作温度）(ac, dc) : $< 0.001mA$ 患者漏电流（潮湿预处理后）(ac, dc) : $< 0.05mA$ 灭菌方式：压力蒸气灭菌，过氧化氢低温等离子体灭菌。 夹持力：$\geq 15N$。 功能及用途：钳头开闭灵活，无卡滞。钳头两片相互吻合，无错口，无偏摆，钳齿清晰。转动部分 360° 旋转自如。外表光滑、无毛刺、裂纹、能顺利通过穿刺器。钳头有良好的弹性，当夹持 2mm 紫铜棒时，钳子各部位不产生变形和断裂现象。 10. 组织抓取钳 硬度：头部 300HV0.2~600HV0.2 粗糙度：头部 $Ra \leq 0.8\mu m$ 尺寸：D(直径) $\Phi 5 \pm 0.2$ L(工作长度) 330mm $\pm 3mm$ 灭菌方式：压力蒸气灭菌，过氧化氢低温等离子体灭菌 夹持力：$\geq 15N$。 功能及用途：钳头开闭灵活，无卡滞。钳头两片相互吻合，无错口，无偏摆，钳齿清晰。转动部分 360° 旋转自如。外表
--	--	--	---

			光滑、无毛刺、裂纹、能顺利通过穿刺器或转换器。钳头有良好的弹性，当夹持 2mm 紫铜棒时，钳子各部位不产生变形和断裂现象。 11. 持针钳 钳头硬度：300HV0.2~600HV0.2 粗糙度：头部 $Ra \leq 0.8\mu m$ 尺寸：D(直径) $\Phi 5 \pm 0.2$ L(工作长度) $330mm \pm 3mm$ 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 夹持力：$\geq 15N$。 功能及用途：钳头开闭灵活，无卡滞。钳头两片相互吻合，无错口，无偏摆，钳齿清晰。外表光滑、无毛刺、裂纹、能顺利通过穿刺器。钳头有良好的弹性，当夹持 2mm 紫铜棒时，钳子各部位不产生变形和断裂现象。夹持缝合针时稳定，可靠。 12. 冲吸器 粗糙度：头部 $Ra \leq 0.8\mu m$ 尺寸：D(直径) $\Phi 5 \pm 0.2$ L(工作长度) $330mm \pm 3mm$ 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 换向开关可靠，转动部位旋转灵活，能顺利通过相应的穿刺鞘或转换器，无卡滞现象，联接部位牢固可靠，焊缝平整、无脱落或堆焊现象。 13. 电钩 尺寸：D(直径) $\Phi 5 \pm 0.2$ L(工作长度) $330mm \pm 3mm$ 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 功能及用途：电凝器能顺利通过相应的穿刺鞘或转换器，无卡滞现象。 14. 电棒 尺寸：D(直径) $\Phi 5 \pm 0.2$ L(工作长度) $330mm \pm 3mm$ 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 功能及用途：电凝器能顺利通过相应的穿刺鞘或转换器，无卡滞现象。 15. 转换器 粗糙度：头部 $Ra \leq 0.8\mu m$ 尺寸：D(直径) $\Phi 10$ L(工作长度) $50mm \pm 1mm$ 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 功能及用途：转换器主要由导管、手把、封帽组成，作用于
--	--	--	--

				微创手术中，可将 $\phi 10.5$ 穿刺器插口转换成 $\phi 5$ 器械使用。 方便术者手术中频繁转换各类器械使用。 16. 气腹针 尺寸：D（直径）$\phi 2.2$ 鞘管头部经热处理，硬度$\geq 210\text{HV}0.2$ 粗糙度：头部 $Ra \leq 0.4\mu\text{m}$ L(工作长度) $100 \sim 150\text{mm}$ 鞘管头部角度为 30°，允差$\pm 10^\circ$ 穿刺锋利，在外力释放后，针芯能及时无阻碍的从鞘管弹出复位，各联接部位牢固可靠，焊缝平整、无脱焊或堆焊现象。 器械的耐腐蚀性能达到 YY/T 0149-2006 中沸水试验法 b 级的规定。 17. 高频电缆线（单极） L(工作长度) 3000mm 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 功能及用途：手术钳和高频发生器的连接导线。
7	医用加压器 (灌注泵)	套	1	电源：AC 220 V 50 Hz 额定功率：50 W 压力设定范围：10Kpa$\sim$50Kpa 流量设定范围：0.1L$\sim$0.8L/min 设备安全分类：I 类 BF 型 运行方式：连续运行 噪声：$\leq 70\text{dB(A)}$ 外形尺寸：360*310*130mm 重量：9kg 使用环境温度：$+5^\circ\text{C} \sim +40^\circ\text{C}$ 使用相对湿度：$\leq 80\%$ 大气压力范围：760hpa-1060hpa
8	宫腔内窥镜 (检查 4mm)	套	1	宫腔内窥镜： 视向角：30° 视场角：$\geq 60^\circ$ 工作长度：$\geq 300\text{mm}$ 插入部分最大宽度：$\phi 4\text{mm}$ 粗糙度：$\leq 0.8\mu\text{m}$ 角分辨率：3.15C/($^\circ$) 有效景深范围：3-100mm 视场质量：清晰、圆整、无（坏点、划痕、麻点、附着物）、无（重影、鬼影、闪烁、可见杂质、气泡），在工作距离处照明光斑充满视场，无明显的亮暗分界线。 颜色分辨能力和色还原性：显色指数≥ 90 耐腐蚀性能：b 级，耐酸、耐碱（YY/T 0149 标准）

				灭菌：低温等离子体灭菌 目镜罩：$\phi 31.75 \pm 0.10\text{mm}$ 使用性能：配合后锁止可靠，插入轻松自如、拆卸方便。 镜鞘： 工作长度$\geq 190\text{mm}$ 插入部分最大宽度：$\phi 5.8\text{mm}$ 工作通道：2*水阀通道 1*内窥镜通道 配合后锁止可靠，锁止后密封良好，渗水 1 分钟内渗水不超过 5 滴，各通水阀旋转灵活，通水阀及连接部位密封良好，在 1 分钟中渗水不多于 5 滴。配套手术器械能顺利通过器械通道，器械头部端位于视场内。 灭菌：低温等离子体灭菌、压力蒸气灭菌。
9	宫腔内窥镜 (操作 4mm)	套	1	宫腔内窥镜： 视向角：30° 视场角：$\geq 60^\circ$ 工作长度$\geq 300\text{mm}$ 插入部分最大宽度：$\phi 4\text{mm}$ 粗糙度：$\leq 0.8\mu\text{m}$ 角分辨力：$3.15\text{C}/(^{\circ})$ 有效景深范围：3-100mm 视场质量：清晰、圆整、无（坏点、划痕、麻点、附着物）、无（重影、鬼影、闪烁、可见杂质、气泡），在工作距离处照明光斑充满视场，无明显的亮暗分界线。 颜色分辨能力和色还原性：显色指数≥ 90 耐腐蚀性能：b 级，耐酸、耐碱（YY/T 0149 标准） 灭菌：低温等离子体灭菌 目镜罩：$\phi 31.75 \pm 0.10\text{mm}$ 使用性能：配合后锁止可靠，插入轻松自如、拆卸方便。 操作器： 插入部分最大宽度：13.5 Fr，工作长度$\geq 200\text{mm}$， 工作通道：1*水阀通道 1*内窥镜通道 1*器械通道 耐腐蚀性能：b 级，耐酸、耐碱（YY/T 0149 标准） 灭菌：压力蒸汽灭菌器、过氧化氢低温等离子体灭菌 使用性能：配合后锁止可靠，锁止后密封良好，渗水 1 分钟内渗水不超过 5 滴，各通水阀旋转灵活，通水阀及连接部位密封良好，在 1 分钟中渗水不多于 5 滴。配套手术器械能顺利通过器械通道，器械头部端位于视场内。 外鞘： 工作长度$\geq 190\text{mm}$ 插入部分最大宽度：20 Fr 工作通道：1*水阀通道 耐腐蚀性能：b 级，耐酸、耐碱（YY/T 0149 标准） 灭菌：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌。 使用性能：配合后锁止可靠。 插入轻松自如、拆卸方便。

				锁止后密封良好，渗水 1 分钟内渗水不超过 5 滴。 器械的外表面光滑，杆和管部应平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 钳： 工作长度$\geq 330\text{mm}$ 插入部分最大宽度：$\Phi 1.6\text{mm}$（5Fr） 耐腐蚀性能：b 级，耐酸、耐碱（YY/T 0149 标准）。 灭菌：压力蒸气灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌。 使用性能：配合后锁止可靠。 插入轻松自如、拆卸方便。 器械的外表面光滑，杆和管部应平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 钳头开闭灵活，无卡滞现象，钳头部夹持力应不小于 15N。 钳头二片应相互吻合，不得有错口、偏摆现象，钳齿应清晰完整，不得有缺齿、烂齿、毛齿等缺陷。
10	电动子宫切除器及配套手术器械	套	1	一、产品特点 1、产品品种规格和功能齐全；器械头部粗糙度 $Ra \leq 0.4 \mu\text{m}$，杆部 $Ra \leq 0.8 \mu\text{m}$，其余部位 $Ra \leq 1.6 \mu\text{m}$。 ▲2、电流制式：双路热备份。 ▲3、采用可拆卸式电机，电机内芯为进口产品。除手持电机内芯，其他部件均可采用高温高压消毒。 二、主要技术参数 1、电动子宫切除器 可调节手持电机转速，方式为无级调速，调速范围：80～220rpm，允差$\pm 10\%$。 2、手持电机（电动马达） 正常工作时，温升不超过 25°C； 最大输出转矩不小于 15N.cm，转速下降不大于 20%； 对切割刀管的夹持力不小于 20N； 切割器在距刀管头端 6mm 处，径向跳动量不大于 2.0mm； ▲工作时的噪声：$\leq 60 \text{ dB (A)}$； 3、穿刺套管 规格：$\Phi 15$、$\Phi 18$ 两种； 穿刺套管与扩张器、切割刀管配合密封良好； 4、抓钳 规格：$\Phi 5$、$\Phi 10$ 两种； 抓钳头部经热处理，硬度为 450HV0.2～490HV0.2； 抓钳具有良好夹持力，钳头部夹持力不小于 15N； 5、宫颈钳 头部经热处理，硬度为 510HV0.2～570HV0.2； 宫颈钳开闭灵活，锁卡牢固；

			▲6、切割刀管 规格：切割刀管有Φ10、Φ15、Φ18 三种规格，其中Φ15、Φ18 有阴式和腹式之分，阴式是由患者阴道进入子宫，所以有内芯保护头，以防锋利的刀头损伤组织。 头部经热处理，硬度为 370HV0.2~410HV0.2 ；头部锋利，具有良好的切割性能，在正常旋转状态下，能顺利切割泡沫、海绵等软性材料； 7、举宫器 规格：400mm 弹簧机构灵活可靠，伸缩自如，无卡滞现象； 8、量棒 规格：5*500mm, 表面标明刻度； 9、肌瘤钻 规格：Φ5、Φ10 两种； 钻头锋利，在 50N 力作用下能顺利穿刺子宫肌瘤； 钻头硬度≥450HV0.2 ； 10、推结棒 能顺利通过转换器，并密封良好，在 1min 内渗水不得多于 5 滴。 ▲11、器械各连接部位牢固可靠，配合性能良好，密封处及阀门部位无济漏现象，耐腐蚀性能良好，在常规条件下经药物消毒，不产生腐蚀现象。 12、网电源：AC220V±10%，50HZ。 13、安全要求符合 GB9706.1 中 I 类 BF 型设备规定的要求。 14、环境试验符合 GB/T14710 规定的要求。
--	--	--	---

11	子宫操纵器	套	1	操纵杆 1 尺寸：D(外径) Φ15±0.2 L(长度)330±10 手柄：d(内径) Φ15.5±0.2 L(长度)210±10 引导棒：D(外径) Φ5±0.2 L(长度)480± 10 举宫杯 ：D(外径) Φ46/Φ41/Φ38 操纵头：D(外径) Φ18/Φ15 粗糙度：头部 Ra≤0.8μm 消毒灭菌：压力蒸汽灭菌，过氧化氢低温等离子体离子体灭菌。 密封性能:引导棒进入操纵杆，1min 内渗漏不多于 5 滴。 耐腐蚀性能:b 级，耐酸、耐碱（YY/T 0149 标准 ）。 使用性能:操纵杆进出手柄主杆自如，无卡滞现象，工作时由手柄固定螺丝予以定位。 引导棒进出操纵杆自如，无卡滞现象。 手柄与举宫杯由活动螺母固定，拧紧后，举宫杯手柄不会松动。 各螺纹连接部件连接牢固，无松动、脱落现象。 器械外表面应光滑、平直、无锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划痕。 器械焊接处牢固，焊缝平整，无脱焊、堆焊等现象。
配置：				
1. 冷刀等离子双重宫腔镜手术系统		1 套		
2. 电外科能量系统-双极水下电切		1 套		
3. 医用内窥镜摄像系统		1 套		
4. 监视器		1 台		
5. 医用内窥镜冷光源		1 套		
6. 气腹机		1 套		
7. 腹腔镜手术器械		1 批		
8. 医用加压器（灌注泵）		1 套		
9. 宫腔内窥镜（检查）		1 套		
10. 宫腔内窥镜(操作)		1 套		
11. 电动子宫切除器及配套手术器械		1 套		
12. 子宫操纵器		1 套		
13. 图文工作站带台车		1 套		
▲二、商务要求表				
投标报价要求		本项目为交钥匙工程，实行总承包报价；包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、辅料、耗材、运输、保管、设计、开发、施工、安装、调试、验收、培训以及提供 2 年专家驻点诊断服务等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。		

质保期	自验收合格之日起计，整机质保 2 年，摄像系统质保5年。“技术参数及性能（配置）要求”中有特殊质保要求的，按其要求执行。
售后服务要求	1、售后服务：（1）按国家有关规定实行产品“三包”；（2）免费送货上门；（3）接到故障通知后 4 小时内响应，48 小时内上门服务，非人为因素故障在 24 小时内整机更换或维修，以保证系统正常运行，并承担一切相关费用；（4）定期回访以及维修；（5）提供终身维护；（6）其余按厂家承诺进行；（7）投标人须在投标文件中提供售后服务方案。 2、免费培训：中标方负责免费提供 2 年医师培训以及 2 年专家驻点诊断服务，投标人须在投标文件中提供具体的医师培训方案及专家驻点诊断服务方案。 3、免费安装调试：由原厂技术工程师负责本项目所有货物的安装、调试及项目整体测试、联调和开通。试运行结束后由中标供应商整理验收材料、提供完整的使用手册提交采购人验收。
交付使用时间及交货地点	1、交付使用时间：自签订合同之日起 60 天内验收合格并交付使用。 2、交货地点：采购人指定地点。
付款方式	（1）中标方交完货安装调试验收合格投入使用后，2年内由采购人支付至合同款价的 95%。 （2）合同款价的 5%在质保期满后无质量问题由中标方提出申请，甲方于 28 个工作日内支付（不计利息）。中标方履行合同期内，因中标方不能履行合同义务等而使甲方蒙受损失的，相关费用从合同款价的 5%中扣除，此项金额不足以赔偿损失的，中标方须按实际损失赔偿。
验收要求	验收单以采购方提供的为准，其他情况参照我国国家有关技术规范和技术标准进行验收： 1. 验收依据 （1）公开招标文件的相关要求； （2）国家相关法律、法规、标准和规范等。 2. 验收方式 （1）中标供应商交付货物，完成合同中约定的工作，且满足采购人对货物要求的，可以申请货物验收。经采购人组织相关技术专家和采购人代表组成验收小组进行验收，验收合格的，项目进入质保期。质保期以通过项目验收的验收报告签字日开始计算。 （2）验收时若发现设备不符公开招标文件和投标文件承诺要求的，采购人不予验收，并按政府采购相关规定报监督管理部门处理。 （3）中标供应商须在供货时提供中标产品使用说明书原件、生产厂家针对此项目的售后服务保证函原件、供货证明原件并加盖生产厂家公章，否

	则不予验收。
其他要求	1、投标人须在投标文件中提供证明所投标产品合格的相关证明材料（复印件），包含但不限于中文性能参数指标彩页或说明书（或技术白皮书）和产品详细配置清单（含技术参数），并加盖厂家或经销商或投标人公章，以供评标时核对；实质性要求的参数以以上证明材料为准。对同一性能参数配置，相关证明材料的描述必须与报价表或技术响应表的描述一致，如不一致，按响应与事实不符处理，投标无效。 2、投标人须在投标文件中提供服务承诺书，须包含商务要求所有内容。 3、设备必须是全新、完整、未使用过的产品，设备到货后，供应商和采购人应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的设备外观或内部的损坏，供应商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供应商应负责更换和补发。投标人须在投标文件中提供项目实施方案。 4、验收合格以后，若设备在一年内出现三次核心部件故障，中标供应商无条件按采购人要求进行退货或者更换货物。

第三章 投标人须知

前附表

序号	内容、要求
1	项目名称： 来宾市兴宾区妇幼保健院冷刀等离子双重宫腹腔镜手术系统项目采购 项目编号： LBXBZC2021-G1-00012-GXYQ
2	政府采购预算（人民币）： 2250000.00元
3	投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、投标人须就《招标项目采购需求》中的全部货物和服务内容作完整唯一报价； 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 4、本项目的招标代理服务费详见《投标人须知》第九条“其他事项”中的招标代理服务费的有关规定。
4	投标保证金： 人民币贰万贰仟伍佰元整（22500.00）； 投标人必须于投标截止时间前将投标保证金从投标人的银行基本账户以转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式交到并到达指定账户（以下银行任选一家，需备注项目编号：LBXBZC2021-G1-00012-GXYQ） 开户名称： 来宾市公共资源交易中心 1、 开户银行： 中国工商银行股份有限公司来宾市迎宾支行 银行账号： 9558832108000097991 2、 开户银行： 柳州银行来宾办证厅支行 银行账号： 72001500000000004261000198 3、 开户银行： 广西来宾桂中农村合作银行 银行账号： 20330146986000023 4、 开户银行： 中国建行来宾分行营业部 银行账号： 45001627951050705296-1489 否则视为无效投标保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。 供应商在递交投标文件时须同时递交以下材料并加盖供应商盖章：投标保证金转账底单复印件。 采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者保函原件扫描上传至全国公共资源交易平台（广西•来宾），在招标文件规定的截止时间前，应当递交单独密封的票、汇票、本票或者保函原件，保函必须为无条件保函，保函有效期不得低于招标文件规定的有效期。否则视为无效投标保证金。

	无论以何种形式缴纳的投标保证金，投标保证金的退还均以转账或电汇形式退回供应商银行账户（计息），按来宾市公共资源交易中心退还投标保证金流程执行。
5	现场考察： 无
6	答疑与澄清： 投标人应认真阅读本招标文件，如认为招标文件表述不清晰、存在歧义、有误或有不合理要求的，投标人应当于获得招标文件后 7 个工作日内，以书面形式要求采购代理机构澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清、答复、修改或补充的内容为招标文件的组成部分。澄清、答复、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有招标文件收受人；不足 15 日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间 3 日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。不足 3 日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
7	投标文件组成： 开标一览表正本一份，副本四份；投标文件【含资格审查文件（单独成册）以及商务文件、技术文件、投标报价文件（合并成册）】正本一份，副本四份。
8	投标截止时间、开标时间和地点： 投标截止时间及开标时间：2021 年 月 日上午 点 分（北京时间） 地点：来宾市红水河大道 331 号市政务服务中心三楼（具体开标室详见当天电子显示屏） 逾期送达或未按规定密封的投标文件将被拒绝；没有购买招标文件的供应商的投标文件将被拒绝。投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人应参加开标会并签到。投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人未参加开标的，视同认可开标结果。
9	评标办法及评分标准： 本项目评标办法是综合评分法，具体评标办法及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。
10	中标公告及中标通知书： 采购代理机构在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、全国公共资源交易平台（广西•来宾）（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/lbggzy/）。

11	投标保证金退还（计息）： 除招标文件规定不予退还保证金的情形外，1、未中标单位，招标代理（招标人）在系统发布交易结果公告后，系统在4日内按原缴纳渠道自动退还保证金及银行同期存款利息。2、中标单位，招标代理（招标人）在系统完成合同备案后，系统在5日内按原缴纳渠道自动退还保证金及银行同期存款利息，中标单位需提供中标人与业主所签订的合同致广西元强建设项目管理有限公司。
12	签订合同时间：中标通知书发出后3个工作日内。
13	采购资金来源：财政资金。
14	付款方式：详见《招标项目采购需求》中的“商务要求表”中的“付款方式”。
15	投标文件有效期：投标截止之日起 60 天内。
16	解释：本招标文件的解释权属于本采购代理机构。

一、总则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1. “采购人”是指：来宾市兴宾区妇幼保健院。
2. “采购代理机构”是指：广西元强建设项目管理有限公司。
3. “投标人”系指购买招标文件并向采购代理机构提交投标文件的单位或自然人。
4. “产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
5. “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安裝、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
6. “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。7. “书面形式”包括信函、传真、电报等。
8. “▲”系指实质性要求条款。

（三）招标采购方式

公开招标采购方式。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1. 本项目不允许转包。
2. 本项目不可以分包。

（八）特别说明：

▲1. 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。核心产品在第二章《招标项目采购需求》载明。

▲2. 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人或控股公司员工。

▲3. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 49 条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

▲5. 根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定，投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标文件将被拒绝（以本项目资格审查时采购人或采购代理机构在上述网站的查询结果为准，同时将查询结果截图作为证据留存）。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（九）质疑和投诉

1. 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2. 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。投标人提出质疑应当采用书面形式，应当按《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。

3. 投标人应通过现场递交的方式提交质疑函原件，投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，重复提交的不再受理。质疑函应按财政部制定的范本编制，并按《政府采购质疑和投诉办法》的规定签字、盖章。

质疑联系部门：广西元强建设项目管理有限公司

质疑联系人：陈廷 联系电话：0772-4228388

通讯地址：来宾市红水河大道87-89号

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1. 公开招标公告；
2. 招标项目采购需求；
3. 投标人须知；
4. 评标办法及评分标准；

5. 合同主要条款格式；

6. 投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，如认为招标文件表述不清晰、存在歧义、有误或有不合理要求的，投标人应当于获得招标文件后 7 个工作日内，以书面形式要求采购代理机构澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清、答复、修改或补充的内容为招标文件的组成部分。澄清、答复、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有招标文件收受人；不足 15 日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2. 采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4. 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5. 采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间 3 日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。不足 3 日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、商务文件、技术文件、投标报价文件组成。

1. 资格审查文件：

1.1 投标人必须提供以下（1）至（8）项材料并加盖投标人单位公章，否则投标无效。

（1）投标保证金缴款凭证复印件（投标时必须携带原件核查）；

（2）投标人有效的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明正、副本复印件；

（3）投标人有效的组织机构代码证和税务登记证正、副本复印件（营业执照为“三证合一”的除外）；

（4）投标截至之日前半年内投标人连续三个月依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等；如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件（新注册单位提供自成立以来的）；

（5）投标截至之日前半年内投标人连续三个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具

的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等；如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险险种名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件（新注册单位提供自成立以来的）；

（6）投标人有效的医疗器械生产企业许可证或医疗器械经营企业许可证或第二类医疗器械经营备案凭证；

（7）投标人自招标公告发布之日起在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）上查询投标人主体信用记录的查询结果截图；

（8）投标人在近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）。

2. 商务文件：

2.1 投标人必须提供以下（1）至（3）项和（10）项材料并加盖投标人单位公章，其中（1）、（2）项材料必须由法定代表人签字，否则投标无效。

（1）投标声明书（格式见第六章《投标文件格式》）；

（2）法定代表人身份证复印件，委托代理时还须提供法定代表人授权委托书原件及被授权人身份复印件（格式见第六章《投标文件格式》）；

（3）投标人的类似成功案例的业绩证明（投标人同类项目合同或中标通知书复印件）；

（4）招标文件列明的影响投标人资格的其他证明文件（注明必须提供的必须提供，否则投标无效）。

（5）节能环保等方面的资质证书；

（6）投标人的信誉、荣誉证书；

（7）投标人质量管理体系等方面的认证证书；

（8）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（9）广西工业产品声明函（投标人如选用广西工业产品的请按第六章要求的格式填写，否则不享受政策性加分）；

（10）商务响应表（格式见第六章《投标文件格式》）。

3. 技术文件：

3.1 投标人必须提供以下（1）-（3）和（5）项材料并加盖投标人单位公章，否则投标无效。

（1）设备配置清单；

（2）技术响应表；

（3）服务方案及承诺书；

（4）选配件、专用耗材、售后服务优惠表；

（5）项目实施人员一览表；

（6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，格式自拟）；

（7）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略，▲第二章《招标项目采购需求》中要求必须提供的，必须提供，否则投标无效）。

4. 报价文件：

4.1 投标人必须提供以下（1）-（2）项材料并加盖投标人单位公章，否则投标无效。

- （1）投标函（格式见附件）。
- （2）投标报价明细表（格式见附件）；
- （3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

5. ▲开标一览表（单独封装，格式见第六章《投标文件格式》）。

特别说明：投标声明书、法定代表人（负责人）授权委托书、商务响应表、技术响应表、投标函、投标报价明细表、开标一览表必须由法定代表人（负责人）或委托代理人按规定格式签名并加盖单位公章，否则投标无效。

（二）投标文件的语言及计量

1. 投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2. 投标报价是履行合同的最终价格，应包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、辅料、耗材、运输、保管、设计、开发、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。

3. 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1. 自投标截止之日起 60 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2. 在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3. 投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4. 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1. 投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2. 投标保证金交纳形式：转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式。办理投标保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的附言或用途栏上注明项目编号及项目名称等信息，否则，信息不明确或有误的视为未按规定提交投标保证金处理。

3. 未中标人的投标保证金在中标通知书发出后 5 个工作日内退还。

4. 中标人的投标保证金在中标人与招标人签订合同后，凭签订的合同退付。根据来宾市公共资源交

易中心要求，中标人退还保证金需提交的材料：中标单位，招标代理（招标人）在系统完成合同备案后，系统在 4 日内按原缴纳渠道自动退还保证金及银行同期存款利息，中标单位需提供中标人与业主所签订的合同致广西元强建设项目管理有限公司。

5. 投标保证金计息。

6. 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；
- （2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
- （3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；
- （4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
- （5）拒绝履行合同义务的；
- （6）其他严重扰乱政府采购程序的。

（六）投标文件的签署和份数

- 1. 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。
- 2. 投标人应将开标一览表单独装订成一册，其中，正本一份，副本四份，并单独密封封装。
- 3. 投标人应将资格审查文件单独装订成一册，其中，正本一份，副本四份，封面应注明“正本”、“副本”字样。
- 4. 投标人应将商务文件、技术文件、投标报价文件合并装订成一册，其中，正本一份，副本四份，封面应注明“正本”、“副本”字样。
- 5. 活页装订的投标文件将有可能被拒绝。
- 6. 投标文件的正本应打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本项目招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可以为正本的复印件。
- 7. 投标文件须由投标人在规定位置盖章并由投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人签署，否则投标无效，投标人应写全称。
- 8. 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

- 1. 投标人应将投标文件【含资格审查文件（单独成册）以及商务文件、技术文件、投标报价文件（合并成册）等，含正、副本，应尽量将全部投标文件一并装入一个投标文件袋中】一起密封封装，并将开标一览表单独用信封密封。同时在封贴处密封签章（公章或密封章或法定代表人（负责人）签字或委托代理人签字均可），密封以投标文件袋（信封）无明显缝隙露出袋（信封）内文件且封贴处有密封签章为合格。投标文件正本须逐页盖章并加盖骑缝章，否则视同未响应。
- 2. 投标文件、开标一览表的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（投标文

件、开标一览表等）、投标项目名称、项目编号、及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

3. 投标人递交投标文件时应确认投标文件的密封、标记情况，由此造成投标文件被误投或提前拆封等风险由投标人承担。未按规定密封的投标文件将被拒收。

4. 投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

5. 逾期送达或未按规定密封的投标文件将被拒绝；没有购买招标文件的供应商的投标文件将被拒绝。

（八）投标无效的情形

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1. 在资格审查、符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；
- （2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；
- （3）投标文件无法定代表人（负责人）或委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目错误、不齐全的；
- （4）投标代表人未能出具有效身份证明或与法定代表人（负责人）或委托代理人身份不符的。
- （5）未按招标文件要求的格式编写投标文件、项目不齐全或者内容虚假的；
- （6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；
- （7）投标有效期、交付使用期、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；
- （8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

2. 在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准、其他等实质性条件，或者经评标委员会认定与招标文件中标注“▲”或标明“必须”的技术指标、主要功能及要求发生实质性偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目经评标委员会认定发生负偏离达 6 项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

3. 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠、折扣、价格不一致的。

4、投标人有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的 IP 地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或项目实施人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

5、关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

6. 被拒绝的投标文件为无效。

（九）废标

在采购过程中，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人应参加开标会并签到。投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人未参加开标的，视同认可开标结果。

投标人不足 3 家的，不予以开标。

（二） 开标

1. 开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。

2. 开标时，由投标人或投标人的代表检查投标文件的密封情况，并签字确认。

3. 经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封《开标一览表》，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

4. 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

5. 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

五、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足 3 家的，不得评标。

六、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为 7 人以上单数：1. 采购预算金额在 1000 万元以上；2. 技术复杂；3. 社会影响较大。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1. 形式审查

评标委员会对投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2. 符合性审查与比较

（1）评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

评标委员会审查投标文件的有效性、对招标文件的商务、技术等要求的响应程度，以确定投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（4）评标委员会根据投标文件综合比较与评价的结果确定中标候选人名单，或根据采购人委托直接确定中标人。

（5）评标委员会根据全体成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（6）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（四）澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1. 开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
2. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经投标人加盖公章或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1. 评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2. 评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

（一）采购代理机构将在评标结束后两个工作日内将评标报告送采购人，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人自行确定其中一家为中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

（二）中标人确定后，采购代理机构在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、全国公共资源交易平台（广西·来宾）（<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/lbggzy/>）发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

八、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将不予退还中

标人投标的全部投标保证金，并将全部投标保证金上缴同级财政国库。

（3）中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中

标候选人签订采购合同，以此类推。

九、其他事项

（一）招标代理服务费

1、本项目的招标代理服务费按以下收费标准（货物招标类）向中标人收取，领取中标通知书前，中

标人须向采购代理机构一次付清招标代理服务费。

5、招标代理服务费收费标准：

费率 服务类型 中标金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%
100-500	1.1%	0.8%	0.7%
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%
1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%
5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

3、招标代理服务费交纳账户：

账户名称：广西元强建设项目管理有限公司来宾分公司

开户行：中国农业银行股份有限公司来宾城北支行

账号：20149001040013435

第三章 评标办法及评分标准

一、评标原则

（一）评委构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为 7 人以上单数：1. 采购预算金额在 1000 万元以上；2. 技术复杂；3. 社会影响较大。

（二）评标依据：评委将以招标文件为评标依据，对投标人的价格分、技术分、项目实施方案分、信誉、业绩分、售后服务分、政策功能分等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，投标货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标的（采购标的所属行业：工业，必须提供中小企业声明函，否则不予以认定），对投标报价给予 10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，联合体投标报价给予 3%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-3%）；除上述情况外，评标价=投标报价。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24 号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供相关证明文件，否则不予以认定）

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予以认定）

（五）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）。

1、价格分.....30 分

价格分计算公式：

$$\text{某有效投标人价格分} = \frac{\text{有效投标人最低评标价（金额）}}{\text{某有效投标人评标价（金额）}} \times 30 \text{ 分}$$

2、技术分.....43 分

（1）基本分（满分 10 分）

投标产品参数完全满足招标文件要求的得 10 分，一般技术参数（不带▲号的条款）有负偏离的每一项扣 1 分，漏项的每一项扣 1 分，最多扣完本项分值。

（2）主要设备技术参数（带▲号的条款）性能分（满分 25 分）

主要设备参数带“▲”条款的技术参数每负偏离一项扣 3 分，扣完为止。不按要求提供不得分。

注：（带“▲”号的参数条款投标人须按招标文件要求提供相关佐证资料，未提供或未按要求提供的视为不满足不得分）。

（3）货物综合评价及实施方案分（满分 8 分）

产品介绍或实施方案中提供有以下资料：

- ①实施方案中提供有详细的组织机构，得 2 分；
- ②实施方案中提供有详细的人员配备分工，得 2 分；
- ③实施方案中提供有明确的实施准备、实施步骤，得 2 分；
- ④实施方案中提供有测试及验收整体方案，得 2 分。

3、售后服务分.....18 分

一档（6 分）：结合项目实际情况提供货物配送方案，产品质保期满足招标采购要求，如产品发生质量问题，投标人售后服务承诺于 1 小时内答复，到达现场处理故障时间为 12 小时以内，排除故障时间为 24 小时以内，有简单的培训计划，基本满足招标文件要求，综合评定为一档。

二档（12 分）：结合项目实际情况提供详细完善的货物配送方案，产品质保期满足招标采购要求，如产品发生质量问题，投标人售后服务承诺于 2 小时内答复，到达现场处理故障时间为 8 小时以内，排除故障时间为 18 小时以内，无法排除故障时 5 日内提供替换产品，培训计划满足招标文件的要求，有应急事故处理方案等服务保障条件，半年定期回访一次的，综合评定为二档。

三档（18 分）：满足二档要求的基础上，产品质保期满足招标采购要求，如产品发生质量问题，投标人售后服务承诺于 1 小时内答复，到达现场处理故障时间为 6 小时以内，排除故障时间为 12 小时以内，无法排除故障时 2 日内提供替换产品，有详细可行的培训计划，一个季度内定期回访一次，产品运输、温控、存储符合国家相关标准，综合评定为三档。

4、信誉业绩分.....7 分

（1）投标人或所投标产品通过相关质量体系认证（ISO9001、ISO13485、CE、WHO、GMP、FDA 等），每项得 0.5 分，满分 2 分。

（2）2017 年 1 月 1 日以来，投标人完成同类产品的销售业绩，每项得 1 分，满分 5 分。【提供合同复印件（须附有本分标的采购货物清单）】。

5、政策功能分2 分

（1）主要投标产品（金额占总额 50%以上）为政府采购节能产品的得 0.5 分，满分 0.5 分（适用于非强制采购节能产品，以有效的政府采购节能产品认证证书复印件为准，投标产品需清晰反映在证书上）。

（2）主要投标产品（金额占总额 50%以上）为政府采购环境标志产品的得 0.5 分，满分 0.5 分（以有效的政府采购环境标志产品认证证书复印件为准，投标产品需清晰反映在证书上）。

（3）投标产品 80%以上为广西工业产品的得 1 分（以投标人按第六章“投标文件格式”要求提供的《广西工业产品声明函》为评分依据。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78 号）的规定，广西工业产品是指广西境内生产的工业产品，以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“投标产品 80%以上为广西工业产品”是指参加政府采购项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的 80%以上）。

6、总得分=1+2+3+4+5

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术分由高到低的顺序排列）并推荐不多于三名中标候选人。采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

第四章 合同主要条款格式

合同主要条款格式 采购合同

合同编号：

采购人（甲方）：_____

采购计划号：

供应商（乙方）：_____

招标编号：_____

签订点：_____

签订时间：_____

根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
1								
2								
3								
合计金额（大写）：人民币（¥）								

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的节能环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：汽车、火车等安全运输方式。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：所有损耗由乙方负责。

第五条 交付和验收

1、交货时间：_____；地点：_____。

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后 7 个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后 5 个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 15 日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定时间、地点。

第七条 售后服务、质保期

1、乙方应按照国家有关法律法规和招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、**货物质保期：**自验收合格之日起计，整机质保 2 年，摄像系统质保 5 年。“技术参数及性能（配置）要求”中有特殊质保要求的，按其要求执行。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：财政资金。

3、**付款方式：**（1）乙方交完货安装调试验收合格投入使用后 2 年内由甲方支付至合同款价的 95%。

（2）合同款价的 5%在质保期满后无质量问题由乙方提出申请，甲方于 28 个工作日内支付（不计利息）。乙方履行合同期内，因乙方不能履行合同义务等而使甲方蒙受损失的，相关费用从合同款价的 5%中扣除，此项金额不足以赔偿损失的，乙方须按实际损失赔偿。

第九条、税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不满足要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费质保期为_____年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 10 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金，违约金从乙方缴纳的履约保证金中扣除。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

7、其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条 合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十七条、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条 签订本合同依据

1、招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、投标承诺书；

4、中标或成交通知书。

第二十条 本合同一式六份，具有同等法律效力，主管部门、采购代理机构各一份，甲乙双方各二份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效。

甲方（章） 年 月 日	乙方（章） 年 月 日
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：
经办人： 年 月 日	

合 同 附 件

1、供应商承诺具体事项：

2、售后服务具体事项：

3、质保期责任：

4、其他具体事项：

甲方（章）

年 月 日

乙方（章）

年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章 投标文件格式

一、投标文件外层包装封面格式

投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：投标文件、开标一览表

投标人名称：

投标人地址：

在 年 月 日 时 分之前不得启封

年 月 日

二、投标文件格式

1、投标文件（资格审查文件）封面格式：

正本/或副本

投 标 文 件

（资格审查文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

2、投标文件（资格审查文件）目录格式：

投标文件（资格审查文件）目录

- (1) 投标保证金缴款凭证复印件———页码
- (2) 投标人有效的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明正、副本复印件———页码
- (3) 投标人有效的组织机构代码证和税务登记证正、副本复印件（营业执照为“三证合一”的除外）———页码
- (4) 投标截至之日前半年内投标人连续三个月依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等；如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件（新注册单位提供自成立以来的）———页码
- (5) 投标截至之日前半年内投标人连续三个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等；如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险险种名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件（新注册单位提供自成立以来的）———页码
- (6) 投标人有效的医疗器械生产企业许可证或医疗器械经营企业许可证或第二类医疗器械经营备案凭证———页码
- (7) 投标人自招标公告发布之日起在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）上查询投标人主体信用记录的查询结果截图———页码
- (8) 投标人在近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）———页码

（一）资格审查文件格式：

（1）投标保证金缴款凭证复印件

投标人（公章）_____

法定代表人或委托代理人签名_____

另附：投标人银行基本账户开户许可证复印件。

说明：

- 1、请务必在缴款单的用途栏或空白栏上注明投标项目名称（简称即可）或项目编号，汇款人、出票人、解款部门须填写投标人单位名称，不得填写个人姓名，否则其投标无效。
- 2、电汇、转账、汇票等非现金形式存款凭证复印件务必保持清晰完整，如模糊不清而造成该证明被视为无效或投标无效的，后果由投标人负责。
- 3、若来宾市公共资源交易中心保证金专户在保证金递交规定时间内没有收到投标人足额缴纳的投标保证金，其投标无效。

（2）投标人有效的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明正、副本复印件；

（3）投标人有效的组织机构代码证和税务登记证正、副本复印件（营业执照为“三证合一”的除外）；

（4）投标截至之日前半年内投标人连续三个月依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等；如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件（新注册单位提供自成立以来来的）；

（5）投标截至之日前半年内投标人连续三个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等；如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险险种名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件（新注册单位提供自成立以来来的）；

（6）投标人有效的医疗器械生产企业许可证或医疗器械经营企业许可证或第二类医疗器械经营备案凭证；

（7）投标人自招标公告发布之日起在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）上查询投标人主体信用记录的查询结果截图；

注：1、“信用中国”查询内容包括：基础信息（优良记录、负面记录、受惩黑名单）、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单共四个网页截图，网页截图须显示投标人名称以及查询结果。

2、“中国政府采购网”的查询内容包括：政府采购严重违法失信行为信息记录网页截图，网页截图须显示投标人名称以及查询结果。

（8）投标人在近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）

3、投标文件（商务文件、技术文件、投标报价文件）封面格式：

正本/或副本

投 标 文 件

（商务文件、技术文件、投标报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

投标文件(商务文件、技术文件、投标报价文件) 目录

一、商务文件：

(1) 投标声明书	———页码
(2) 法定代表人身份证复印件，委托代理时还须提供法定代表人授权委托书原件及被授权人身份复印件	———页码
(3) 投标人的类似成功案例的业绩证明	———页码
(4) 招标文件列明的影响投标人资格的其他证明文件	———页码
(5) 节能环保等方面的资质证书	———页码
(6) 投标人的信誉、荣誉证书	———页码
(7) 投标人质量管理体系等方面的认证证书	———页码
(8) 投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料	———页码
(9) 广西工业产品声明函	———页码
(10) 商务响应表	———页码

二、技术文件：

(1) 设备配置清单	———页码
(2) 技术响应表	———页码
(3) 服务方案及承诺书	———页码
(4) 选配件、专用耗材、售后服务优惠表	———页码
(5) 项目实施人员一览表	———页码
(6) 投标人对本项目的合理化建议和改进措施	———页码
(7) 投标人需要说明的其他文件和说明	———页码

三、报价文件：

(1) 投标函	———页码
(2) 投标报价明细表	———页码
(3) 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明	———页码

（一）商务文件格式：

（1）投标声明书格式：

投标声明书

致：_____（采购代理机构名称）_____：

_____（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址_____。

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的_____项目（项目编号：_____）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方此次向贵方提供的产品名称为：_____；规格型号：_____；该型号产品我方有现货可供，并已于_____年_____月生产完工或向_____（原厂商名称）购进〔或需在中标后向_____订购〕。

4. 我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：_____

投标人公章：_____

年 月 日

（2）法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：____（采购代理机构名称）：

我____（姓名）系____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工____（姓名）以我方的名义参加____项目（项目编号：____）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：_____

法定代表人签名：_____

所在部门职务：_____

职务：_____

被授权人身份证号码：_____

投标人公章：_____

年 月 日

法定代表人身份证复印件

被授权人身份证复印件

（3）投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同或中标通知书复印件）

采购单位 名称	设备或项目名称	采购 数量	单价	合同 金额 (万元)	采购单位联系人及 联系电话

法定代表人或委托代理人签名：_____

投标人盖章：_____

日期：_____

（4）招标文件列明的影响投标人资格的其他证明文件

（5）节能环保等方面的资质证书复印件

（6）投标人的信誉、荣誉证书或文件复印件

（7）投标人质量管理体系和环境认证体系等方面的资质证书或文件复印件

（8）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（格式自拟）

（9）广西工业产品声明函**广西工业产品声明函**

本公司郑重声明, 根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定, 本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品, 详情如下:

序号	产品名称	型号和规格	数量	制造厂商及原产地	投标价	备注
1						
2						
3						
...						
	广西工业产品合计价格:			占投标总价比例:		

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

企业名称(盖章): _____

日 期: _____

（10）商务响应表格式（格式，以采购需求内容要求为准）：**商务响应表**

项目	招标文件要求	是否响应	投标人的承诺或说明
质保期			
售后技术服务要求			
售后服务保障或维修 响应时间要求			
交付使用期及地点			
付款条件			
备品备件及耗材等要求			
其他要求			
...			

注：投标人应将对应的商务要求逐条列出并按上述要求如实填写，否则将视为未提供商务响应表，并按相关规定处理。

法定代表人或委托代理人签名：_____

投标人盖章：_____

日期：_____

（二）技术文件格式：

（1）设备配置清单格式：

序号	设备名称	品牌	规格型号	单位及数量	性能及指标	产地

法定代表人或委托代理人签名：_____

投标人盖章：_____

日期：_____

(2) 技术响应表格式：

技术响应表

序号	招标文件要求		投标文件响应	偏离情况
	货物名称	技术需求	性能及指标	
1				
2				
3				
...				
N				

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。投标人应将对应的技术要求逐条列出并按上述要求如实填写，否则将视为未提供技术响应表，并按相关规定处理。

法定代表人或委托代理人签名：_____

投标人盖章：_____

日期：_____

（3）服务方案及承诺书格式

服务方案及承诺书

（由投标人按第二章《招标项目采购需求》要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按规定予以处罚。）

备注：以上为服务承诺格式，供应商可根据实际情况一一列明。

投标人（公章）：_____

法定代表人或委托代理人(签名)：_____

年 月 日

（4）选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

序号	优惠内容	适用机型	单价	比投标报价优惠率
1				_____ %
2				_____ %
3				_____ %

法定代表人或委托代理人签名：_____

投标人盖章：_____

日期：_____

(5) 项目实施人员一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

姓名	职务	专业技术资格	证书编号	参加本单位 工作时间	劳动合同编号

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或委托代理人签名：_____

投标人盖章：_____

日期：_____

（6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

（7）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（三）报价文件格式：

（1）投标函格式：

投 标 函

致：_____（采购代理机构名称）_____：

根据贵方为_____项目（项目编号：_____）的招标公告/投标邀请书，签字代表_____（全名）_____经正式授权并代表投标人_____（投标人名称）_____提交投标文件【含资格审查文件（单独成册）以及商务文件、技术文件、投标报价文件（合并成册）】正本一份，副本_____份，开标一览表正本一份，副本_____份，电子文档U盘一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问的权利及相关渠道和要求。

2. 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自开标日起_____日。

4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”的规定履行合同责任和义务。

5. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_____ 邮编：_____ 电话：_____

传真：_____ 投标人代表姓名：_____ 职务：_____

投标人名称（公章）：_____

开户银行：_____ 银行帐号：_____

委托代理人签字：_____ 日期：_____年_____月_____日

(2) 投标报价明细表格式：

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

序号	货物名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
1						
2						
3						
...						
N						
投标总报价：人民币 _____（_____元）						
交付使用期：						

法定代表人或委托代理人签名：_____

投标人盖章：_____

日期：_____

(3) 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

3、开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）：

开 标 一 览

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

开标一览表（格式）

项目名称：_____

项目编号：_____

投标人名称：_____

单位：人民币（元）

序号	货物名称	数量	产地	品牌及厂家	规格型号	单价	投标报价
1							
2							
3							
...							
N							
投标总报价（人民币大写）：_____（_____元）							
交付使用期：_____							

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标报价明细表”中的投标报价相一致。

5、此表请单独装信封放入投标文件袋，信封封面请注明项目编号、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人或委托代理人签名：_____

投标人盖章：_____

日期：_____